

**RELAZIONE DEL GRUPPO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE
DEGLI ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI RELATIVI ALLE OFFERTE PERVENUTE IN
ESITO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA FORNITURA DI "TUBO MEDICALE DI RACCORDO PER ASPIRAZIONE IN PVC PER
LA CONNESSIONE DI SISTEMI DI ASPIRAZIONE"**

ID SINTEL: 204878548

Il Gruppo di esperti, nominato con n. prot. 0093007/25 dell'11/09/2025, risulta composto da:

- Dott.ssa Viola Donadello – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C. Farmacia Ospedaliera
- Dott. Lorenzo Musella - Coordinatore Gruppo Operatorio Centralizzato di Vicenza.

Ricevuta la documentazione tecnica ed economica, verificata la completezza della stessa ed esaminata la campionatura pervenuta, esprime le seguenti valutazioni.

In primis prende atto che, relativamente alla procedura in oggetto, hanno presentato offerta le seguenti ditte, proponendo le seguenti offerte:

Ditta	Descrizione - nome commerciale del DM offerto	Prezzo unitario offerto	Importo annuo offerto (Iva escl.)	Importo offerta complessiva (Iva escl.) - 48 mesi
Benefis S.r.l.	TUBO DI CONNESSIONE YANKAUER REF 16944001A	€ 0,79	24.490,00 €	97.960,00 €
HMC Premedical	TUBO DI ASPIRAZIONE REF M01400690	€ 0,87	26.970,00 €	107.880,00 €
Tau Medica	TUBO DI ASPIRAZIONE REF TB380	€ 0,99	30.690,00 €	122.760,00 €
Know Medical	EXTENSION LINE REF EL185040-O	€ 1,05	32.550,00 €	130.200,00 €
Ferrari L. di Ferrari Pietro S.r.l.	F VACUUM SET REF FU0004005-MDB	€ 1,08	33.480,00 €	133.920,00 €
Claber S.r.l.	TUBO IN PVC FLYVAC: codice CLABER: M-F01400690FU - REF: F01400690FU	€ 2,34	72.540,00 €	290.160,00 €

Per quanto riguarda l'aspetto economico, si rileva che tutte le ditte hanno presentato offerta inferiore alla base d'asta, tranne la ditta Claber S.r.l., che ha presentato offerta superiore alla base d'asta e viene esclusa dall'indagine di mercato.

Per quanto riguarda gli elementi tecnici, si riporta quindi solamente quanto rilevato relativamente ai prodotti offerti dalle ditte Benefis S.r.l., HMC Premedical, Tau Medica, Know Medical e Ferrari L. S.r.l..

Si dà atto, prioritariamente, che:

- la ditta **Tau Medica** viene esclusa perché la lunghezza del tubo del dispositivo medico offerto è inferiore alla lunghezza richiesta di 4 m ed inoltre, nel confezionamento primario, non è presente il tubicino necessario per adattare uno dei due raccordi terminali da F a M.

Con riferimento agli elementi preferenziali di cui all'art. 6, di seguito riportati:

- Flessibilità del tubo;
- Trasparenza del tubo, deve permettere una ottimale visione del materiale biologico in aspirazione;
- Effetto anti-kinking, durante l'uso non si devono creare indesiderate strozzature del dispositivo;
- I raccordi conici devono garantire una perfetta tenuta del dispositivo.

Il Gruppo di esperti rileva che:

Ditta Benefis S.r.l.: la flessibilità del tubo è buona, la trasparenza del tubo consente una sufficiente visione del materiale aspirato, il tubo ha un ottimo sistema anti-kinking, i raccordi garantiscono un'ottima tenuta del dispositivo all'aspiratore e alla cannula.

Ditta HMC Premedical: la flessibilità del tubo è buona, la trasparenza del tubo consente una sufficiente visione del materiale aspirato, il tubo ha un ottimo sistema anti-kinking, i raccordi garantiscono una buona tenuta del dispositivo all'aspiratore e alla cannula.

Ditta Know Medical: la flessibilità del tubo è buona, la trasparenza del tubo consente una sufficiente visione del materiale aspirato, il tubo ha un ottimo sistema anti-kinking, i raccordi garantiscono una sufficiente tenuta del dispositivo all'aspiratore e alla cannula.

Ditta Ferrari L. S.r.l.: la flessibilità del tubo è buona, la trasparenza del tubo consente una buona visione del materiale aspirato, il tubo ha un ottimo sistema anti-kinking, i raccordi garantiscono una buona tenuta del dispositivo all'aspiratore e alla cannula.

Tutti i prodotti rispondono alle esigenze cliniche e considerate le minime differenze, il gruppo di esperti propone l'affidamento alla ditta **Benefis S.r.l.** (TUBO DI CONNESSIONE YANKAUER REF 16944001A) in quanto propone l'offerta economica più vantaggiosa.

Luogo e firma 28/10/2025

Dott. Lorenzo Musella

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy

Dott.ssa Viola Donadello

Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy