



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 2 COLPOSCOPI PER L’ESECUZIONE DI PROCEDURE DI COLPOSCOPIA, VULVOSCOPIA E TRATTAMENTI LOCALI, IN FABBISOGNO AGLI AMBULATORI GINECOLOGICI DEI PP.OO. SAN BORTOLO DI VICENZA E SAN LORENZO DI VALDAGNO. ID SINTEL: 206723282.

Domanda: Spett.le Ente, visti i criteri di valutazione riportati all'art.5 del Disciplinare si chiede di dettagliare quale sia il sistema di acquisizione attualmente in uso presso l'Azienda per poterne verificare la compatibilità e dettagliare l'interfacciamento. Si chiede altresì di specificare ulteriormente cosa verrà valutato in merito al 2° e 3° punto considerato che non viene richiesto nessun applicativo software.

Risposta: Il sistema di refertazione in uso è EasyPRO fornito da PiemmeMed.

Il 3° punto dei criteri è relativo al colposcopio e non al software di refertazione

Il 2° si chiede di prendere in considerazione solo la parte relativa al colposcopio

Domanda: In questa indagine di mercato è richiesto il DGEU? Non risulta. infatti, tra i documenti di gara, il file in formato .xml da caricare.

Risposta: Non è richiesto DGUE.

Domanda: Nel dettaglio si richiede "interfacciabilità" con i principali sistemi di refertazione presenti nel mercato": indica che non è necessario quotare sistema di archiviazione oppure da quotare separatamente ?

Risposta: Non è necessario quotare, perché non viene valutato.