



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 2 COLPOSCOPI PER L’ESECUZIONE DI PROCEDURE DI COLPOSCOPIA, VULVOSCOPIA E TRATTAMENTI LOCALI, IN FABBISOGNO AGLI AMBULATORI GINECOLOGICI DEI PP.OO. SAN BORTOLO DI VICENZA E SAN LORENZO DI VALDAGNO. ID SINTEL: 206723282.

Domanda: Con la presente siamo a sottoporre alla Vs. cortese attenzione la seguente richiesta di chiarimento. Nel paragrafo **GARANZIA - ASSISTENZA TECNICA - CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK**, si legge: La Ditta dovrà prevedere obbligatoriamente una garanzia per un periodo non inferiore alla durata del noleggio. Durante il periodo di garanzia offerto la ditta dovrà garantire la manutenzione e l’assistenza tecnica in modalità full-risk secondo quanto dettagliato. Si chiede cortese conferma che la dicitura del noleggio sia un refuso, trattandosi di vendita. Si chiede altresì di chiarire quali siano le condizioni minime di garanzia che l’offerente debba offrire.

Risposta: Trattasi di refuso. La fornitura è in acquisto. L’aggiudicatario dovrà prevedere la manutenzione e l’assistenza in modalità full-risk per un periodo di 24 mesi.

Domanda: Con la presente siamo a chiedere cortesemente di chiarire se sia necessario presentare anche la quotazione di monitor dedicati all'utilizzo dei Colposcopi. In caso affermativo, si prega di specificare la dimensione richiesta.

Risposta: I monitor non sono richiesti da capitolato di gara

Domanda: Si chiede di specificare:

- 1) La configurazione richiesta. Nell'introduzione alle caratteristiche tecniche viene riportato " [...] n.2 Colposcopi [...] con acquisizione di documentazione iconografica delle procedure svolte [...]" mentre nelle caratteristiche tecniche è stato solo inserita la richiesta "telecamera full HD piccola e leggera con centralina integrata nel colposcopio". Non è chiaro se il sistema proposto debba essere provvisto di monitor per la visualizzazione del flusso video della telecamera e/o un sistema che consenta l'acquisizione delle immagini oppure se la telecamera dovrà essere collegata ad un computer o strumentazione già in uso presso i PP.OO:
- 2) I IL criterio di valutazione delle offerte per l'affidamento diretto. In caso di valutazione tecnico-economica si prega di indicare le caratteristiche che saranno prese in considerazione e il loro ordine di importanza.

Risposta:

Responsabile del Procedimento: Dott. Sandro Possamai

Referente procedura: Dott. Biagio Marzo

Tel. 0444-75.3233 **e mail:** biagio.marzo@aulss8.veneto.it

- 1) La dotazione deve comprendere solo la telecamera che verrà collegata al sistema di acquisizione già presente.

- 2) Saranno oggetto di giudizio da parte del gruppo di esperti i seguenti criteri (art. 5 disciplinare)
 - Aspetti funzionali legati alla compatibilità e interconnessione con i sistemi già presenti presso l'Azienda Ulss 8 Berica;
 - Aspetti funzionali in merito alle modalità funzionali e agli applicativi richiesti;
 - Aspetti costruttivi legati alla compattezza, interfaccia utente e semplicità utilizzo;
 - Prezzo.

Il RUP
Dott. Sandro Possamai