

**PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN 13 LOTTI, PER LA FORNITURA,
MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI DISPOSITIVI MONOUSO DI CUI
ALL'ALLEGATO 2 DEL DPCM 12.1.2017 A FAVORE DEGLI UTENTI TERRITORIALI
DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA**

Cod. appalto: AUSILI_EST_2025
ID SINTEL: 197304181

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE
(VERBALE GRUPPO DI ESPERTI N. 2)**

Alle ore 15:00 del 22 aprile 2025, in Vicenza, in videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet, si riunisce, in seduta riservata, il Gruppo di esperti nominato con nota prot. n. 36378 del 08/04/2025, così composto:

Ossato Andrea - UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale
Lorato Marco - UO Medicina Fisica Riabilitativa - Vicenza
Mattiello Francesca - UOC Urologia - Vicenza

Si dichiara aperta la seduta e si ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

Il gruppo di esperti richiama il verbale del 11/04/2025, nel quale vengono elencati i concorrenti ammessi alla fase di valutazione per ciascun lotto, come segue:

LOTTO	CODICE ISO	Descrizione	ditte ammesse
1	09.24.03.003	catetere a permanenza tipo Foley a due vie con scanalature	Teleflex Medical S.r.l.
2	09.24.03.006	catetere a permanenza tipo Foley a due vie senza scanalature	Teleflex Medical S.r.l.
3	09.24.06.006	catetere in PVC in confezione singola sterile con punta Nelaton (dritta e di forma conica)	Teleflex Medical S.r.l.
4	09.24.06.103	catetere autolubrificante a base di gel	ConvaTec Italia srl, Hollister SPA Teleflex Medical S.r.l.
5	09.24.06.203	catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (NON PRONTO ALL'USO)	Coloplast Spa Mehos srl Teleflex Medical S.r.l. Wellspect S.r.l.
6	09.24.06.303	catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (PRONTO ALL'USO)	B.Braun Milano SPA Coloplast Spa ConvaTec Italia srl Hollister SPA Mehos srl Teleflex Medical S.r.l. Wellspect S.r.l.

7	09.24.06.403	catetere autolubrificante a base di gel CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA	B.Braun Milano SPA Hollister SPA Teleflex Medical S.r.l.
8	09.24.06.503	catetere autolubrificante idrofilo CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA	B.Braun Milano SPA Coloplast Spa ConvaTec Italia srl Hollister SPA Teleflex Medical S.r.l. Wellspect S.r.l.
9	09.24.21.003	guaina in materiale ipoallergenico	B.Braun Milano SPA Coloplast Spa Hollister SPA Mehos srl Teleflex Medical S.r.l.
10	09.27.04.003	sacca di raccolta dell'urina, da gamba: monouso	<i>deserto</i>
11	09.27.04.006	sacca di raccolta dell'urina, da letto: monouso a fondo chiuso	Teleflex Medical S.r.l.
12	09.27.05.003	sacca di raccolta dell'urina, da letto: riutilizzabile con rubinetto di scarico	Coloplast Spa Teleflex Medical S.r.l.
13	09.27.05.006	sacca di raccolta dell'urina, da gamba: riutilizzabile	Coloplast Spa Teleflex Medical S.r.l.

A seguito di un'analisi approfondita del contenuto del capitolato tecnico relativo alla procedura, il gruppo di esperti procede quindi con l'esame e la verifica delle offerte tecniche presentate dai concorrenti per ciascun lotto, come di seguito riepilogato.

LOTTO 1

A seguito della verifica della documentazione tecnica, si rileva che gli elementi tecnici contenuti nell'offerta presentata dalla ditta Teleflex Medical S.r.l. relativamente al Lotto 1 risultano conformi ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico. Pertanto la ditta Teleflex Medical è ammessa alla successiva fase della procedura.

LOTTO 2

A seguito della verifica della documentazione tecnica, si rileva che gli elementi tecnici contenuti nell'offerta presentata dalla ditta Teleflex Medical S.r.l. relativamente al Lotto 2 risultano conformi ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico. Pertanto la ditta Teleflex Medical è ammessa alla successiva fase della procedura.

LOTTO 3

A seguito della verifica della documentazione tecnica, si rileva che gli elementi tecnici contenuti nell'offerta presentata dalla ditta Teleflex Medical S.r.l. relativamente al Lotto 3 risultano conformi ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico. Pertanto la ditta Teleflex Medical è ammessa alla successiva fase della procedura.

LOTTO 4

Dalla verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte ConvaTec Italia srl, Teleflex Medical S.r.l. e Hollister SPA per il lotto 4, risulta che tutti i concorrenti soddisfano i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico.

Le ditte ConvaTec Italia srl, Teleflex Medical S.r.l. e Hollister SPA sono pertanto ammesse alla fase successiva della procedura.

LOTTO 5

A seguito della verifica della documentazione tecnica, è emerso che le offerte presentate dalle ditte Teleflex Medical S.r.l. e Mehos S.r.l., relativamente al presente lotto, fanno riferimento a dispositivi medici classificati con il codice ISO 09.24.06.303 (catetere autolubrificante idrofilo in PVP o materiale equivalente, pronto all'uso) – oggetto del lotto 6 della presente procedura di gara – anziché con il codice ISO 09.24.06.203 (catetere autolubrificante idrofilo in PVP o materiale equivalente, non pronto all'uso), come espressamente richiesto dal Capitolato Tecnico.

Considerata la non corrispondenza tra il codice ISO dei dispositivi offerti e quello specificato per il lotto in oggetto, le ditte Teleflex Medical S.r.l. e Mehos S.r.l. sono escluse dalla procedura e, pertanto, non ammesse alla fase successiva.

Le offerte presentate, invece, dalle ditte Coloplast S.p.A. e Wellspect S.r.l. risultano conformi ai requisiti tecnici previsti dal Capitolato e sono pertanto ammesse alla fase successiva della procedura.

Il Gruppo di esperti rileva che l'analisi documentale delle schede tecniche presentate dalla ditta Mehos Srl non consente di valutare alcune caratteristiche fisiche ritenute determinanti per la compliance del paziente, quali la rigidità del dispositivo, il livello di lubrificazione, le modalità di confezionamento e la facilità di apertura della confezione, aspetti particolarmente rilevanti per pazienti con disabilità motorie o cognitive.

Il Gruppo di esperti ritiene quindi necessario richiedere una campionatura per tutti i lotti a cui ha partecipato la ditta Mehos Srl, al fine di meglio valutare i prodotti offerti dalla ditta stessa.

A fronte di quanto sopra, il Gruppo di esperti interrompe i lavori e dispone di inoltrare al RUP la richiesta di campionatura da inviare alla ditta Mehos, rinviando alla ricezione dei campioni la prosecuzione dell'esame delle offerte tecniche.

La seduta termina alle ore 16:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

I COMPONENTI DEL GRUPPO DI ESPERTI

f.to Andrea Ossato

f.to Marco Lorato

f.to Francesca Mattiello