

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA  
FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI TEST DI  
CHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHEMICA PER I LABORATORI DELL'UOC  
MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AULSS N. 8 BERICA**

ID SINTEL 194937642 CIG B50C1E9823

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE**  
*(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 7)*

Alle ore 09:30 del 25/07/2025, in Vicenza, presso la sala riunioni dell'U.O.C. Medicina di Laboratorio dell'Ospedale di Vicenza, si riunisce, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 772 del 24/04/2025, così composta:

Presidente: dott. Pio Settembre, Dirigente Biologo presso l'U.O.C. Medicina di Laboratorio di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";  
Commissari: dott.ssa Cristina Marchetti, Coordinatore TSLB presso l'U.O.C. Medicina di Laboratorio di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";  
dott. Andrea Luna, Coordinatore TSLB presso l'U.O.C. Medicina di Laboratorio di Arzignano dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica", presente in collegamento da remoto.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prosegue l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto.

Dall'analisi della documentazione presentata dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. la Commissione ha riscontrato la necessità di chiedere al suddetto operatore economico di precisare se nel documento "Allegato Punto 4 - Criteri di valutazione (Rifiuti)", allegato alla "proposta tecnico organizzativa", le quantità indicate per ciascun presidio (Vivenza, Noventa V., Arzignano, Valdagno) siano da riferirsi all'intero sistema o al singolo modulo.

Inoltre, nel corso dell'esame della documentazione prodotta dall'operatore economico Abbott S.r.l., la Commissione rileva la necessità di un chiarimento con riferimento al criterio di valutazione n. 22 "*piano di allineamento metodi e risultati con i metodi attualmente in uso, in fase di avvio*"; nello specifico si chiede di precisare in quale parte delle documentazione tecnica prodotta sia possibile avere evidenza del tempo stimato per l'espletamento del suddetto allineamento metodi e risultati.

A fronte di quanto sopra, la Commissione Giudicatrice concorda di inviare le suddette richieste al RUP affinché proceda a inoltrarle alle ditte partecipanti.

La Commissione, a fronte della complessità dei documenti da valutare, rinvia la continuazione dei lavori alla prossima seduta che viene fissata per il giorno 12/08/2025.

La seduta termina alle ore 12:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

f.to dott. Pio Settembre

f.to dott.ssa Cristina Marchetti

f.to dott. Andrea Luna