

Dipartimento Amministrativo Unico

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Sandro Possamai

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI TEST DI CHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHEMICA PER I LABORATORI DELL'UOC MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AULSS N. 8 BERICA

ID SINTEL 194937642 CIG B50C1E9823

CHIARIMENTI DA N. 76 A N. 77

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 76b

Si chiede conferma della disponibilità di aria compressa tecnica (non medica) con portata di almeno 74NL/min per Vicenza, con portata di almeno 94NL/min per Arzignano e pressione 0,7 MPa, di qualità secondo ISO 8573-1: 2010: Classe =3 per Tabella 1, Classe 3-4 per Tabella 2, Classe =3 per Tabella 3.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 76b

Per quanto riguarda Arzignano, si conferma la disponibilità dell'aria compressa con le caratteristiche richieste, previa esecuzione da parte della Stazione Appaltante di specifiche lavorazioni.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 77

In riferimento alla presente procedura ed alla luce della proroga concessa, nonché delle revisioni a cui è stata sottoposta la documentazione di gara, si chiede di confermare che le risposte da Voi pubblicate ai chiarimenti siano da ritenersi valide ancorché non recepite nella documentazione di gara rettificata.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 77

Si conferma.

IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Sandro Possamai