

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO A UNA O PIÙ
IMPRESE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICALI “DEVICE” FINALIZZATI AL
TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE. PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL PNRR –
MISSIONE 6.C1 – 1.2.2 IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE (COT)”**

CUP I34E22000230006

ID SINTEL 195525064

CHIARIMENTO 5

Domanda 1: In riferimento al Lotto 1, punto A.8, si richiede di chiarire cosa si intenda con l’espressione “ulteriori opzioni”.

Risposta 1: Si intende quanto riportato in descrizione alla sezione A.8): "Sistema Informatico/Piattaforma software per il telemonitoraggio dei sensori, multidipartimentale (cioè con gestione separata, anche per Privacy, per COT ed ASL), con funzionalità di confronto, trend, ed allarmi-warning programmabili con differenti livelli. Allarmi (gravi) con funzionalità di connessione a centrali NUE Comprende installazione configurazione tablet per assistiti, apposita con disabilitazione delle normali applicazioni, e con le sole funzioni di interesse."

Domanda 2: Si chiede di confermare che nel capitolato tecnico, pagina 1, la frase “e dovranno essere comprensivi del dispositivo, smartphone o tablet, per la trasmissione dei dati su piattaforma di telemedicina per la fruizione degli stessi” sia da considerarsi un refuso, tenuto conto che nel documento All.A_ProspettoCOTDEVICE per indagine di mercato non sia citato il suddetto tablet.isposta 1

Risposta 2: Si conferma quanto descritto nel capitolato: non si tratta di un refuso.

Domanda 3: la presente per chiedere le seguenti informazioni: le caratteristiche tecniche richieste per i prodotti "A.1) ECG (Portatile/Dispositivi digitali per ECG)" e "A.6) Termometro" dato che non risulterebbero presenti nel documento "All.A_ProspettoCOTDEVICE per indagine di mercatoREV". la possibilità di fornire un unico strumento portatile di dimensioni ridotte che possa rilevare più parametri per il Lotto 1

Risposta 3: si conferma la possibilità di proporre nelle modalità richieste.