

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI  
DI SPALLA PER I FABBISOGNI DELLE UU.OO. DI ORTOPEDIA E  
TRAUMATOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, SUDDIVISA IN 5  
LOTTI**

COD. APPALTO: SPALLA\_2025  
ID SINTEL N. 202271905  
LOTTO 1 - CIG B71A3B5E14  
LOTTO 2 - CIG B71A3B6EE7  
LOTTO 3 - CIG B71A3B7FBA  
LOTTO 4 - CIG B71A3B8092  
LOTTO 5 - CIG B71A3B9165

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE  
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 5)**

Alle ore 09:05 del 23/10/2025, in Vicenza, presso gli uffici dell'UOC di Farmacia Ospedaliera a Vicenza, si riunisce, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n. 85027 del 18/08/2025, così composta:

Presidente: Dott.ssa Milena Lauri – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C. Farmacia di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 Berica;

Commissari: Dott. Miraldo Colombini – Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Arzignano Montecchio dell'Azienda ULSS n. 8 Berica;  
Dott. Gianpaolo Salmaso - Dirigente Medico presso U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Vicenza e Responsabile U.O.S. Day Surgery Ortopedico Noventa Vicentina dell'Azienda ULSS n. 8 Berica.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

In via preliminare, la Commissione prende atto, con riferimento al lotto n. 3, che l'operatore economico Zimmer Biomet Italia, tramite comunicazione Sintel n. 208844349 del 16/10/2025, ha riscontrato la richiesta di chiarimento inviata con nota del RUP prot. 104784/25 a seguito di quanto emerso nella precedente seduta del 01/10/2025, indicando che *“le informazioni relative alle teste CTA si trovano nel documento Relazione Tecnica Lotto\_3 a pagina 7, dove vengono descritte le teste omerali Comprehensive Versa Dial. Nello stesso documento, vengono anche descritte le teste omerali EAS Comprehensive a pagina 9”*.

La Commissione, prendendo atto della precisazione fornita, analizza nel dettaglio i punti della relazione tecnica indicati nella predetta precisazione. Dall'analisi risulta che le teste VERSA DIAL ed EAS comprehensive proposte dalla ditta Zimmer presentano eccentricità ma non sono teste C.T.A. come espressamente richiesto dal capitolato tecnico. Non disponendo di testa CTA, il sistema di protesi offerto dalla ditta Zimmer non può essere utilizzato nei casi di importante deficit osseo-glenoideo tale da non consentire l'impianto della componente glenoidea.





Pertanto la Commissione, visto l'art. 16 del Disciplinare di gara laddove prevede che *“L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara”*, ritiene di escludere l'offerta della ditta Zimmer Biomet Italia dal lotto n. 3 per mancanza di un requisito minimo.

La Commissione prosegue con l'analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti.

La Commissione, dopo aver analizzato la documentazione tecnica presentata dalle ditte, al fine di effettuare una compiuta valutazione delle caratteristiche qualitative del materiale protesico offerto e del relativo strumentario, ritiene necessario richiedere la campionatura, come previsto dall'art. 13.2 del Disciplinare di gara, per i lotti 1, 2, 3 e 5.

La Commissione concorda di inviare al RUP la suddetta richiesta affinché provveda ad inoltrarla alle ditte partecipanti.

La Commissione rinvia la continuazione dei lavori alla prossima seduta che viene fissata per il giorno 06/11/2025.

La seduta termina alle ore 11:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

Dott.ssa Milena Lauri

Dott. Miraló Colombini

Dott. Gianpaolo Samaso