



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi per l'eventuale fornitura di n. 50 letti di degenza elettrici con sponde a 4 sezioni in fabbisogno alle UU.OO. varie dell'azienda Ulss N. 8 Berica. Id Sintel: 171387722 – CIG: 9934053FDB – Richiesta Chiarimenti

Domanda: Alla luce delle molteplici procedure in essere sul territorio nazionale e con la concomitanza dei periodi di festività estive, trovandoci ad organico ridotto siamo con la presente a chiedere una proroga di 15 gg.

Risposta: Considerata la particolare situazione venutasi a creare con l'entra in vigore del D.Lgs. 36/2023. la data di scadenza per la presentazione delle offerte è prorogata al 04.08.2023

Domanda: Si chiede che il valore posto a base d'asta sia da intendersi indicativo e quindi superabile

Risposta: Si conferma che le offerte presentate pari o superiori alla base d'asta saranno escluse.

Domanda: Si chiede conferma che anche l'Offerta Economica vada allegata, insieme alla documentazione Amministrative e Tecnica, nella Busta Unica del primo step di offerta.

Risposta: Si conferma

Domanda: siamo a richiedere la revisione del base asta, si suggerisce 2500€ al fine di garantire un'ampia e qualificata partecipazione.

Risposta: Si conferma la base d'asta di € 90.000,00 iva esclusa.

Domanda: Si chiede di accettare positivamente le seguenti equivalenze funzionali:

- ✓ ruota direzionale, che contestualmente alle caratteristiche richieste di ruote ad alte prestazioni, gemellate, antistatiche con diametro 150 mm, garantisce la massima maneggevolezza e manovrabilità del letto al pari della quinta ruota. Inoltre, molto spesso, la quinta ruota, impedisce il corretto inserimento/utilizzo dei sollevatori.
- ✓ la pulsantiera dedicata al paziente garantisce la medesima funzionalità e consente anche a sponde abbassate l'uso dei comandi, cosa non possibile nelle sponde con le caratteristiche richieste in capitolato. Inoltre la pulsantiera prevede la presenza della torcia integrata, sicuramente utile al personale sanitario durante il giro visita notturno.
- ✓ la spalla vincolata al piano rete assicura le medesime funzionalità/caratteristiche rispetto a quanto richiesto.

Responsabile del Procedimento: Dott. Sandro Possamai

Referente procedura: Dott. Francesco Trunfio

Tel. 0444-75.7120 – **email:** francesco.trunfio@aulss8.veneto.it

Risposta: Come previsto dall'art. 1 del disciplinare di gara le caratteristiche tecniche sono previste a titolo indicativo: il gruppo di esperti procederà a valutare l'adeguatezza e le eventuali adeguatezze funzionali dei prodotti offerti.

Si conferma che possono essere presentati letti senza la quinta ruota purché sia garantita la massima maneggevolezza e manovrabilità

UOC Provveditorato, Economato
Gestione della Logistica
Il Direttore del Servizio Dott. Sandro Possamai