



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI "N. 15 LAVAPADELLE IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA" ID SINTEL 170487258 – CIG: 9823747C78

Domanda: Nel documento "Disciplinare Lavapadelle 2023 prot. 60352" a pag. 2, sono riportate, all' "ART. N. 1. OGGETTO DELL'APPALTO", le caratteristiche tecniche indicative. Si chiede di comunicare se le caratteristiche minime sono richieste "a pena di esclusione" dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice".

Risposta: Come indicato nel disciplinare le caratteristiche tecniche dei prodotti in gara sono indicative, nel rispetto del principio di equivalenza ex articolo 68 comma 7.

Domanda: Nel documento "Disciplinare Lavapadelle 2023 prot. 60352" a pag. 2, viene riportato, all' "ART. N. 1. OGGETTO DELL'APPALTO", il Materiale di consumo:

✓ anticalcare e detergenti per il periodo di 5 anni (si stima che ogni singola lavapadelle effettui circa 7.000 cicli di lavaggio annui);

7.000 cicli anno/cad. apparecchiatura corrispondono a ca. 20 cicli/giorno/anno. Ossia 7.000 cicli/anno macchina x 15 macchine x 5 anni = 525.000,00/cicli. Si chiede cortesemente di verificare tale dato, che risulta alquanto elevato, di norma le lavapadelle nei vari ospedali effettuano mediamente la metà dei cicli indicati in codesta procedura.

Risposta: Il numero di cicli 20/giorno corrisponde all'utilizzo massimo di una macchina nei reparti ad elevato utilizzo.

Domanda: Si chiede di confermare che la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al montaggio, all'installazione e all'allacciamento degli impianti, ma che eventuali adeguamenti impiantistici e/o realizzazione di impianti non presenti saranno a carico ed onere dell'Ente.

Risposta: Si conferma che la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al montaggio, all'installazione ed all'allacciamento degli impianti, eventuali adeguamenti impiantistici e/o realizzazioni di impianti saranno a carico dell'Azienda Ulss n. 8 Berica.

Domanda: Nei documenti di gara non sono richieste le qualifiche IQ/OQ. Si chiede di confermare.

Risposta: Non si conferma. Vengono richieste le **IQ** e **OQ**: eseguite dall'installatore

Responsabile del Procedimento: Dott. Sandro Possamai

Referente procedura: Dott. Francesco Trunfio

Tel. 0444-75.7120 e mail: francesco.trunfio@aulss8.veneto.it

Domanda: Né tantomeno è richiesta la convalida PQ, che del resto la normativa prevede a carico di Azienda Terza. Si chiede di confermare.

Risposta: Si Conferma che la **PQ** sarà eseguita da ente terzo.

Il RUP
Dott. Sandro Possamai