

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2056 DEL 07/12/2023

### **OGGETTO**

FORNITURA DI N. 1 DISPOSITIVO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE E DI N. 1 CUFFIA AD INSERIMENTO EARBUDS, IN FABBISOGNO ALL'UOC NEURORADIOLOGIA DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA  
Anno Proposta: 2023  
Numero Proposta: 2100/23

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota agli atti il Direttore dell'UOC Neuroradiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 Berica ha richiesto l'acquisto di N. 1 dispositivo per l'esecuzione di esami di risonanza magnetica funzionale, in sostituzione di quello in uso, che presenta un malfunzionamento che ne impedisce l'utilizzo e che risulta non riparabile;

a seguito dell'invio, da parte del succitato Direttore della bozza del capitolato tecnico di gara, comprensivo dei criteri di valutazione, con prot. 25938 del 09.03.2023 è stata avviata una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, volta alla raccolta di informazioni utili per l'espletamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, ed entro la data ultima per la presentazione di eventuali informazioni utili, fissata per il giorno 17.03.2023, non è pervenuta alcuna comunicazione;

per garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti ed assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione di tutte le imprese interessate, in data 29.06.2023, si è provveduto ad indire, ai sensi dell'art. 1 c. 2 della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, una procedura di gara, aperta a tutti i potenziali concorrenti, mediante la pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel che sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, per la fornitura di N. 1 dispositivo per l'esecuzione di esami di risonanza magnetica funzionale, in fabbisogno all'UOC Neuroradiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza, con aggiudicazione sulla base della valutazione, da parte di un gruppo di esperti, degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate, ed avente base d'asta pari ad € 115.000,00 iva esclusa;

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 16:00 di giorno 11.07.2023, ha presentato offerta economica una singola ditta:

Ditta	Prodotto offerto	Prezzo
EMS srl	Sistema Resonance Techonolgy	€ 104.890,00

a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità, con protocollo 84915 del 22.08.2023 è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici, il quale in data 24.10.2023 ha fatto pervenire la propria relazione (All.01), dove dichiara che *"...sulla base delle valutazioni fatte il gruppo di esperti propone l'aggiudicazione alla ditta EMS srl"*;

inoltre, lo stesso gruppo di Esperti, con altra relazione dettagliata, ha espresso la necessità di dotarsi, per l'utilizzo del dispositivo, sia di cuffia, inclusa con il dispositivo, che di cuffia ad inserimento earbuds, non inclusa, quotata dalla ditta per un importo pari a € 6.482 iva esclusa, per soddisfare le diverse esigenze dei pazienti, in base alla conformazione anatomica della testa;

stante quanto in precedenza riportato, si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura di N. 1 dispositivo per l'esecuzione di esami di risonanza magnetica funzionale e di N. 1 cuffia ad inserimento earbuds, in fabbisogno all' UOC Neuroradiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza alla ditta EMS srl per un importo complessivo di € 111.372,40,00 iva esclusa;

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 31 e 216 comma 27 – octies, del D.Lgs. n. 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell'Anac, relativamente alla nomina del DEC;

ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, ricorre la seguente condizione che impone di nominare un DEC diverso dal RUP:

- ✓ per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l'affidamento;

compito del DEC sarà quello di verificare l'integrità dell'apparecchiatura consegnata, accertarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 230,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare la relazione del gruppo di esperti allegata al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante ed il cui originale è agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 1 c.2 della L. n. 120/2020, come modificato dall'art.51 del D.L. n. 77/2021, la fornitura di n. 1 dispositivo per l'esecuzione degli esami di risonanza magnetica funzionale e N. 1 cuffia ad inserimento earbuds, in fabbisogno all'UOC Neuroradiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza alla ditta EMS srl per un importo complessivo di € 135.874,32 iva inclusa;
3. di dare atto che il costo di euro € 135.874,32 iva inclusa sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 23BD2100Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce budget investimenti 2024;
4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 10.1 lett. e delle linee guida ANAC n. 3, il Dott. Iannucci Giuseppe, Direttore dell'UOC Neuroradiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza;
5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 230,00 quale importo massimo teoricamente

distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, Dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'EVENTUALE FORNITURA DI N. 1 DISPOSITIVO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE IN FABBISOGNO ALL'UOC DI NEURORADIOLOGIA DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA. ID SINTEL: 168321215 – CIG: 9789291A7B**

In data 24/10/2023 si è riunito presso gli uffici di Neuroradiologia il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 84915 del 22.08.23 risulta così composto:

- ✓ Dott.ssa Mariam Mansour – Dirigente Medico UOC Neuroradiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza;
- ✓ Dott. Valerio Vitale – Dirigente Medico UOC Neuroradiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza;

preso atto che è pervenuta l'offerta di una singola ditta per l'importo come di seguito indicato:

Ditta	Prodotto offerto	Importo
EMS srl	Resonance Technology Cinemavision 2020 n. RDM 2273345	€ 104.890,00

Il gruppo di esperti procede quindi con l'analisi della documentazione presentata verificando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste nel disciplinare di gara e riscontrando che l'offerta presentata dalla ditta EMS srl soddisfa le caratteristiche minime richieste dagli atti di gara.

Successivamente il gruppo di esperti passa alla valutazione della proposta in relazione ai criteri di valutazione indicati all'art. 6 del disciplinare di gara e di seguito riportati:

- ✓ modalità di preparazione del sistema e del paziente e del controllo del set-up durante l'esecuzione dell'esame.
- ✓ Valutazione della facilità di utilizzo e setting della consolle, dell'ingombro in termini di spazio e della possibilità di creazione di task con software E-Prime.
- ✓ Valutazione del sistema di stimolazione visiva in termini di compatibilità dei device con le bobine head RM 20 e 64 canali Siemens e fino a 3T, facilità di uso e di regolazione, risoluzione visiva, nonché del confort e compliance del paziente adulto e pediatrico, ed in relazione alla capacità di riduzione del senso di claustrofobia; presenza di dispositivo eye-tracker e correzione diottrie.
- ✓ Valutazione del sistema di stimolazione uditiva in termini di compatibilità dei device con le bobine head RM 20 e 64 canali Siemens e fino a 3T, facilità di uso e di regolazione, nonché del confort e compliance del paziente adulto e pediatrico.
- ✓ Valutazione tastiera Paziente.
- ✓ Valutazione assistenza tecnica in termini di rapidità di risposta alla chiamata, ripristino dispositivi, disponibilità di apparecchi sostitutivi.

riscontrando quanto segue:

Ditta: E.M.S. Srl.

**Modalità di preparazione del sistema e del paziente e del controllo del set-up durante l'esecuzione dell'esame.**

Valutazione: Sulla base della relazione fornita, il sistema di stimolazione proposto dalla ditta E.M.S. consente un'adeguata gestione del sistema e della preparazione del Paziente, anche attraverso la possibilità di comunicazione con lo stesso durante l'esecuzione dell'esame.

**Valutazione della facilità di utilizzo e setting della consolle, dell'ingombro in termini di spazio e della possibilità di creazione di task con software E-Prime.**

Valutazione: La relazione tecnica fornita dall'azienda EMS soddisfa i criteri sopraelencati, attraverso la fornitura di consolle PC per generazione degli stimoli completa di software E-Prime, e trigger box.

**Valutazione del sistema di stimolazione visiva in termini di compatibilità dei device con le bobine headRM 20 e 64 canali Siemens e fino a 3T, facilità di uso e di regolazione, risoluzione visiva, nonché del confort e compliance del paziente adulto e pediatrico, ed in relazione alla capacità di riduzione del senso di claustrofobia; presenza di dispositivo eye-tracker e correzione diottrie.**

Valutazione: Da quanto evinto dalla relazione tecnica fornita dalla ditta E.M.S. e dai successivi chiarimenti forniti, riteniamo la soluzione proposta adeguata alle problematiche cliniche a cui è finalizzata e atta a garantire la maggiore compliance possibile da parte dei Pazienti adulti e pediatrici durante gli esami di RM funzionale.

**Valutazione del sistema di stimolazione uditiva in termini di compatibilità dei device con le bobine head RM 20 e 64 canali Siemens e fino a 3T, facilità di uso e di regolazione, nonché del confort e compliance del paziente adulto e pediatrico.**

Valutazione: Da quanto evinto dalla relazione tecnica fornita dalla ditta E.M.S. e dai chiarimenti forniti, la ditta stessa specifica che "la compatibilità è dipendente dall'ingombro determinato dalla dimensione della testa del Paziente, cui si aggiunge l'ingombro delle cuffie. Si ritiene pertanto sufficiente l'offerta presentata rispetto al criterio.

**Valutazione tastiera Paziente.**

Valutazione: La response pad proposta dalla ditta E.M.S. viene ritenuta soddisfacente in relazione alle necessità cliniche connesse agli studi di RM funzionale.

**Valutazione assistenza tecnica in termini di rapidità di risposta alla chiamata, ripristino dispositivi, disponibilità di apparecchi sostitutivi.**

Valutazione: Vengono soddisfatti i criteri di garanzia Full Risk di 24 mesi dalla data di approvazione del collaudo. Soddisfatti anche i criteri di tempestività di risposta dell'assistenza tecnica anche in remoto.

Sulla base di quanto sopra si propone l'aggiudicazione alla ditta E.M.S. Srl.