

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
FORNITURA DI SISTEMI DI DERIVAZIONE INTERNA VENTRICOLARE CON VALVOLA
PROGRAMMABILE PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI
IN FABBISOGNO ALL'U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"**
GARA SIMOG N. 9122066
CIG 9850502B65
ID SINTEL N. 169947859

**VERBALE DI APERTURA BUSTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1)**

Alle ore 14:35 del 20 luglio 2023, in Vicenza, presso gli uffici dell'UOS Gare dell'Azienda ULSS n. 8 BERICA si riunisce per l'apertura delle buste tecniche, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n. 70923 del 07/07/2023, così composta:

Presidente: Dott. Fabio Angelo Raneri – Dirigente Medico U.O.C. di Neurochirurgia;
Commissari: Dott. Giacomo Beggio – Dirigente Medico U.O.C. di Neurochirurgia
Dott. Cristiano Parisi – Dirigente Medico U.O.C. di Neurochirurgia.

E' altresì presente la Dott.ssa Laura Trentin dell'UOS Gare per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che alle ditte partecipanti è stata data comunicazione, a mezzo piattaforma Sintel, dello svolgimento della presente seduta di gara.

La Commissione prende atto altresì che, come risulta dal verbale del 26 giugno 2023 sono stati ammessi alla presente gara i seguenti operatori economici:

Denominazione Operatore Economico	Sede legale
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	Via Strada 6 Palazzo N3 SNC Rozzano (MI)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Via Varesina, 162 – Milano (MI)

La Commissione procede a riscontrare la presenza delle buste telematiche "documentazione tecnica" presentate dai concorrenti ammessi nonché ad effettuare il download della documentazione tecnica ivi contenuta.

La Commissione, verificata la regolare presenza della documentazione tecnica presentata dalle ditte, le ammette alla successiva fase di gara.

Il Presidente richiama il Disciplinare di Gara, con particolare riferimento all'articolo 17 "Criterio di aggiudicazione", il quale dispone che l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che, dalla somma dei punteggi ottenuti per la qualità e per il prezzo offerto, avrà ottenuto complessivamente il punteggio più elevato, in base ai seguenti elementi:

- Qualità: punteggio massimo punti 70/100
- Prezzo: punteggio massimo punti 30/100

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
1	Sicurezza e facilità di applicazione	20
2	Numero livelli di controllo gradiente pressione	20
3	Semplicità regolazione livelli di pressione sul paziente, nei controlli e dopo i controlli con indagine RMN	15
4	Qualità dei materiali	15
	Totale	70

Si dà atto altresì che, ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, al fine di rispettare gli standard funzionali e qualitativi minimali attesi dall'amministrazione appaltante è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Si dà inoltre atto che i giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO SINTETICO	Analisi	COEFFICIENTE
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta insufficiente rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4
Gravemente insufficiente	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2
Inadeguato	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,0

La documentazione tecnica verrà messa a disposizione dei membri della Commissione e la documentazione tecnica originale è invece custodita dalla piattaforma Sintel.

E' stato, altresì, verificato che entro la data di scadenza delle offerte sono pervenuti i campioni richiesti dal Disciplinare di gara, come da documenti di trasporto agli atti dell'UOS Gare. La Commissione giudicatrice provvederà alla verifica della tipologia e delle quantità dei campioni presentati dalle ditte.

La Commissione, dopo aver analizzato analiticamente anche il contenuto del capitolato tecnico di gara, non potendo proseguire i lavori a fronte della complessità dei documenti da valutare e di indifferibili impegni lavorativi, ne rinvia il prosieguo.

La seduta termina in data di oggi 20 luglio 2023 alle 15:05.

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel e sul sito aziendale www.aulss8.veneto.it.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

f.to Fabio Angelo Raneri

f.to . Giacomo Beggio

f.to Cristiano Parisi