

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

**Direttore: Dott. Sandro Possamai**

**AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'EVENTUALE FORNITURA DI N. 1 CAPPA A FLUSSO LAMINARE IN FABBISOGNO ALL'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA. ID SINTEL: 168097590 – CIG: Z883AD058D**

**Domanda:** Buongiorno, si chiede cortesemente se la richiesta CE ai sensi della direttiva comunitaria competente 93/42/CEE sia un refuso in quanto non applicabile alla categoria di prodotto richiesto Grazie

**Risposta:** Si conferma refuso relativo alla 93/42/CEE.

**Domanda:** Buongiorno, nel disciplinare viene richiesto il sopralluogo obbligatorio ma non viene menzionato alcun referente per poterlo concordare né alcun modulo, potete indicarci e eventualmente fornire la modulistica necessaria (se richiesta)? Grazie

**Errata corrige:** Il sopralluogo deve essere effettuato prendendo accordi con la Dott.ssa Tabelli Valentina o Dott.ssa Giulia Franchin al numero telefonico 0444-752472 o indirizzo mail: [valentina.tabelli@aulss8.veneto.it](mailto:valentina.tabelli@aulss8.veneto.it); [giulia.franchin@aulss8.veneto.it](mailto:giulia.franchin@aulss8.veneto.it);

**Domanda:** Buongiorno, si richiede per la fornitura in oggetto i seguenti chiarimenti:

1. la richiesta della certificazione di ente terzo è tassativa, o basta anche solo la dichiarazione di conformità del produttore?
2. La consegna in 30 gg. solari può essere estesa? In quanto non è possibile fornire il modello di cappa richiesto in un tempo così breve.

**Risposta:**

1. Da considerarsi preferibile, non a pena di esclusione dalla procedura.
2. La consegna può essere estesa fino ad un massimo di 45 gg. solari.

**Domanda:**

1. Il sopralluogo è obbligatorio?
2. Nelle caratteristiche tecniche indicate "inclinato di almeno 5° ad azionamento elettrico digitale a garanzia di una postura ergonomica" ma non indicate a cosa si riferisce questa caratteristica.

3. Nelle caratteristiche tecniche indicate “Preferibilmente senza telaio per garantire una visuale completa della superficie di lavoro” ma non indicate a cosa si riferisce questa caratteristica.
4. Nelle caratteristiche tecniche indicate “Preferibilmente completamente basculata per favorire le operazioni di Sanificazione” ma non indicate a cosa si riferisce questa caratteristica.
5. Nelle caratteristiche tecniche indicate “dotati di condotti che conducono aria all’interno della cabina in depressione rispetto all’ambiente” ma non indicate a cosa si riferisce questa caratteristica.
6. Onde evitare incomprensioni vi chiediamo di avere delle risposte chiare o, a nostro avviso meglio ancora, reinoltrare il capitolo delle caratteristiche tecniche completo e corretto.

**Risposta:**

1. Vedasi sopra.
2. Si riferisce al vetro frontale.
3. Si riferisce al vetro frontale.
4. Si riferisce al vetro frontale.
5. Si riferisce ad altro.

**Domanda:** Vi contatto per chiedervi se la presenza del "CLOUD CHE CONSENTA CONNETTIVITA' REMOTA PER CONTROLLO DEI PARAMETRI DI LAVORO" è vincolante; il quesito sorge perchè indicate che le caratteristiche riportate sono meramente indicative. Infine vi chiediamo di specificare a che piano deve essere portata la cappa, se ci sono dei montacarichi e se le porte attraverso cui passare sono sufficientemente larghe. Grazie.

**Risposta:** Il cloud che consente connettività remota per controllo dei parametri di lavoro è vincolante. La cappa deve essere portata al piano zero.

Il RUP  
Dott. Sandro Possamai