

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1712 DEL 20/10/2023

O G G E T T O

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI “SISTEMA CHIUSO PER MISURAZIONE DIURESIS ORARIA ED ACCESSORI”, IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. DELL'AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 1469/23

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con Deliberazione n. 631 del 20/04/2023 è stata indetta la procedura di gara per la fornitura di "Sistema chiuso per misurazione diuresi oraria ed accessori", in fabbisogno alle UU.OO. di questa Azienda U.L.SS., per un periodo di 24 mesi ed una base d'asta biennale pari a € 135.000,00;

il capitolato definitivo ed i relativi fabbisogni sono di seguito riassunti:

Lotti	Descrizione	Fabbisogno annuale
1-A	Sistema chiuso per misurazione diuresi oraria	6.000 pezzi
2-A	Sacca di ricambio sterile	26.300.000 ml

l'U.O.C. scrivente ha quindi pubblicato, in data 26/04/2023, sulla piattaforma SINTEL e sul sito internet aziendale, ai sensi degli art. n. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 così modificato dall'art. n. 51, comma 1, lettera a) e della Legge n. 108/2021, una procedura di gara, a lotto unico, finalizzata all'assegnazione della fornitura di "Sistema chiuso per misurazione diuresi oraria ed accessori", per un periodo di 24 mesi e importo a base d'asta complessivo di € 135.000,00, registrata con ID 168388494, aperta a tutte le ditte abilitate alla piattaforma SINTEL, con termine ultimo per la presentazione dei preventivi fissato per il 25/05/2023;

entro il termine ultimo fissato per la partecipazione alla gara, sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- Clini-Lab SRL di Conselve (PD);
- Sarstedt SRL di Trezzano S/N (MI);
- Teleflex Medical SRL di Varedo (MB);

in data 25/05/2023, in base a quanto previsto dall'art. n. 9 del disciplinare di gara, è stato effettuato il download di tutta la documentazione, che, assieme alla campionatura pervenuta, è stata inoltrata ad alcuni esperti, nominati dal RUP con nota prot. n. 0060320/GM/mr/2023 del 09/06/2023, per l'individuazione del prodotto oggetto dell'affidamento diretto;

in data 08/08/2023, il gruppo di esperti interpellati ha trasmesso una relazione riepilogativa della valutazione effettuata (Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), nella quale viene proposto, per le motivazioni ivi specificate, l'affidamento della fornitura, alla ditta Clini-Lab SRL, che ha presentato prodotti idonei con una maggiore affidabilità e facilità di impiego, come di seguito riepilogato:

Codice Farmacia	Descrizione	Quantità annua	Costo unitario offerto	Costo complessivo annuo
107788	Sistema chiuso per misurazione diuresi oraria	6.000	€ 8,20	€ 49.200,00
1071789	Sacca di ricambio sterile 2000ml	13.150	€ 1,20	€ 15.780,00

per le vie brevi, è stata chiesta alla ditta Clini-Lab SRL una migioria sul prezzo offerto in gara;

con nota agli atti del 28/09/2023, la ditta ha concesso la migioria presentando offerta alle seguenti

condizioni economiche:

Codice Farmacia	Descrizione	Quantità annua	Costo unitario offerto	Costo complessivo annuo
107788	Sistema chiuso per misurazione diuresi oraria	6.000	€ 8,00	€ 48.000,00
1071789	Sacca di ricambio sterile 2000ml	13.150	€ 1,18	€ 15.517,00

si propone, pertanto, l'affidamento della fornitura di "Sistema chiuso per misurazione diuresi oraria ed accessori", in fabbisogno alle UU.OO. di questa Azienda U.L.SS., a favore della ditta Clini-Lab SRL, per un periodo di mesi 24, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel contratto ed una spesa complessiva biennale pari ad € 127.034,00 (Iva 22% esclusa);

si propone di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. n. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 270,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e ss.mm.ii., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

ai sensi dell'art. n. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto, in quanto risultano coinvolte più unità organizzative, come previsto dal punto 10 delle Linee guida Anac n. 3;

il procedimento oggetto del presente atto è tutt'ora soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 considerato che la nuova normativa sugli appalti approvata con D.Lgs. 18 marzo 2023, n. 36 si applica solo a procedimenti avviati a partire dal 01/07/2023, come sancito dall'art. n. 266, comma 2 del medesimo decreto.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la relazione degli esperti interpellati (Allegato 1) allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante;
2. di affidare, a conclusione della procedura semplificata aperta a tutti i fornitori, espletata ai sensi degli art. n. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 così modificato dall'art. n. 51, comma 1, lettera a) della L. n. 108/2021, la fornitura di "Sistema chiuso per misurazione diuresi oraria ed accessori", in fabbisogno alle UU.OO. di questa Azienda U.L.SS., alla ditta Clini-Lab SRL, per il periodo di mesi 24, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale e/o di Area Vasta, alle seguenti condizioni economiche:

Codice Farmacia	Descrizione	Quantità annua	Costo unitario offerto	Costo complessivo annuo
107788	Sistema chiuso per misurazione diuresi oraria	6.000	€ 8,00	€ 48.000,00
1071789	Sacca di ricambio sterile 2000ml	13150	€ 1,18	€ 15.517,00

3. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. n. 32 comma 14 del del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
4. di dare atto che l'importo complessivo di spesa di cui alla presente deliberazione verrà imputato, per un ammontare pari ad € 154.981,48 (Iva 22% inclusa) tra i costi sul conto 5402000126/ECO del Bilancio Sanitario e ripartito orientativamente secondo la seguente analisi:
 - anno 2023 € 25.830,25;
 - anno 2024 € 77.490,74;
 - anno 2025 € 51.660,49;
5. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nel documento "Disciplinare di gara";
6. di nominare quale Responsabile dell'Esecuzione del contratto la Dr.ssa Anna Radin, Direttore dell'U.O.C. Farmacia;
7. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. n. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 270,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e ss.mm.ii., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Achille Di Falco – dr.ssa Mariuccia Lorenzi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

Prot.

Dipartimento di Direzione Medica di Ospedale

Unità Operativa Complessa Farmacia Ospedaliera Distretto Est

Indirizzo sede: Viale Rodolfi 37, Vicenza

Vicenza li 08 AGO, 2023

Oggetto: **Valutazione “Sistema chiuso per misurazione diuresi oraria e accessori”**

Al Sig Direttore Servizio
Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica f.f.
Dott. Sandro Possamai

Con riferimento alla nota prot. 0060320/23 del 09/06/2023, con cui veniva effettuata la nomina del gruppo di esperti per la valutazione dei preventivi pervenuti, relativi all'affidamento diretto della fornitura di “Sistema chiuso per misurazione diuresi oraria e accessori”, si riportano di seguito le valutazioni espresse dal gruppo nominato.

Ditta Clinilab: dispositivo “Urinometro 500ml con sacca di ricambio Q500Plus, ref 15810121”, importo biennale €129.960,00

La scala graduata è caratterizzata da un’ottima visibilità e da una facile lettura dei valori.

Il sistema di aggancio tra sacca ed urinometro mostra una buona tenuta in quanto presenta un sistema luer-lock che, bloccandosi, evita possibili imbrattamenti.

Il sistema di apertura/chiusura tra urinometro e sacca, posizionato nella parte più alta, presenta un rubinetto con una grande superficie che consente un’ottima presa e un facile utilizzo da parte dell’operatore.

Ditta Sarstedt: dispositivo “Urinometro A06 W 500 ml, sacca 2l, sterile, ref 74.5681.200”, importo biennale € 76.391,32

L’assenza del rubinetto di scarico della sacca di raccolta, sia di quella presente nel kit che quella di ricambio, rende difficoltoso l’utilizzo del kit da parte dell’operatore.

La scala graduata è caratterizzata da una scarsa visibilità e da una difficoltosa lettura dei valori (numeri piccoli, righe eccessivamente vicine).

Il sistema di aggancio tra sacca ed urinometro mostra una buona tenuta in quanto presenta un sistema luer-lock che, bloccandosi, evita possibili imbrattamenti.

Ditta Teleflex: dispositivo “Urinometro e sacca di svuotamento ref 673081-000000, 673082-000000”, importo biennale € 75.040, 00

La visibilità della scala graduata risulta appena sufficiente (righe molto vicine, colore dell’inchiostro poco in contrasto con lo sfondo).

Durante l’utilizzo si sono verificati episodi di globo vescicale in quanto l’urina non defluiva dal catetere all’urinometro determinando un rischio per il paziente (ritenzione urinaria considerata come effetto del post operatorio).

Il sistema di aggancio tra sacca ed urinometro mostra una scarsa tenuta in quanto non si blocca ed aumenta il rischio di distacco con conseguente aumento di rischio di imbrattamento.

Vista la necessità di utilizzo di tali dispositivi in un setting assistenziale particolare (pazienti sedati, che necessitano di monitoraggio accurato delle diuresi) e vista la necessità di garantire la sicurezza del personale (evitare imbrattamenti nell'uso, nel cambio sacca, nello svuotamento della sacca) alla luce delle valutazioni effettuate che hanno evidenziato una maggiore affidabilità e facilità di impiego, si propone l'affidamento dei dispositivi in oggetto alla Ditta Clinilab per il ref 15810121.

Gruppo di Esperti

Dr.ssa Milena Lauri

FIRMATO

Sig.ra Alberta Delle Grazie

FIRMATO

Sig.ra Laura Zaghis

FIRMATO