

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E GESTIONE “FULL SERVICE” DI  
SISTEMI ANTIDECUBITO AD USO DEI PAZIENTI TERRITORIALI DELL’AZIENDA  
ULSS N. 8 BERICA**

**GARA SIMOG N. 8920797 - CIG N. 9624577432 - ID SINTEL N. 165213838**

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE**

**(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 4)**

Alle ore 08:30 del 26/06/2023, in Vicenza, presso la sede della Centrale ADI dell’UOC Cure Primarie del Distretto Est in Strada Marosticana a Vicenza, si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n. 33336 del 29 marzo 2023, così composta:

Presidente: Dott.ssa Silvia Manea – Direttore U.O.C. Cure Primarie Distretto Ovest

Componenti: Sig.ra Natascia Giuriato – Infermiere Professionale dell’U.O.C. Cure Primarie Distretto Est

Sig.ra Giulia Zonta – Infermiere Professionale dell’U.O.C. Cure Primarie Distretto Est

La dr.ssa Silvia Manea e la sig.ra Giulia Zonta sono collegati in videoconferenza.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La seduta odierna si svolge a seguito della trasmissione ai Commissari da parte dell’U.O.S. Gare della risposta pervenuta dalla ditta Sanacilia Service S.r.l. con comunicazione Sintel n. 170864872 del 19/06/2023, in merito ai chiarimenti sulla *“Disponibilità di installazione all’interno della rete aziendale e integrazione con altri applicativi aziendali”* richiesti dalla Commissione Giudicatrice nel corso della precedente seduta del 23/05/2023.

La Commissione prende atto che la ditta Sanacilia Service S.r.l. indica che il software può interagire con gli applicativi aziendali dell’Azienda ULSS n. 8 come indicato a pagina 10 del Progetto gestionale presentato nella parte in cui viene dichiarato che *“il software attualmente in uso da Sanacilia Service [...] è oggetto di continui sviluppi e miglioramenti tanto da potersi confezionare come un vestito su misura per gli enti appaltatori”*.

La Commissione prosegue, quindi, con l’analisi della restante parte dell’offerta tecnica.

La Commissione a conclusione dell’analisi della documentazione prodotta dai concorrenti, dopo rinnovata discussione collegiale, sulla base delle proposte tecniche pervenute, delle prove visione effettuate e dei criteri di valutazione stabiliti dal Disciplinare di gara, finalizza l’attribuzione per ciascun criterio dei giudizi e dei relativi punteggi come da tabella che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Le offerte presentate dalle ditte Zuccato HC s.r.l., Service Med s.r.l. e Sanacilia Service s.r.l., avendo superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, fissata in 42 punti su 70, come indicato dall’art. 17.1 del Disciplinare di gara, vengono ammesse all’apertura delle offerte economiche.

A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione stabilisce di inoltrare i verbali al RUP.

La seduta ha termine alle ore 10:00.

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

*f.to Silvia Manea*

*f.to Natascia Giuriato*

*f.to Giulia Zonta*

---

					Zuccato			Service Med			Sanacilia Service S.r.l.					
					Tipologia 1 Procure Auto 9P-087520 Tipologia 2 Domus Auto 8			Tipologia 1 e 2 Flow High			Tipologia 1: DUAL GT Tipologia 2: DUAL PLUS					
n°	Criteri di valutazione		Sub-criteri di valutazione	Punti D Max		Valutazione (coefficiente attribuito)	Valutazione (punteggio assegnato)	Motivazione		Valutazione (coefficiente attribuito)	Valutazione (punteggio assegnato)	Motivazione				
Caratteristiche dei singoli sistemi																
1	Principio di funzionamento	1.1	Modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto anche in relazione alle differenti zone corporee (anche con diverse modalità)	6		1	6	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti		1	6	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti				
		1.2	Portata terapeutica superiore al parametro indicato nelle caratteristiche minime (kg) <i>ad una portata maggiore corrisponderà un maggior punteggio</i>	5		1	5	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Portata terapeutica di 250 Kg per entrambi i modelli offerti.		1	5	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Portata terapeutica pari a 250 Kg.		0,8	4	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti. Portata terapeutica di 250 kg per la tipologia 1 e 220 kg per la tipologia 2.
		1.3	Autonomia in assenza di corrente elettrica (durata superiore al parametro indicato nelle caratteristiche minime) e presenza di sistema che impedisca il bottom-up	4		0,6	2,4	I modelli proposti sia per la tipologia 1 che per la tipologia 2 hanno un'autonomia di 12 ore.		1	4	Il modello proposto ha un'autonomia di circa 24 ore.		0,8	3,2	I modelli proposti sia per la tipologia 1 che per la tipologia 2 hanno un'autonomia di oltre 15 ore.
		1.4	Tempo di sgonfiaggio per CPR (in secondi) inferiore al tempo massimo indicato nelle caratteristiche minime	2		0	0	Inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Alla prova visione, il tempo di sgonfiaggio risulta allineato al tempo previsto dal capitolato tecnico.		1	2	La riduzione del tempo di sgonfiaggio risulta più che buona rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Alla prova visione, il tempo di sgonfiaggio è stato di 8 secondi		1	2	La riduzione del tempo di sgonfiaggio risulta più che buona rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Alla prova visione, il tempo di sgonfiaggio è stato di 9 secondi.
2	Praticità d'uso		Altezza materasso, caratteristiche del telo di copertura (bielasticità, impermeabilità), maneggevolezza del sistema	6		1	6	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.		1	6	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.		1	6	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.
3	Sicurezza		Allarmi (tipologia e parametri segnalati) <i>ad una più ampia gamma di allarmi (acustici, visivi) e parametri segnalati corrisponderà maggior punteggio</i>	4		1	4	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Il sistema ha un'ampia gamma di allarmi.		1	4	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Il sistema ha un'ampia gamma di allarmi.		1	4	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Il sistema ha un'ampia gamma di allarmi.
4	Unità di gonfiaggio	4.1	Praticità di utilizzo dell'unità di gonfiaggio. <i>Verranno valutate la praticità di connessione del motore al materasso, la praticità e la stabilità del sistema di ancoraggio al letto, peso e ingombro ridotti</i>	6		1	6	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.		1	6	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.		1	6	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.
		4.2	Rumorosità e vibrazione della pompa <i>a minor rumorosità corrisponderà maggior punteggio</i>	2		1	2	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.		1	2	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.		1	2	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

						Zuccato Tipologia 1 Procure Auto 9P-087520 Tipologia 2 Domus Auto 8				Service Med Tipologia 1 e 2 Flow High				Sanacilia Service S.r.l. Tipologia 1: DUAL GT Tipologia 2: DUAL PLUS			
n°	Criteri di valutazione		Sub-criteri di valutazione	Punti D Max		Valutazione (coefficiente attribuito)	Valutazione (punteggio assegnato)	Motivazione		Valutazione (coefficiente attribuito)	Valutazione (punteggio assegnato)	Motivazione		Valutazione (coefficiente attribuito)	Valutazione (punteggio assegnato)	Motivazione	
Organizzazione del servizio																	
5	Sistema informatico	5.1	Funzionalità software specifiche (richieste, algoritmi di assegnazione, informazioni e reportistica, etc.)	5		1	5	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.		1	5	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.		1	5	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	
		5.2	Disponibilità di installazione all'interno della rete aziendale e integrazione con altri applicativi aziendali	3		1	3	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. E' disponibile a valutare percorsi integrazione con piattaforme informatiche aziendali.		1	3	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. E' disponibile a valutare percorsi integrazione con piattaforme informatiche aziendali.		1	3	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. E' disponibile a valutare percorsi integrazione con piattaforme informatiche aziendali.	
6	Manutenzione, sanificazione, disinfezione, sterilizzazione	6.1	Modalità di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione e asciugatura del sistema (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, ecc.)	3		1	3	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti, con dettagli in merito ai protocolli, metodologia, macchinari, ambienti e attrezzature.		1	3	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti, con dettagli in merito ai protocolli, metodologia, macchinari, ambienti e attrezzature.		1	3	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti, con dettagli in merito ai protocolli, metodologia, macchinari, ambienti e attrezzature.	
		6.2	Modalità di manutenzione: <i>verranno valutate le procedure per la manutenzione e le strutture dedicate</i>	3		1	3	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Ha un piano di manutenzione ordinaria della pompa e del materasso al rientro dal noleggio e un piano di manutenzione periodica e preventiva e uno sui noleggi di lunga durata ogni 60 giorni		0,8	2,4	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti. Ha un piano di manutenzione ordinaria della pompa e del materasso al rientro dal noleggio e un piano di manutenzione correttiva.		0,8	2,4	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti. Ha un piano di manutenzione ordinaria della pompa e del materasso al rientro dal noleggio e un piano di manutenzione correttiva	
7	Criteri Ambientali		Possesso di certificazioni ambientali	4		0,6	2,4	Rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Dichiara di aver iniziato l'iter per acquisire la certificazione ambientale ISO 14001:2015.		1	4	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. In possesso di certificazione ambientale ISO 14001:2015		0,6	2,4	Rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Dichiara di seguire i criteri della certificazione ambientale ISO 14001:2015.	
8	Formazione e aggiornamento		Verranno valutate le attività di formazione, istruzione e addestramento realizzate a favore dei pazienti (care giver) e del personale dell'azienda ULSS	4		0,8	3,2	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti.		0,8	3,2	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti.		0,8	3,2	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti.	
9	Organizzazione aziendale	9.1	Processo logistico e organizzativo del servizio (magazzini di stoccaggio, numerosità e tipo mezzi di trasporto, modalità per corretti e igienici stoccaggio e trasporto)	3		1	3	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.		1	3	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.		1	3	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	
		9.2	Numerosità, qualifica e aggiornamento periodico delle figure professionali coinvolte nell'esecuzione contrattuale	3		1	3	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti		1	3	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti		1	3	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	
			Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica:					Interventi di assistenza tecnica ed eventuale ripristino del telo di copertura in 5 ore dal				Interventi di assistenza tecnica ed eventuale ripristino del telo di copertura in 4 ore dal				Interventi di assistenza tecnica ed eventuale ripristino del telo di copertura in 5 ore dal	

					Zuccato Tipologia 1 Procure Auto 9P-087520 Tipologia 2 Domus Auto 8			Service Med Tipologia 1 e 2 Flow High			Sanacilia Service S.r.l. Tipologia 1: DUAL GT Tipologia 2: DUAL PLUS		
n°	Criteri di valutazione		Sub-criteri di valutazione	Punti D Max		Valutazione (coefficiente attribuito)	Valutazione (punteggio assegnato)	Motivazione		Valutazione (coefficiente attribuito)	Valutazione (punteggio assegnato)	Motivazione	
10	Assistenza tecnica		verranno valutati i protocolli in caso di guasti e i tempi di intervento migliorativi rispetto agli standard precisati nella documentazione di gara	5		1	5	ricevimento della richiesta.		1	5	ricevimento della richiesta.	
11	Consegna e ritiro		Tempi di consegna e di ritiro migliorativi rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico	2		1	2	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Consegna e ritiro entro 24 ore.		1	2	Proposta rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Consegna e ritiro entro 24 ore.	
Punteggio totale							64				68,6		

Commissione Giudicatrice

IL PRESIDENTE

IL COMMISSARIO

IL COMMISSARIO

Vicenza, 26 giugno 2023

f.to Silvia Manea

f.to Natascia Giuriato

f.to Giulia Zonta