

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI SINTESI PER
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE PER L'AZIENDA ULSS 8 BERICA.**

GARA N. 9019062

LOTTO UNICO CIG N. 97376280D6

ID SINTEL 167992572

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 2

Alle ore 10:00 del 06 giugno 2023, in Vicenza, presso gli uffici dell'U.O.C. Chirurgia Maxillo-Facciale del P.O. di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 BERICA, si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n. 55168 del 26/05/2023, così composta:

Presidente: Dr. Massimo Brunello – Dirigente Medico U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale
Componenti: Dr Claudio Cusino – Dirigente Medico U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale
Sig.ra Elisa Dalla Mese – Infermiere Professionale del Gruppo Operatorio di Vicenza

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione, dopo aver analizzato collegialmente il contenuto del Capitolato tecnico e del disciplinare di gara, inizia ad esaminare la documentazione tecnica presentata dalla ditta Tekka S.r.l., unica ditta partecipante, e procede alla verifica delle caratteristiche tecniche e funzionali dei sistemi di sintesi offerti, dello strumentario e degli accessori previsti dal Capitolato tecnico di gara e alla valutazione della campionatura presentata.

Nel corso della suddetta analisi, la Commissione rileva che non è chiaro in quale modo i sistemi di sintesi offerti rispondano a quanto previsto all'art. 1 del Capitolato tecnico *“Al fine di garantire la tracciabilità del dispositivo medico, la ditta dovrà fornire prodotti (o set) in confezione sterile. In alternativa la ditta dovrà garantire la presenza di un sistema di tracciabilità (targhetta o un'etichetta adesiva aggiuntiva o altro sistema) che consenta di riportare REF e numero di lotto nella cartella del paziente.”*

La Commissione Giudicatrice ritiene quindi necessario chiedere all'operatore partecipante di chiarire e/o specificare come venga garantita la tracciabilità dei sistemi e di inviare un'ulteriore campionatura, ai sensi dell'art. 6.3 del Disciplinare di gara, di n. 1 set in confezione sterile/tracciabile.

La Commissione ritiene inoltre necessaria un'ulteriore campionatura di n. 1 tronchese da filo metallico.

A fronte di quanto sopra, la Commissione Giudicatrice interrompe i lavori e dispone di inviare le suddette richieste al RUP affinché proceda a inoltrarle alla ditta partecipante, rinviando alla ricezione dei chiarimenti e dell'ulteriore campionatura richiesti la prosecuzione dell'esame delle offerte tecniche.

La seduta ha termine alle ore 11:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

n

.

/ Dr. Massimo Brunello

/ Dr Claudio Cusino

/ Sig.ra Elisa Dalla Mese