

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI SINTESI PER
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE PER L'AZIENDA ULSS 8 BERICA.****GARA N. 9019062****LOTTO UNICO CIG N. 97376280D6****ID SINTEL 167992572****VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE****VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 3**

Alle ore 13:30 del 22 giugno 2023, in Vicenza, presso gli uffici dell'U.O.C. Chirurgia Maxillo-Facciale del P.O. di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 BERICA, si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n. 55168 del 26/05/2023, così composta:

Presidente: Dr. Massimo Brunello – Dirigente Medico U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale
Componenti: Dr. Claudio Cusino – Dirigente Medico U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale
Sig.ra Elisa Dalla Mese – Infermiere Professionale del Gruppo Operatorio di Vicenza

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La seduta odierna si svolge a seguito della ricezione dell'ulteriore campionatura e dei chiarimenti forniti dalla ditta Tekka Srl, come richiesto dalla Commissione Giudicatrice nel corso della precedente seduta del 06/06/2023 in merito alla tracciabilità del dispositivo medico e alla prescrizione che *“la ditta dovrà fornire prodotti (o set) in confezione sterile. In alternativa la ditta dovrà garantire la presenza di un sistema di tracciabilità (targhetta o un'etichetta adesiva aggiuntiva o altro sistema) che consenta di riportare REF e numero di lotto nella cartella del paziente”*;

La Commissione prende atto che la ditta suddetta, con comunicazione inviata nella piattaforma Sintel il 16/06/2023, ha specificato che l'azienda *“offre dei kit sterili custom pack che garantiscono la tracciabilità del dispositivo medico”* come da scheda tecnica già presente nella *“documentazione tecnica caricata sulla piattaforma Sintel”*.

La Commissione prende altresì atto che sono pervenuti gli ulteriori campioni richiesti, come da documenti di trasporto agli atti dell'UOS Gare.

A fronte dei chiarimenti forniti dalla ditta Tekka, la Commissione riscontra che l'offerta presentata dalla ditta Tekka presenta i requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico e pertanto è ammessa alla valutazione in attuazione all'art. 17 del Disciplinare di gara.

La Commissione procede quindi alla valutazione della qualità dell'offerta tecnica, tenuto anche conto dell'ulteriore campionatura presentata, e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 17.1 del Disciplinare di gara, attribuisce per ciascun criterio i giudizi ed i relativi punteggi come da tabella sotto riportata.

I sistemi presentati sono i seguenti:

- | | |
|---|-------------------|
| - sistema di sintesi del terzo medio facciale (mascella-cranio-orbita-zigomo) | sistema MINITEK |
| - sistema di sintesi mandibolare | sistema ORTRAUTEK |

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX	Coefficient e attribuito	Punteggio assegnato	Motivazione
1	Caratteristiche tecniche dei sistemi/prodotti	40	1.1	Resistenza delle placche alla modellazione: presenza di sistemi di rinforzo e di avvitamento delle viti al fine di ridurre la rottura	8	1	8	Ottima modellazione delle placche senza evidenti segni di rottura, conforme agli standard richiesti
			1.2	Qualità e rifinitura del materiale ritenzione cacciavite/vite	8	1	8	Ottima rifinitura visibile delle viti, ottima ritenzione
			1.3	versatilità, ergonomia, facilità di utilizzo, presenza di codice colore per distinguere i vari sistemi	8	1	8	Facilità di utilizzo e facilità nella distinzione dei sistemi.
			1.4	Praticità del confezionamento del prodotto	8	1	8	Confezionamento ottimale del prodotto
			1.5	Varietà dei prodotti (lunghezze placche, forme)	8	1	8	Ottima la varietà delle placche.
2	Tracciabilità dei prodotti	8		Facilità di utilizzo del sistema di tracciabilità	8	1	8	Tracciabilità come richiesto dalla normativa
3	Caratteristiche costruttive dello strumentario	12	3.1	Strumenti: caratteristiche tecnico-costruttive, facilità di impiego, semplicità applicativa, maneggevolezza, facilità di identificazione	5	1	5	Strumentario con caratteristiche di usabilità e maneggevolezza in linea con gli standard richiesti.
			3.2	Strumenti di modellazione placche: precisione taglio, ingaggio viti, tenuta delle viti, verifica della precisione delle punte da fori	7	1	7	Ottima tenuta delle viti, nessuna imperfezione negli strumenti che sono ottimali per l'uso richiesto.
4	Formazione del personale	5		Formazione per gli operatori addetti all'utilizzo dei prodotti in gara	5	0,8	4	Proposta buona con indicazioni abbastanza complete
5	Software di progettazione	5		Disponibilità di software per la progettazione virtuale tridimensionale dell'intervento	5	0,6	3	Software abbastanza completo che richiede un periodo di apprendimento.
	Totale	70			70		67	

L'offerta della ditta Tekka avendo superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, fissata in 42, come indicato nell'art. 17.1 del disciplinare di gara, viene ammessa all'apertura dell'offerta economica.

A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione stabilisce di inoltrare i verbali al RUP.

La seduta ha termine alle ore 14:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL COMMISSARI

/ Dr. Massimo Brunello

/ Dr. Claudio Cusino

Sig.ra Elisa Dalla Mese