

Prot.

Dipartimento: Servizi Tecnico-Amministrativi

Unità Operativa / Servizio: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dr. Giorgio Miotto

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di sistema per l'incontinenza fecale. **Chiarimenti.**

In relazione alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si precisa quanto segue:

a) Richiesta:

Oggetto: Art. 1 – Oggetto dell'appalto – caratteristiche tecniche dispositivi

Buongiorno, in merito all'art. citato in oggetto del Disciplinare di Gara, si chiede di estendere la possibilità di presentare KIT composti di cannula rettale non in silicone ma in nuovi materiali di ultima generazione latex free e DEHP free; il silicone risulta essere un materiale che alcuni produttori mondiali hanno superato per introdurre prodotti più performanti in termini di contenimento della diffusione degli odori del materiale drenato. Inoltre, relativamente alle caratteristiche del KIT, la scrivente solleva come l'indicazione "(...)preferibilmente di tasca per l'inserimento digitale" vada ad indicare univocamente il prodotto "Flexi Seal (Convatec)", da voi già in uso stante le Delibere pubblicate sul vs. sito alla sezione Amministrazione Trasparente. Si chiede pertanto di eliminare e sostituire tale locuzione con una più generica e che non pregiudichi la presentazione di KIT di altri Brand: "dotato di idonei sistemi / strutture / accorgimenti per agevolare l'operatore nell'operazione di inserimento del catetere nell'ampolla rettale del paziente".

Risposta:

A) si integra la dicitura "catetere in silicone medicale" con la dicitura "catetere in silicone medicale o altro materiale plastico di grado medicale";

B) per quanto riguarda la dicitura "preferibilmente con tasca per l'inserimento digitale" si precisa che l'avverbio preferibilmente indica una caratteristica auspicabile e non obbligatoria e pertanto non pregiudica la presentazione di dispositivi senza tale caratteristica.

Distinti saluti.

Il Direttore
(- Miotto Dr. Giorgio -)

