

Dipartimento: Servizi Tecnico-Amministrativi

Unità Operativa / Servizio: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore F.F.: Dr. Giorgio Miotto

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di sistema per l'incontinenza fecale. **Chiarimenti.**

In relazione alla terza richiesta di chiarimenti pervenuta, si precisa quanto segue:

a) Richiesta:

CAMPIONATURA RICHIESTA - ART. 14 DEL DISCIPLINARE DI GARA

Buongiorno, in riferimento alla campionatura e considerando che il KIT comprende al suo interno già n. 3 sacche di ricambio, chiediamo di essere esonerati nel presentare campionatura di ulteriori n. 2 pz. sacche previste all'art. 2 allegando, per la valutazione, copia dell'etichettatura presente nella confezione di vendita. Inoltre chiediamo conferma che per PACCO SIGILLATO si intenda NASTRO ADESIVO PERSONALIZZATO A CHIUSURA DI TUTTI I LEMBI.

Risposta:

- Per la campionatura si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara: art. 1: 2 pezzi, art. 2: 2 pezzi. La campionatura delle singole sacche si rende necessaria al fine di valutarne la completa compatibilità con il catetere, visto che è possibile l'impiego di un numero maggiore di sacche rispetto a quelle contenute nel kit;
- Si conferma che per PACCO SIGILLATO si intende con "nastro adesivo a chiusura di tutti i lembi".

Distinti saluti.

Il Direttore F.F.
(- Miotto dr. Giorgio -)

