

Questionario per la valutazione qualitativa

LOTTO 1

Caratteristica	Descrizione e riferimenti specifici alla documentazione presentata
SPETTROMETRI DI MASSA	
Cella di collisione curvata	☐ SI ☐ NO
Cella di collisione non in linea con il 1° e 3° quadrupolo	☐ SI ☐ NO
Tempo di polarity switching (cambio di polarità)	
Sensibilità massima MRM ESI positiva	
Velocità massima di scansione	
Possibilità di utilizzo di piattaforme informatiche diversificate per operatività quotidiana di gestione campioni o per attività di modifica/sviluppo metodi	☐ SI ☐ NO NOTE:
Linearità di risposta (Range dinamico; ordini di grandezza dal limite di detection)	
U-HPLC	
U-HPLC e spettrometro di massa della stessa ditta costruttrice	☐ SI ☐ NO Indicare:
Pressione massima della pompa	
Volume morto dall'autocampionatore alla testa della colonna (band spread)	
Procedure di emergenza per eventuali fermi strumentali (UHPLC, Spettrometro)	Descrizione:
Ridotte attività di manutenzione di primo livello a cura degli operatori	Descrizione:
Sistemi di insonorizzazione per la pompa rotativa (Noise box)	☐ SI ☐ NO Descrizione:

Lotto 2	
Caratteristica	Descrizione e riferimenti specifici alla documentazione presentata
PREPARATORE AUTOMATIZZATO	
Tecnologia di pipettamento senza liquidi di sistema	☐ SI ☐ NO
Spaziatura dei canali di dispensazione asimmetrica	☐ SI ☐ NO
Numero e tipologia di campioni gestibili	
Gestione automatizzata del campione di sangue intero non idoneo all'analisi	☐ SI ☐ NO
Certificazioni per preparazione automatizzata dei campioni;	☐ SI ☐ NO
Semplicità allestimento campioni per preparativa automatizzata	Descrizione:
REAGENTI	
Numero di ammine biogene e acidi urinari che prevedano l'utilizzo delle stesse fasi mobili e la stessa colonna cromatografica	
Utilizzo delle stesse fasi e reattivi e colonna cromatografica per l'esecuzione degli ormoni steroidei	☐ SI ☐ NO
Volume massimo di eluato utilizzabile per eventuali rerun (numero di rerun possibili)	
Soluzioni di check strumentali pronte all'uso iniettabili senza pretrattamenti	☐ SI ☐ NO
Presenza di bianco- matrice per tutte le soluzioni fornite	☐ SI ☐ NO
Unica tipologia di sorgente (ESI) per tutte le determinazioni	☐ SI ☐ NO
DI SISTEMA	
Procedure di emergenza per eventuali fermi strumentali (preparatore automatizzato, agitatore, essiccatore, centrifuga)	Descrizione:
Ridotte attività di manutenzione di primo livello a cura degli operatori	Descrizione: