

Prot.n. 54522 1 GIU. 2018

Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti
UOC Provveditorato, Economato e Gestione
della Logistica
Viale F. Rodolfini, 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: fornitura di “arco a c” compatto per minichirurgia ortopedica
- procedura aperta telematica su piattaforma sintel ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b del d.lgs.50/2016
ID SINTEL: 97233631 – CIG:7498212848 –
RICHIESTA CHIARIMENTI

QUESITO 1): Nella documentazione tecnica da fornire viene indicato: - Manuali d'uso e di istruzione delle apparecchiature (preferibilmente anche in formato elettronico).

Poiché tutta la documentazione da fornire è in formato elettronico, si richiede se occorra fornire i manuali anche in formato cartaceo e eventualmente a quale indirizzo.

RISPOSTA 1): non è necessaria la documentazione cartacea: in fase di gara solo in formato elettronico

QUESITO 2): Nelle caratteristiche tecniche minime del sistema alla voce Dettore Dinamico digitale viene riportato: - Laser integrato nel detettore Poiché per questo tipo di applicazione il laser solitamente si trova nella testa porta tubo raggi X quindi al di sopra del detettore - si chiede di specificare se sia sufficiente avere il laser di centratura indipendentemente dalla sua collocazione nel sistema.

RISPOSTA 2): si conferma che è sufficiente sia presente il sistema di centratura laser, indipendente dal posizionamento di questo.

Il Direttore del Servizio
(Dott. Giorgio Miotto)

