

Prot. 59525 - 1 GIU. 2019

UOC: Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: **Arredi tecnici per allestire i locali del Laboratorio di Radiofarmacia dell'azienda ULSS n. 8 Berica Rif. Fasc. 2018/178 - RISPOSTA A QUESITI**

**QUESITO 1): n. 1** Tavolo aperto in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 con vano inferiore a giorno e cassetiera su ruote a 4 cassetti ad estrazione totale. Dimensioni singolo tavolo: mm 1500 x 600 x 910 h; con vano inferiore a giorno, cosa si intende esattamente? le dimensioni e posizionamento.

**RISPOSTA 1):** Per vano inferiore a giorno si intende vano internamente vuoto. Le dimensioni del tavolo sono quelle riportate e sono relative al posizionamento del tavolo nei locali di destinazione.

**QUESITO 2):** Struttura posteriore pensile dotata di ripiano e distributore di guanti. Dimensione totale banco: mm. 90 x 600 x 910 h + altezza pensile mm 900

**RISPOSTA 2):** Il banco deve essere dotato di una struttura posteriore pensile (non sono possibili forature alle pareti farmaceutiche) e di un ripiano. Deve essere fornito inoltre un dispenser di guanti in acciaio inox agganciabile ai supporti a parete o ai tavoli

IL DIRETTORE  
Dr Giorgio Miotto

