

Prot. 0058847 del 06/06/2018

**UOC:** Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
**Indirizzo sede:** Viale F. Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza  
**Direttore:** Dott. Giorgio Miotto

**Oggetto:** Arredi tecnici per allestire i locali del  
 Laboratorio di Radiofarmacia dell'azienda ULSS n. 8  
 Berica Rif. Fasc. 2018/178 - RETTIFICA

Con la presente si rettifica la richiesta di offerta di cui al prot. 0050443 del 15/05/2018 come segue:

**in luogo di**

ART. N. 3. - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La ditta concorrente e/o l'A.T.I., qualora interessata, deve far pervenire all'Amministrazione dell'ULSS Ufficio Protocollo, Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06/06/2018,

**si legga**

ART. N. 3. - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La ditta concorrente e/o l'A.T.I., qualora interessata, deve far pervenire all'Amministrazione dell'ULSS Ufficio Protocollo, Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/06/2018

È inoltre aggiunto il seguente paragrafo:

"il termine per la presentazione dei quesiti è fissato al giorno 06/05/2018"

la voce al rif. 13 del locale controllo qualità è integrata con la seguente dicitura:

**CONTROLLO QUALITA'**

Rif.13) n.1 Banco lavello in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Piano di lavoro ad invaso con integrata vasca da mm 500x500x300 dotata di gruppo miscelatore ac/af e di un ulteriore rubinetto specifico per l'utilizzo con acqua osmotizzata derivante da apposito impianto. Il piano di lavoro dovrà essere configurato ad "L" e senza punti di giuntura. Alzata contenitiva sui 2 lati. Piano rinforzato con intercapedine piombata (minimo 2 mm) e sottoripiano in Acciaio inox 18/10 AISI 3.

Zona sotto lavello con anta a battente. Zona sotto il piano liscio con anta a battente e cassettera.

Dimensione del Banco lato 1: mm 1300+700 (lunghezza complessiva 2000) x 700 x 910h;

Dimensione del banco lato 2 mm 700+1800 (lunghezza complessiva 2500) x 700 x 910 h;

IL DIRETTORE  
 Servizio Approvvigionamenti  
 Dr Giorgio Miotto

**Responsabile del Procedimento: Dr. Giorgio Miotto**

Referente procedura: Dr. Sergio Rossi

Tel. 0444-75.7141 Fax 0444-75. 3407

e mail: sergio.rossi@aulss8.veneto.it