

Prot. 0063286 del 18/06/2018

UOC: Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: **Arredi tecnici per allestire i locali del Laboratorio di Radiofarmacia dell'azienda ULSS n. 8 Berica Rif. Fasc. 2018/178 - RISPOSTA A QUESITI QUATER e RETTIFICA**

QUESITO 1

Rif. 11) n° 1 armadio aspirato di sicurezza : la dicitura "a norma per solventi..." non è corretta in quanto essendo il solvente un materiale infiammabile deve essere inserito nell'armadio Rif. 12) N° 1 armadio di sicurezza a norma per prodotti infiammabili.

RISPOSTA 1

La dicitura "solventi" è un refuso pertanto le ditte sono tenute a non tenerlo in considerazione: la dicitura "solvente" s'intende eliminata dal Rif. 11 che riguarda lo stoccaggio di sostanze tossiche, acide e basiche.

QUESITO 2

Rif. 11) n° 1 armadio aspirato di sicurezza: questo armadio non può essere realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 a causa della tipologia di prodotto che deve contenere

RISPOSTA 2

La dicitura "in acciaio inox 18/10 AISI 304" è un refuso. L'armadio deve essere realizzato in materiale compatibile con la tipologia di materiali da stoccare (es. in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido o altro materiale idoneo)

QUESITO 3

in riferimento a quanto da voi esposto nella Vs. Comunicazione del 06-06-18, Prot. 0058857, relativamente alla risposta del quesito 3, la presente per richiedere: Ripristino della profondità dei banchi 19 e 20, in quanto trattasi di banchi da lavoro dove la superficie d'appoggio necessaria all'attività lavorativa (confezionamento e spedizione) è di mm 800. Un piano d'appoggio con profondità mm 600 vanificherebbe la funzionalità dell'arredo. Dal computo da voi allegato in fase di gara, non risultano altri banchi da affiancare a tali tavoli da lavoro.

RISPOSTA 3

Rif. 19: Si ripristina la profondità 800 mm.

RETTIFICA:

Con la presente si elimina dalla richiesta di offerta il Rif. 20, in quanto l'Azienda manterrà il materiale in dotazione già esistente.

IL DIRETTORE
Dr Giorgio Miotto



Responsabile del Procedimento: Dr. Giorgio Miotto

Referente procedura: Dr. Sergio Rossi

Tel. 0444-75.7141 Fax 0444-75. 3407

e mail: sergio.rossi@aulss8.veneto.it