

Prot. 63372 11 8 GIU. 2010

Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti
UOC Provveditorato, Economato e Gestione
della Logistica
Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Procedura negoziata telematica su piattaforma SINTEL per la
fornitura di n. 1 Arco a C in fabbisogno all'UOC di
gastroenterologia – ID SINTEL: 97554724 - CIG: 7511333414
RICHIESTA CHIARIMENTI 2

Domanda Quesito 1

Non esistono in commercio monitor a colori di 1.000 candele, questo dato è solo relativo ai display in bianco e nero.

Risposta Quesito 1

Luminosità monitor: in merito al punto 9.2 del capitolato tecnico, si specifica che il doppio monitor display è in bianco e nero, non a colori (trattasi di refuso). Si conferma il valore di luminosità minimo dei monitor.

Domanda Quesito 2

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede se il sistema da proporre in gara può essere ricondizionato certificato.

Risposta Quesito 2

Si specifica che il sistema da fornire deve essere di nuova produzione, non rigenerato

Il Direttore del Servizio
(Dott. Giorgio Miotto)

