

Prot. 0064768 del 20/06/2018

UOC: Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: **Arredi tecnici per allestire i locali del Laboratorio di Radiofarmacia dell'azienda ULSS n. 8 Berica Rif. Fasc. 2018/178 - RISPOSTA A QUESITI V E RETTIFICA**

QUESITO 1

in relazione alla risposta al quesito 2, pubblicata con Vs. comunicazione del 18/06/18 Prot. 0063286, vi segnaliamo che: Vista la destinazione d'uso l'armadio aspirato deve essere in acciaio INOX 18/10 AISI 304, e che ogni altro materiale, specialmente se verniciato, rappresenterebbe una caratteristica peggiorativa. Chiediamo che sia espressamente indicato che il materiale deve essere in acciaio INOX 18/10 AISI 304

RISPOSTA 1

Vista la destinazione d'uso e gli standard di quanto già in uso presso la nostra struttura ospedaliera, l'armadio aspirato deve essere in acciaio inox 18/10 AISI 304.

RETTIFICA

Con la presente si rettifica il "Rif. 11) n° 1 armadio aspirato di sicurezza": Le ditte sono tenute ad offrire un prodotto a norma per solventi acidi e basici e sostanze chimiche in acciaio inox 18/10 AISI 304.

IL DIRETTORE
Dr Giorgio Miotto



Responsabile del Procedimento: Dr. Giorgio Miotto

Referente procedura: Dr. Sergio Rossi

Tel. 0444-75.7141 Fax 0444-75.3407

e mail: sergio.rossi@aulss8.veneto.it