

Prot. 0066007 del 25/06/2018

**U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE IN SERVICE DI SISTEMI, HARDWARE E SOFTWARE GESTIONALE PER L'ESECUZIONE DI DIAGNOSTICA IN VITRO COME POINT OF CARE TESTING (POCT) PER I PRESID OSPEDALIERI DI NOVENTA VICENTINA (Pronto Soccorso) E DI LONIGO (Punto di Primo Intervento) DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"**

**GARA N. 7092129**

**CIG 7498857C8C**

### **1° CHIARIMENTO**

Il Capitolato Speciale (pag. 4) richiede tra i test indicati nella tabella 1, il test di Gravidanza su urine. La Scrivente ha la possibilità di poter offrire il test di Gravidanza ( $\beta$ -HCG) sullo stesso sistema che verrà offerto per il test della troponina e D-dimero, con metodo immunometrico su sangue intero (stesso prelievo previsto per troponina e d-dimero) e risultato quantitativo (ovvero l'identificazione precisa della settimana di gestazione). La Scrivente perciò richiede conferma di avere la possibilità di poter offrire il test  $\beta$ -HCG di tipo quantitativo con metodologia immunometrica su sangue intero piuttosto che su urine.

#### **Risposta al chiarimento n. 1**

Si fornisce risposta positiva alla suddetta richiesta di chiarimenti.

### **2° CHIARIMENTO**

Sulla base di una rivalutazione delle esigenze cliniche e organizzative aziendali, si comunica che il test relativo al "Cloro" viene eliminato dagli esami ricompresi nella fornitura in oggetto.

Pertanto, qualsiasi riferimento presente nella documentazione di gara si intende espunto, rimanendo invariati tutti i restanti obblighi e condizioni.

Il test relativo al "Cloro" non deve essere quindi preso in considerazione al fine della formulazione dell'offerta.

IL RUP

**Dott. Stefano Affolati**

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

