

Oh

Vicenza, 26 giugno 2018

Oggetto: **Valutazione offerte per Acquisto di strumenti di chirurgia miniinvasiva per patologia aortica**

In data 25 giugno 2018 si riunisce presso l'U.O. di Cardiocirurgia la commissione di esperti, composta dal Dr. Loris Salvador, Dr. Alessandro Favaro e Sig.ra Laura Zaghis, chiamata a valutare le offerte presentate per la fornitura di **strumenti di chirurgia miniinvasiva per patologia aortica**.

Le ditte offerenti sono la Ditta CROMA GIO.BATTA SRL e la Ditta PRO.MED SRL.

Gli strumenti proposti dalla Ditta **CROMA GIO.BATTA SRL** hanno l'impugnatura poco "elastica" (quindi meno pratica per il chirurgo che non ha fluidità di movimento), sono pesanti (quindi "stancano" la mano del chirurgo), hanno un stelo (corpo dello strumento) eccessivamente malleabile (durante la procedura lo strumento subisce forzature sulla parete toracica e tende a curvarsi).

Nel dettaglio:

- La pinza "Resano" ha solo una parte del morso mobile contrariamente al modello di riferimento (questo la rende meno gestibile);
- La forbice Potts-Diethrich (FC474R) da foto catalogo sembra avere le lame di oltre 10 mm, mentre la richiesta è per una forbice con lame di circa 5 mm;
- La forbice FC472R da catalogo è definita curva e non angolata come richiesto e ha lo stelo da 5mm anziché 3.5 mm;
- La forbice FC470R è poco angolata e "morde" al taglio (come la forbice FC473R);
- I portaaghi hanno la cremagliera dura e apribile solo se manovrata in uno specifico punto dell'impugnatura, contrariamente al prodotto richiesto che ha la cremagliera apribile agendo in qualsiasi punto dell'impugnatura;
- Il portaaghi FC479R ha lo stelo da 5 mm e non da 3.5 mm come il modello di riferimento.

Gli strumenti proposti dalla ditta **PRO.MED SRL** hanno una impugnatura elastica (quindi agevola la manualità del chirurgo), in particolare il portaaghi si apre/chiude premendo l'impugnatura in qualsiasi punto, sono leggeri, e il corpo è resistente alle forzature. Viene inoltre garantito un servizio di assistenza gratuita con fornitura di strumenti-muletto nel periodo di manutenzione dei ferri, servizio che permetterebbe di avere un parco strumenti più contenuto (si ridurrebbero così i ferri in scorta).


L'offerta economica della ditta **CROMA GIO.BATTA SRL** è di Euro 34.676,52 al netto dell'IVA.

L'offerta economica della ditta **PRO.MED SRL** è di Euro 38.995,00 al netto dell'IVA.


Sulla base di quanto esposto, valutando anche le offerte economiche, la commissione propone di aggiudicare la fornitura alla ditta **PRO.MED SRL** anche se l'importo è maggiore, in quanto alcuni strumenti proposti dalla ditta CROMA GIO.BATTA non soddisfano i requisiti richiesti.

La commissione

Dr. Loris Salvador



Dr. Alessandro Favaro



Sig.ra Laura Zaghis

