

Prot. 71062 15 8 2018

UOC: Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Sistema per videolaparoscopia 3D/4K per la SS.OO. di Chirurgia destinata al Presidio ospedaliero di Arzignano. Rif. Fasc. 2018/162 - **RISPOSTA A QUESITI**

QUESITO 1): Punto f) Insufflatore di CO2: Cosa s'intende per Uscita seriale per monitoraggio centralizzato?

RISPOSTA 1):

Si richiede che l'Insufflatore di CO2 sia predisposto con una uscita seriale (o equivalente) per un eventuale interfacciamento del sistema videolaparoscopico con una Sala Operatoria Integrata attualmente non presente, ma potenzialmente disponibile nella nuova Struttura ospedaliera unica di Arzignano-Montecchio Maggiore.

QUESITO 2): Sistema per l'aspirazione di fumi derivanti dall'elettrocoagulazione: Di quale tipo e modello di elettrobisturi è dotata la SO di Chirurgia? Tale informazione è utile per poter offrire l'interfaccia corretta con l'aspiratore di fumi

RISPOSTA 2):

Elettrobisturi in dotazione presso le SS.OO. di Chirurgia del Blocco Operatorio di Arzignano:

- Olympus modello ESG 400+USG 400
- Valleylab modello Force Triad
- Erbe GMBH modello VIO 300 D Biclamp
- Ethicon Endo Surgery modello Ultracision GEN11

IL DIRETTORE
Dr Giorgio Miotto

