

Prot. 91499 13 SET. 2010


Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti  
UOC Provveditorato, Economato e Gestione  
della Logistica  
Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza  
Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Richiesta di Offerta finalizzata ad un  
affidamento diretto per la fornitura di n.  
300 Piantane Portaflebo - ex art 36  
comma 2 lett. a del D. Lgs.50/2016  
**RICHIESTA CHIARIMENTI**

Domanda: si chiede di specificare se la piantana deve essere totalmente in acciaio (asta e basamento e ganci)  
e la tipologia di acciaio inox.

Risposta: le piantane dovranno essere completamente in acciaio inox AISI 304 (asta e basamento e ganci)

Distinti saluti

  
Il Direttore del Servizio  
(Dott. Giorgio Miotto)