

Prot. 96669 12 SET. 2010

Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti
UOC Provveditorato, Economato e Gestione
della Logistica

Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Richiesta di Offerta finalizzata ad un
affidamento diretto per la fornitura di
Licenza Software per il controllo di
qualità dei LINAC e dei trattamenti
tramite analisi dei log-file
CHIARIMENTI

DOMANDA: per quale tipologia di trattamenti radioterapici si intende utilizzare questo sistema (IMRT Step&Shoot, VMAT, 3D-CRT);

RISPOSTA: Prevalentemente per IMRT step&shoot e VMAT

DOMANDA: su quale/i Linac è previsto l'utilizzo del sistema (marca modello) e la versione software del sistema di salvataggio dei log-file intrinseca al Linac (console acceleratore);

RISPOSTA: Linac ELEKTA con testata equivalente a modello Agility con 160 lamelle da 5mm; eventualmente si valuterà anche un'offerta che consenta di eseguire controlli su un secondo Linac ELEKTA modello "Beam Modulator" con 40 lamelle da 4 mm, (campo 21 cm x 16 cm). Per la versione software del sistema di salvataggio dei log-file è compito della ditta fornitrice verificare la compatibilità dei due prodotti (software dei log files e software ELEKTA).

DOMANDA: qualsiasi ulteriore informazione utile a poter formulare al meglio la proposta tecnica ed economica

RISPOSTA: Verranno valutate le soluzioni che soddisfino le specifiche riportate nella presente richiesta.

DOMANDA: per quale numero di linac deve essere fornito il software richiesto

RISPOSTA: ELEKTA con testata equivalente a modello Agility con 160 lamelle da 5mm

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
(Dott. Giorgio Miotto)

