

Prot. 86668 26 SET. 2018

Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti
 UOC Provveditorato, Economato e Gestione
 della Logistica
 Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza
 Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Richiesta di Offerta finalizzata ad un affidamento diretto per la fornitura di n. 1 Sistema Spirometrico Ambulatoriale - ex art 36 comma 2 lett. a del D. Lgs.50/2016. Base d'asta € 20.000,00
 RICHIESTA CHIARIMENTI

Caratteristiche indicative

1. sistema per diagnostica polmonare e aggiornamento del modulo per analisi ossido nitrico espirato ad esso collegato comprendente:
 - ✓ Sistema con trasduttore unico integrato per la misura delle resistenze oscillometriche e della spirometria;
 - ✓ Misura delle resistenze delle vie aeree con tecnica ad impulsi oscillometrici per pazienti
2. collaboranti e non collaboranti da età prescolare con relativi teorici di riferimento;
 - ✓ Analisi intra-breath dell'impedenza delle vie aeree e dello spettro delle frequenze;
 - ✓ Analisi delle resistenze alle singole frequenze sia in fase inspiratoria che espiratoria;
 - ✓ Valutazione dell'occlusione delle piccole vie aeree;
 - ✓ Test di spirometria forzata (FVC), lenta (SVC) e MVV;
 - ✓ Aggiornamento tecnologico del modulo per analisi dell'NOx (Ossido Nitrico Espirato) bronchiale e nasale collegato all'attuale sistema con fornitura di nuova interfaccia e software applicativo;
 - ✓ Recupero del database archivio pazienti del nostro attuale sistema per archiviazione ed rielaborazione con software applicativo del nuovo strumento fornito;
 - ✓ Work station di pilotaggio e refertazione;
 - ✓ Stampante a colori;
 - ✓ Carrello con braccio pantografato e trasformatore di isolamento;
 - ✓ Siringa di calibrazione 3 lt certificata.

Specifica del sistema (Software applicativo) dal quale debbono essere importati i dati:

Database archivio pazienti Masterscreen IOS s/n 733333

Le caratteristiche sopra indicate sono meramente indicative.

L'elenco di caratteristiche elencato sopra non esclude dalla valutazione quelle offerte con specifiche tecniche non esattamente conformi a quanto sopra richiesto, se nella propria offerta il concorrente prova, ex art. 68 comma 7, in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche

Il Direttore del Servizio
 (Dott. Giorgio Miotto)

