

Prot. 103012 12 OTT. 2018

Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti
UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Richiesta di Offerta finalizzata ad un affidamento diretto per la fornitura di n. 2 Impedenziometri in fabbisogno all'Ambulatorio Audiologico del P.O. San Bortolo di Vicenza- ex art 36 comma 2 lett. a del D. Lgs.50/2016. – **Richiesta Chiarimenti**

Domanda: Si richiede di inviare le caratteristiche tecniche minime richieste per la fornitura

Risposta: Oltre al già richiesto interfacciamento con il programma per l'archiviazione e la refertazione NOAH 4 lo strumento dovrà avere:

- ✓ presenza di display,
- ✓ possibilità di eseguire sia timpanogramma che i riflessi ipsi e controlaterali,
- ✓ possibilità di eseguire Dacay test

Il Direttore del Servizio
(Dott. Giorgio Miotto)

