

Prot. 103015 12 OTT. 2018

Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti  
UOC Provveditorato, Economato e Gestione della  
Logistica  
Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza  
Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Richiesta di Offerta finalizzata ad un affidamento diretto per la fornitura di n. 1 Audiometro clinico in fabbisogno all'Ambulatorio Audiologico del P.O. San Bortolo di Vicenza- ex art 36 comma 2 lett. a del D. Lgs.50/2016. – **Richiesta Chiarimenti**

**Domanda:** Si richiede di inviare le caratteristiche tecniche minime richieste per la fornitura

**Risposta:** Oltre al già richiesto interfacciamento con il programma per l'archiviazione e la refertazione NOAH 4 lo strumento dovrà avere:

- ✓ 2 canali indipendenti.
- ✓ possibilità di eseguire l'esame audiometrico tonale e vocale sia in cuffia che in campo libero (con casse) per via aerea e per via ossea.
- ✓ possibilità di eseguire esami audiometrici infantili sia condizionati che comportamentali oltre alla vocale con lista di parole infantili.
- ✓ possibilità di scrivere delle note sull'esame eseguito

Il Direttore del Servizio  
(Dott. Giorgio Miotto)

