

Prot. 105554 19 OTT. 2018Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti
UOC Provveditorato, Economato e Gestione
della Logistica

Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Fornitura di n. 24 letti bilancia in fabbisogno all'UOC di Nefrologia del Presidio Ospedaliero "S. Bortolo" di Vicenza – ID SINTEL 100850275 – CIG 7615004418
CHIARIMENTI

DOMANDA: Punto 4. "Piano radiotrasparente il più ampio possibile" Solitamente per la destinazione indicata (Nefrologia), questo accessorio non viene richiesto. Vi chiediamo di verificare l'effettiva necessità.

RISPOSTA: sì, è necessario il piano radiotrasparente per tutti i letti forniti, per permettere l'esecuzione di esami radiografici con migliore qualità al letto del paziente critico/instabile, senza dover effettuare trasferimenti su barella.

DOMANDA: Punto 7. "Dotato di sponde a ribalta a quattro settori..." Tutti i letti devono essere accessoriati di questo tipo di sponde laterali? E' possibile offrire anche sponde laterali a compasso, le quali sono intercambiabili? Se sì, specificare quante sponde a 4 settori, e quante sponde a compasso.

RISPOSTA: sì, per questioni cliniche è preferibile la sponda a quattro settori: risulta essere più sicura, soprattutto per il paziente anziano e/o disorientato; inoltre tutela l'operatore sanitario da infortuni in quanto non ne è mai necessaria la rimozione; non ultimo, non si dispone di magazzino dove conservare le sponde non utilizzate.

DOMANDA: Punto 10. "Piano regolabile in altezza variabile su due colonne motorizzate elettricamente" Chiediamo di valutare anche l'alternativa equivalente del "piano regolabile in altezza su compassi elettrici"

RISPOSTA: può essere considerata equivalente la soluzione del piano regolabile a compasso invece che su due colonne, se questo soddisfa il criterio al punto 11 di spazio libero alla base di 15 cm per permettere l'utilizzo del sollevatore


DOMANDA: Punto 23. "Trasmissione dati seriale compatibile con sistema di monitoraggio in uso (ISI BOX SINED) e relativi cavi di collegamento (requisito a pena di esclusione): Solitamente viene richiesto che il visore del peso sia dotato di uscita seriale abilitata Sined mentre il cavo viene fornito dall'azienda Sined al completamento del servizio offerto; vi chiediamo di verificare l'effettiva necessità di fornire anche il cavo.

RISPOSTA: sì, è necessario che ogni letto sia corredato di cavo di collegamento compatibile con il sistema Sined per permettere la registrazione dei dati peso durante la seduta dialitica.

DOMANDA: ACCESSORI: "Portaflebo" "Staffa con maniglione" Essendo accessori intercambiabili, vi chiediamo di verificare se effettivamente tutti i letti bilancia devono avere questi accessori. In caso contrario vi chiediamo di specificare il numero necessario.

RISPOSTA: tutti i letti devono essere corredati degli accessori menzionati: l'accessorio portaflebo riduce l'utilizzo di aste mobili che occupano spazio nella stanza di degenza aumentando il rischio di caduta dei pazienti; la staffa con maniglione permette ai pazienti di mobilitarsi autonomamente o collaborare alla mobilitazione con il personale sanitario, riducendo il rischio di cadute e diminuendo la sollecitazione sul personale nella mobilitazione dei carichi.

Il Direttore del Servizio
(Dott. Giorgio Miotto)



Responsabile del Procedimento: Dott. Giorgio Miotto

Referente procedura: Francesco Trunfio

Tel. 0444-75.7120 Fax 0444-75.3407

e mail: francesco.trunfio@aulss8.veneto.it