

Prot. 105552 19 OTT. 2018

Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti
UOC Provveditorato, Economato e Gestione
della Logistica
Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata ad un affidamento diretto per la fornitura di n. 1
misuratore automatico non invasivo della pressione in fabbisogno all'UOC di
Pediatria - ex art 36 D.Lgs. 50/2016
RICHIESTA CHIARIMENTI

Domanda: Si chiede di indicare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura richiesta.

Risposta: Le caratteristiche tecniche indicative sono le seguenti:

- ✓ Tipi di misurazione: sistolica, diastolica, media e frequenza polso;
- ✓ Adulto, pediatrico, neonatale;
- ✓ Modalità di misurazione: manuale e automatica (con possibilità di memorizzazione delle misurazioni);
- ✓ Attacco dei bracciali a baionetta e compatibili anche con bracciali monouso;
- ✓ Trasportabile con carrellino

Le caratteristiche sopra indicate sono meramente indicative.

L'elenco di caratteristiche elencato sopra non esclude dalla valutazione quelle offerte con specifiche tecniche non esattamente conformi a quanto sopra richiesto, se nella propria offerta il concorrente prova, ex art. 68 comma 7, in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche

Il Direttore del Servizio
(Dott. Giorgio Miotto)

