

RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI "SONDE PER FLUSSIMETRIA CON APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO PER SALE OPERATORIE DI CARDIOCHIRURGIA, CHIRURGIA VASCOLARE E NEUROCHIRURGIA".

L'Azienda ULSS n. 8 Berica intende acquisire, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di **"Sonde per flussimetria con apparecchiature in comodato d'uso per sale operatorie di Cardiocirurgia, Chirurgia Vascolare e Neurochirurgia"** con le caratteristiche di seguito specificate:

1. **Sonde per flussimetria complete di apparecchiatura in comodato d'uso da destinare alle Sale Operatorie di Cardiocirurgia e Chirurgia Vascolare:** la fornitura che si intende acquisire comprende sonde per flussimetria +sonda doppler+sonda imaging con le seguenti caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche delle sonde:

- sonde sterilizzabili al plasma con minimo di 50 utilizzi;
- misure idonee per calibri compresi tra 1.5 e 14 mm;
- probe dotato di manipolo;
- sonda dedicata al doppler;
- sonda imaging.

Caratteristiche dell'apparecchiatura

- possibilità di effettuare almeno due misurazioni in contemporanea;
- monitor touch screen da minimo 15 pollici;
- visualizzazione dei seguenti dati: qualità segnale, curva di flusso, valore di flusso, PI (indice di pulsatilità);
- salvataggio dati su USB.

Attualmente da questa Azienda Sanitaria con tali caratteristiche risulta conosciuto sul mercato solo il sistema distribuito dalla ditta Artech S.r.l..

2. **Sonde per flussimetria complete di apparecchiatura in comodato d'uso da destinare alla Sala Operatoria di Neurochirurgia:** la fornitura che si intende acquisire comprende sonde per flussimetria con le caratteristiche tecniche di seguito specificate.

Caratteristiche tecniche delle sonde:

- sonde monouso;
- misure idonee per calibri mm 1.5, 2 e 3;
- probe dotato di manipolo;

Caratteristiche dell'apparecchiatura

- visualizzazione dei seguenti dati: qualità segnale, curva di flusso, valore di flusso;
- stampante integrata;
- salvataggio dati su USB.

Attualmente da questa Azienda Sanitaria con tali caratteristiche risulta conosciuto sul mercato solo il sistema distribuito dalla ditta latroteK S.r.l..

Le ditte che intendessero proporre prodotti ritenuti equivalenti ed interessate alla fornitura anche di una sola delle due tipologie di sonde possono far pervenire la documentazione tecnica ed

economica di seguito specificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, con la dicitura **“RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI “SONDE PER FLUSSIMETRIA CON APPARECCHIATURE IN COMODATO D’USO PER SALE OPERATORIE DI CARDIOCHIRURGIA, CHIRURGIA VASCOLARE E NEUROCHIRURGIA”**, entro le ore 12.00 del 14.11.2018.

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:

- Schede tecniche da cui risulti la composizione e le modalità di funzionamento del sistema con l'elenco di tutto il materiale di consumo necessario;
- Elenco delle strutture sanitarie a cui è stato fornito tale sistema con specificazione della tipologia di contratto stipulato (vendita, noleggio o comodato d'uso gratuito per l'apparecchiatura, service, altro ...) ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati per le diverse componenti del sistema (materiale di consumo, eventuale canone di noleggio, manutenzione, altro ...).

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444-755674, e-mail elisa.borin@aulss8.veneto.it.

Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Miotto.

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno una specifica gara. L'Azienda ULSS si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Miotto Giorgio

