

Prot. *110843* *E 5 NOV. 2018*

Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti  
UOC Provveditorato, Economato e Gestione  
della Logistica

Viale F. Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Fornitura di n. 24 letti bilancia in fabbisogno all'UOC di Nefrologia del Presidio  
Ospedaliero "S. Bortolo" di Vicenza - ID SINTEL 100850275 - CIG 7615004418  
**CHIARIMENTI**

**DOMANDA:** Il letto a 4 sponde richiesto nel punto n°7 del disciplinare di gara e in seguito ribadito da vostra comunicazione protocollo 105455 del 19/10/2018 di gara è sicuramente sovradimensionato rispetto alle dimensioni della cabina del monta-lettighe in questione.

Quindi per accedere all'area di Nefrologia Degenza e Dialisi Extracorporea ribadiamo il fatto che le **DIMENSIONI DELLA LARGHEZZA** del letto a 4 sponde da voi richiesto supera la larghezza del monta-lettighe 26 in questione ribadendo il fatto che non ci sarà la possibilità di passare.

**RISPOSTA:** Si conferma la necessità di soddisfare i requisiti tecnici richiesti nel bando di gara; come ampiamente declinato nelle precedenti richieste di chiarimento, la sponda a quattro settori risulta essere più sicura, soprattutto per il paziente anziano e/o disorientato; inoltre tutela l'operatore sanitario da infortuni in quanto non ne è mai necessaria la rimozione; non ultimo, non si dispone di magazzino dove conservare le sponde non utilizzate.

Consapevoli che questa scelta aumenta la dimensione del letto, e quindi della problematica di sovradimensionamento del letto rispetto al montalettighe, rimandiamo all'azienda la scelta di partecipare o meno al bando di gara.

Il Direttore del Servizio  
(Dott. Giorgio Miotto)

