

**FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA
CORONARICA, PERIFERICA E INTERVENTISTICA STRUTTURALE IN FABBISOGNO
ALL'EMODINAMICA DEL P.O. DI VICENZA**

**n. gara 7240335
ID SINTEL 103602832**

CHIARIMENTO N. 3

Domanda n. 4

Chiediamo chiarimenti in merito al lotto nr. 1 - CIG 7677601CC3 – PUNTO 1.b): kit pluriuso contenente: -manifold (collettore)automatico -linea di lavaggio –trasduttore di pressione
DOMANDA: Si chiede conferma che il kit è pluriuso e non monouso in quanto a noi risulta essere monouso.

Risposta n. 4

A causa di un mero errore materiale è stato scritto pluriuso anziché monouso.
Il kit descritto al punto 1.b) del lotto n. 1 è pertanto monouso.

Vicenza, 29 novembre 2018

Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Stefano Affolati