

**FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA
CORONARICA, PERIFERICA E INTERVENTISTICA STRUTTURALE IN
FABBISOGNO ALL'EMODINAMICA DEL P.O. DI VICENZA**

**n. gara 7240335
ID SINTEL 103602832**

CHIARIMENTO N. 5

Domanda n. 26

LOTTO 5 - INTRODUTTORE VASCOLARE FEMORALE:

A seguito di un'attenta analisi dei medical device richiesti per il lotto n. 5, si ritiene la previsione di una medesima base d'asta da applicarsi ad entrambe le misure richieste (lunghezza 45 cm e 90 cm) non congrua ed appropriata alla luce delle diverse condizioni economiche di norma applicate per Introduuttori vascolari da 45 cm o 90 cm, che seppur appartenenti alla medesima "famiglia di prodotti" risultano caratterizzati da prerogative ed utilizzi tecnici sostanzialmente diversi.

Per quanto rilevato si richiede per il lotto 5 sub-lotto B (Introduttore vascolare femorale lunghezza 90 cm) l'attribuzione di una specifica ed idonea base d'asta o la soppressione dello stesso sub-lotto dall'aggiudicazione.

Risposta n. 26

Il totale complessivo annuale e triennale posto a base d'asta riferito al lotto 5 è stato calcolato tenendo conto dei prezzi OPRVE (Osservatorio prezzi Regione Veneto) presenti rispettivamente per la misura di cui al sub lotto 5.a) e 5.b). Il totale complessivo tiene conto dalle rispettive diverse quantità messe in gara.

Domanda n. 27

LOTTO 7 – KIT INTRODUTTORE VASCOLARE RADIALE IDROFILICO: A seguito di un'attenta analisi dei medical device richiesti per il lotto n. 7, si ritiene la base d'asta individuata non congrua ed appropriata in riferimento alle importanti caratteristiche tecniche e qualitative che individuano il medical device richiesto. La non congruità rilevata, qualora confermata, sarebbe in grado di condizionare fortemente l'offerta presentata dall'operatore economico, la quale di certo non sarebbe la migliore valutabile in termini di "qualità/prezzo" per la Vs Spett.le Ulss. Si chiede pertanto di modificare la base d'asta indicata.

Risposta n. 27

Si conferma la base d'asta.

Domanda n. 28

LOTTO 38 – GUIDE ANGIOGRAFICHE IN NITNOL IDROFILICHE: A seguito di un'attenta analisi dei medical device richiesti per il lotto n. 38, si ritiene la previsione di una

medesima base d'asta da applicarsi ad entrambe le misure richieste (lunghezza da 150 cm +/- 30 cm e lunghezza da 180 cm a 260 cm) non congrua ed appropriata alla luce delle diverse condizioni economiche di norma applicate per i medical device in questione, che seppur appartenenti alla medesima "famiglia di prodotti" risultano caratterizzati da prerogative ed utilizzi tecnici sostanzialmente diversi. Per quanto rilevato si richiede per il lotto 38 sub-lotto B (guida angiografica in nitinol idrofilica lunghezza da 180 cm a 260 cm) l'attribuzione di una specifica ed idonea base d'asta o la soppressione dello stesso sub-lotto dall'aggiudicazione.

Risposta n. 28

Il totale complessivo annuale e triennale posto a base d'asta riferito al lotto 38 è stato calcolato tenendo conto dei prezzi OPRVE (Osservatorio prezzi Regione Veneto) presenti rispettivamente per la misura di cui al sub lotto 38.a) e 38.b). Il totale complessivo tiene conto dalle rispettive diverse quantità messe in gara.

Domanda n. 29

In considerazione della concomitante scadenza di gara con il periodo di festività e relative chiusure Aziendali, Vi chiediamo cortesemente di valutare l'ipotesi di prorogare i termini di scadenza oltre la data del 10.01.2019, al fine di meglio ottemperare a tutte le operazioni di gestione della procedura di gara.

Risposta n. 29

Si conferma la data di scadenza fissata per il 28.12.2018.

Vicenza, 10 dicembre 2018

Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Stefano Affolati