

Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti

**Unità Operativa Provveditorato economato e gestione della logistica**

Distretto OVEST – Viale dell'Industria n. 107, 36071 Arzignano (VI)

Prot. 2194 del 09.01.2019

**Oggetto:** Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, per la **fornitura di n. 2 CAPPE ASPIRATE PER ATTIVITA' MACROSCOPICA - ex art 36 comma 2 lett a del D. Lgs 50/2016 – CIG : Z9F254C17E**

**Base d'asta: 38.000 €**

L'Azienda Ulss n. 8 Berica necessita dell'acquisto di N. 2 CAPPE ASPIRATE PER ATTIVITA' MACROSCOPICA da destinare all'Unità Ospedaliera di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Arzignano.

Con la presente si chiede la Vs. migliore offerta economica per la fornitura appresso descritta, corrispondenti alle seguenti **caratteristiche**:

Cappa utilizzata per effettuare operazioni di taglio e riduzione dei campioni istologici, progettata per la prevenzione del rischio chimico durante la manipolazione dei reperti anatomici conservati in formalina, dotata di sistema di aspirazione dei vapori dal piano di lavoro, dal fronte e dall'alto;

**Dotazione cappa**

- Predisposta per lo scarico dei fumi all'esterno;
- dotata di collegamenti elettrici
- dotata di collegamenti idrici: attacco carico acqua calda, attacco carico acqua fredda, attacco scarico acqua;
- scarico fumi: collettore nella parte superiore per consentire l'allacciamento all'impianto dell'ospedale per lo scarico dei fumi all'esterno;
- collegamento di strumenti esterni: prese di corrente universali tipo schuko per l'eventuale collegamenti di strumenti esterni; possibilità di abilitare/disabilitare l'alimentazione alle prese;
- dimensioni: cm 180/unità;
- vano raccolta rifiuti aspirato all'interno della cappa per diminuire al max la dispersione di formalina;

**Caratteristiche costruttive**

- Struttura realizzata completamente in acciaio inox con superfici lisce e spigoli arrotondati (in conformità con le vigenti norme di sicurezza)
- Vetro frontale stratificato antinfortunistico da 6/7 mm a scorrimento verticale elettrico per il contenimento dei fumi all'interno della cappa (in conformità con le vigenti norme di sicurezza);
- Funzione automatica di incremento della ventilazione durante la fase di sollevamento del vetro frontale;
- Vetri laterali stratificati antinfortunistici da 6-7 mm per aumentare la visibilità interna, evitare correnti d'aria in prossimità del piano di lavoro e contenere i vapori all'interno della cappa (in conformità con le vigenti norme di sicurezza);
- Mensola portaoggetti situata nella parte frontale sopra il piano di lavoro;
- Mensola portaoggetti situata nella parte centrale;
- Piastra riduzione pezzi in polietilene;

---

**Responsabile del Procedimento: dott. Giorgio Miotto**

Referente procedura: dott.ssa Silvia Fracasso

Tel. 0444-469683

e mail: [economato@aulss8.veneto.it](mailto:economato@aulss8.veneto.it)

- Piedini d'appoggio in materiale antistatico e antiscivolo, regolabili per la messa in bolla del piano di lavoro;
- Lavelli
- Cestello filtrante asportabile per vasca formalina;
- Coperchio per vasca formalina;
- Sistema di dispensazione della formalina comprensivo di tanica di carico con filtro e pompa autopescante, rubinetto di erogazione con comando a pedale, tanica scarico formalina con sensore di livello e allarme visivo e acustico;
- Carrello portataniche dotato di freni di stazionamento e sportello anteriore; il carrello deve essere dotato di sistema di aspirazione dei vapori con collettore situato nella parte posteriore che può essere rimosso in caso di manutenzione,
- Rubinetto a farfalla di intercettazione scarico di formalina per evitare eventuali perdite accidentali durante la sostituzione della tanica formalina;
- Rubinetto regolazione pressione acqua doccia
- Rubinetto erogazione acqua per lavaggio vasche;

**N. 1 cappa predisposta al sistema di acquisizione d'immagine interfacciabile con il gestionale in uso.**

**Si fa presente che esiste già la predisposizione per tutti gli allacci idraulici, elettrici ed informatici.**

Le apparecchiature offerte dovranno essere complete di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo e dovranno riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva comunitaria competente 93/42/CEE, con indicativo l'eventuale numero dell'organismo certificato che l'ha rilasciata. Dovranno essere inoltre conformi alle norme vigenti sulla sicurezza delle apparecchiature elettromedicali, con particolare riguardo a quella elettrica.

L'elenco di caratteristiche elencato sopra non esclude dalla valutazione quelle offerte con specifiche tecniche non esattamente conformi a quanto sopra richiesto, se nella propria offerta il concorrente prova, ex art. 68 comma 7, in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Sarà possibile effettuare un sopralluogo presso l'Unità Operativa di Anatomia Patologica previo appuntamento da concordare entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza della procedura di gara.

La vs. offerta dovrà indicare il **tipo e la durata della garanzia** dell'attrezzatura (ordinaria e straordinaria di minimo 24 mesi), con decorrenza dalla data dell'avvenuto collaudo favorevole, a cui dovrà essere aggiunta la specifica garanzia della reperibilità delle parti di ricambio e accessori di ogni componente dell'attrezzatura per almeno un decennio dalla data di installazione, dichiarando i relativi tempi massimi di fornitura.

Qualora per l'utilizzo dell'apparecchiatura sia necessario l'utilizzo di parti di ricambio soggette ad usura l'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione delle stesse con oneri economici a proprio carico durante il periodo di vigenza della garanzia.

Dovranno essere riportati i **termini di consegna** della fornitura presso il ns. magazzino (*le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature si intendono incluse nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione, onere e spesa che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso. Dette prestazioni comprendono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballo, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano, installazione e posa in opera, asporto dell'imballaggio, compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all'installazione*).

Nell'ambito della presente indagine può essere richiesta specifica campionatura delle apparecchiature offerte, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di effettuare le valutazioni delle caratteristiche qualitative previste dalla presente indagine.

**La ditta dovrà indicare gli enti o le aziende ULSS dove il tipo di strumento offerto è già stato installato (in modo da poterlo eventualmente visionare).**

L'offerta, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da procuratore munito di delega, redatta in carta semplice, dovrà essere inviata all'Ufficio Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - a mezzo posta elettronica all'indirizzo: [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it) entro il giorno **31.01.2019**

Si chiede gentilmente di riportare nell'oggetto della mail lo stesso del presente documento.

L'offerta andrà redatta indicando il prezzo complessivo di fornitura, con riferimento al quantitativo indicato in apertura della presente, una relazione analitica contenente le giustificazioni che concorrono a formare il prezzo d'offerta tenendo conto di quanto indicato agli artt. 95 – 96 - 97 del D. Lgs. 50/16 e infine anche il prezzo scorporato di ciascun singolo componente della fornitura, che risulti parte dell'offerta.

Nel documento si chiede di **riportare le seguenti diciture:**

- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- di impegnarsi a rispettare le prescrizioni di cui all'art 3 della L. 136/2010

Oltre all'offerta economica si chiede di inviare la **scheda tecnica** del prodotto offerto, oggetto della fornitura, il **listino prezzi degli accessori** (optional) e del **materiale di consumo**, specificando se dedicato all'apparecchiatura e indicando il prezzo di listino e lo sconto praticato alla scrivente.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di avvenuto buon esito del collaudo tecnico funzionale, qualora la fatturazione delle apparecchiature sia stata già effettuata dalla ditta aggiudicataria.

Al fine di ottemperare alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di consegna, le apparecchiature e i dispositivi forniti dall'aggiudicatario dovranno essere sottoposti alle operazioni di collaudo. Le prove di collaudo di ogni apparecchiatura debbono concludersi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio, salvo diverso accordo con l'Amministrazione. Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a totale carico dell'aggiudicatario.

In caso di ritardato pagamento verranno riconosciuti gli interessi ai termini di legge.

I fabbisogni sopra riportati sono presunti. Tali quantitativi potranno variare in relazione alle mutate esigenze aziendali. Stante l'obbligatorietà del ricorso al Mercato Elettronico, questa Azienda si riserva la facoltà di richiedere alla ditta l'invio di un'ulteriore offerta all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o della Centrale di Committenza. Si chiede pertanto di specificare se i beni offerti sono inseriti nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e in quale bando.

L'assegnazione della fornitura sarà effettuata, per singolo lotto, a favore del miglior offerente, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole proposte: l'assegnazione viene effettuata sulla base di una valutazione e di una proposta di aggiudicazione da parte di esperti. Si prevede che l'esito dell'indagine verrà formalmente comunicato dalla scrivente Amministrazione solo alla ditta affidataria della fornitura.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Provveditorato Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444.479683, e - mail [economato@aulss8.veneto.it](mailto:economato@aulss8.veneto.it)

Responsabile del procedimento: dott. Giorgio Miotto.

Distinti saluti.

IL RUP  
Dott. Giorgio Miotto