

Dipartimento: Servizi Tecnico-Amministrativi

Unità Operativa / Servizio: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

**ID SINTEL: 107563318 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI
DIAGNOSTICI PER L'ESTRAZIONE AUTOMATICA E LA PREPARAZIONE DI ACIDI NUCLEICI
DA CAMPIONI BIOLOGICI**

COMUNICAZIONE

Con riferimento al Disciplinare di Gara all'art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO– Requisiti indicativi dello spettrofotometro si precisa che:

lo spettrofotometro deve essere in grado di:

- lettura spettrofotometrica con concentrazioni di DNA inferiori a 2ngr.

Pertanto le caratteristiche:

- interfacciarsi con l'estrattore e con il gestionale
- dispensare il DNA su piastra a 96 pozzetti

devono ritenersi un refuso non pertinenti a questo strumento.

Distinti saluti

Il Direttore
(- Miotto dr Giorgio -)

