

Prot.

Servizio: UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Stefano Affolati

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER L'ANALISI
IMMUNOFENOTIPICA MEDIANTE CITOMETRIA A FLUSSO.**

Gara n. 7327730 - CIG 7782187FDB

ID SINTEL 107363288

CHIARIMENTO N. 3

Domanda n. 9

Relativamente alle caratteristiche minime della strumentazione descritte a pag. 4 del Capitolato Tecnico, punto b. Preparatore automatico di campioni o un sistema integrato preparatore e analizzatore, si chiede al Vs Ente di confermare che, anche nel caso di sistema integrato, preparatore ed analizzatore debbano possedere le medesime caratteristiche minime ed essenziali degli strumenti separati. In particolare, l'analizzatore deve essere a 3 laser e permettere la lettura contemporanea di almeno 10 fluorescenze e due parametri fisici.

Risposta n.9

Si conferma che le caratteristiche minime per il Preparatore automatico/Sistema integrato preparatore e analizzatore sono quelle specificate al punto 2.b dell'articolo 2 del Capitolato Tecnico.

Vicenza, 13 marzo 2019

Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Stefano Affolati