



Prot.

U.O.S. Gare

Indirizzo sede: Viale Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Stefano Affolati

**PROCEDURA APERTA FORNITURA DI VENTILATORI E STAZIONI DI ANESTESIA PER
VARIE U.O.C.- GARA N. 738722**

IX chiarimento

In relazione al lotto n. 5, il nostro respiratore ha un modulo di memoria trasformabile in monitoraggio. Avete già dei monitor presenti in struttura a cui collegarvi?

Risposta al chiarimento n. 9.

In relazione al lotto n. 5, si precisa che ogni respiratore deve essere offerto con un monitor/display integrato oppure esterno per la visualizzazione dei parametri (ventilatori) richiesti per tale lotto.

X Chiarimento

A) Facendo riferimento al VS disciplinare di pagina 28 G) Solo per il lotto n. 4 è necessario presentare un piano di integrazione con il sistema informativo, come previsto in capitolato tecnico, si chiede:

- 1) Tipologia attualmente presente del vostro sistema informativo
- 2) Cosa intendete per “Predisposizione per il collegamento al sistema informatizzato esistente in rianimazione”? Così come da voi richiesto nel Capitolato tecnico LOTTO n. 4 (CIG 78065687B4) pagina 10.

Risposta al chiarimento n. 10.

La Ditta dovrà realizzare e garantire la predisposizione al collegamento dell'apparecchiatura con il Sistema Informativo Digistat (cartella clinica) della ditta UMS – United Medical Software - in uso presso l'U.O. di Rianimazione. I costi di integrazione con la cartella clinica DIGISTAT, per quanto riguarda sia il SW che l'HW, saranno completamente a carico della Ditta aggiudicataria. Gli eventuali costi sul versante cartella

clinica DIGISTAT, saranno a carico di questa azienda. I software proposti dovranno essere conformi alla normativa sulla privacy secondo il D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., oltre che al regolamento Regolamento Europeo 2016/679 e al Regolamento aziendale in materia di protezione dei dati personali.

Si segnala che a pag. 11 del capitolato tecnico, nel paragrafo *“b) servizi connessi - in riferimento all'integrazione col sistema informativo “cartella clinica Digistat” di Rianimazione (lotto 4), come meglio dettagliato nel successivo art. 5”*, il rinvio all'art. 5 è un refuso, in quanto trattasi dell'art. 3 del medesimo capitolato tecnico rubricato *“INTEGRAZIONE NELL'AMBIENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO”*.

XI Chiarimento

Nel Disciplinare a pag. 34 - Lotto 4 punto 4.

Nel punto 4 Ergonomia viene richiesto: *“piano di lavoro, presenze di spine per collegamento pompe o altro ...”*.

Queste caratteristiche però si riferiscono ad un ventilatore da anestesia e non da rianimazione. Potete confermare che tali caratteristiche sono necessarie per il Lotto 4?

Risposta al chiarimento n. 11.

Nel disciplinare a pag. 34, per quanto attiene al criterio di valutazione n. 4 di cui al lotto n. 4, è presente refuso, in quanto è stata erroneamente inserita la seguente dicitura: *“Ergonomia: piano di lavoro, presenza di spine per collegamento pompe o altro”*. Tale dicitura deve essere espunta dal citato criterio.

La formulazione corretta è la seguente: *“solidità e trasportabilità, compattezza e facilità di inserimento nell'ambiente di lavoro, interfaccia utente e facilità di utilizzo nella gestione del monitoraggio e della ventilazione”*.

A fronte di quanto sopra si procede ad allegare una versione revisionata del disciplinare di gara (all. 01_disciplinare di gara _rev 01).

XII Chiarimento

Nel capitolato tecnico Art.1 punto b *“Servizi connessi”* viene richiesto:

“Integrazione col sistema informativo “cartella clinica Digistat” di Rianimazione (lotto 4), come meglio dettagliato nel successivo art. 5;”

Si prega di specificare cosa si intende per integrazione con il sistema informativo, in quanto l’Art. 5 indicato fa riferimento alla sola formazione del personale.

Risposta al chiarimento n. 12

Si veda la risposta al chiarimento n. 10. Infatti, per quanto attiene all’integrazione del sistema informativo, bisogna fare riferimento all’art. 3 del capitolato tecnico, anziché all’art. 5, come erroneamente indicato nel paragrafo “b) servizi connessi - in riferimento all’integrazione col sistema informativo “cartella clinica Digistat” di Rianimazione (lotto 4), come meglio dettagliato nel successivo art. 5.

IL DIRETTORE
U.O.S. Gare
Dott. Stefano Affolati