

Prot.

Servizio: UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Stefano Affolati

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO
OPERATORIO PER L'U.O. DI NEUROCHIRURGIA DELL'OSPEDALE DI VICENZA**

Gara n. 7357093 - CIG 7817024C43

ID SINTEL 108353914

CHIARIMENTO N. 1

Domanda n. 1

da un esame della documentazione di gara ed al fine di sottomettere una congrua e sostenibile offerta tecnica, si vuole con la presente sensibilizzare la S.V. in merito alle seguenti clausole, difficilmente onorabili: - ART. 5 Capitolato Tecnico:

la ditta dovrà realizzare e garantire l'integrazione e il collegamento dell'apparecchiatura con sistemi software e hardware aziendali COMMENTO: si chiede se trattasi di refuso. Altrimenti si prega di indicare quali siano questi software e hardware.

Risposta n. 1

L'Art. 5 manca della dicitura "EVENTUALE", nel caso in cui, dopo il collaudo, dovesse essere richiesto al fornitore il collegamento alla rete informatica per l'esportazione delle immagini a scopo clinico.

Domanda n. 2

ART. 7 Capitolato Tecnico:

Sostituzione parti difettose, compresa fornitura di tutti i ricambi e parti usurabili che necessitano di sostituzione COMMENTO: si chiede se la parte riguardante alle parti usurabili sia un refuso poiché non risulta possibile pronosticarne la usura

Risposta n. 2

Si intendono eventuali parti speciali che potrebbero essere soggette ad usura (equivalente delle parti in vetro di un apparecchio radiologico, o i detettori digitali). Per le parti di cui non è prevedibile l'usura non è applicabile la dicitura "parti usurabili" ma sono ricambi.

Domanda n. 3

ART. 7 Capitolato Tecnico:

tempo tecnico massimo garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante 24 ore naturali e consecutive dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario COMMENTO: difficile onorare questa condizione poiché la stessa prevedrebbe di allocare un tecnico specializzato alla commessa, con i relativi oneri pertanto si chiede di poter intervenire in almeno 48 ore solari esclusi i festivi

Risposta n. 3

Si ammette la possibilità di intervenire in almeno 48 ore solari esclusi i festivi.

Domanda n. 4**ART. 7 Capitolato d'oneri:**

la verifica e la conformità del materiale consegnato a quanto previsto dal contratto sarà effettuata in qualsiasi momento dal DEC o dal personale competente individuato dall'Azienda Sanitaria, che potranno avvalersi di Organismi di Ispezione (anche Ente Terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del contratto. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico dell'appaltatore COMMENTO: si chiede se trattasi di refuso poiché la verifica della fornitura viene fatta in fase di collaudo

Risposta n. 4

La fornitura comprende anche il materiale consumabile per tutta la durata del contratto.

Domanda n. 5**ART. 17 Capitolato d'oneri:**

sono a carico dell'appaltatore la raccolta, recupero e smaltimento ecologicamente corretto delle apparecchiature a fine vita COMMENTO: si chiede se si tratta di refuso -

Risposta n. 5

Si conferma che si tratta di refuso e si chiede di non tenerne conto.

Domanda n. 6**ART. 17 Capitolato d'oneri:**

l'appaltatore si impegna a stipulare e mantenere in essere per tutta la durata contrattuale apposita Polizza assicurativa RCT e RCO, da produrre preliminarmente alla firma del contratto, con idonei massimali di garanzia comunque non inferiore a ? 3.000.000 per sinistro, per persone o cose e deve garantire le rivalse di qualsiasi Ente previdenziale o assicurativo e/o dei dipendenti e dei collaboratori dell'appaltatore per infortuni e/o malattie professionali, con massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000 per sinistro per ciascuna persona COMMENTO: si chiede se trattasi di refuso poiché la tipologia di fornitura non prevede tale assicurazioni

Risposta n. 6

Si conferma che si tratta di refuso e si chiede di non tenerne conto.

Vicenza, 28 marzo 2019

Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Stefano Affolati