



Prot.

**U.O.S. Gare**

Indirizzo sede: Viale Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

**Direttore:** Dott. Stefano Affolati

**PROCEDURA APERTA FORNITURA DI VENTILATORI E STAZIONI DI ANESTESIA PER  
VARIE U.O.C.- GARA N. 738722**

**XIII chiarimento**

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI LOTTO 4**

Relativamente al lotto 4 come caratteristica essenziale viene richiesto quanto segue:

“Interfaccia utente semplice ed intuitiva che permetta di visualizzare contemporaneamente almeno 3 curve e due loops, nonché parametri numerici per la valutazione della meccanica respiratoria e lo svezzamento del paziente”.

A tal proposito si vuole segnalare che la visualizzazione contemporanea di almeno 3 curve e 2 loops non riporta dei benefici al paziente durante la ventilazione, né per la valutazione dello stato del paziente da parte del clinico.

La visualizzazione di 3 curve e 2 loops in contemporanea, assieme ai parametri numerici, rende anche meno semplice e intuitiva l' interfaccia, come da vostra richiesta, mentre molto più di interesse clinico risulta essere la selezione, di un loop alla volta a scelta, la visualizzazione e l'analisi, offrendo la possibilità di memorizzare e frizzare tutti i loops contemporaneamente per un'analisi completa nell'arco di tempo dedicato alla ventilazione del paziente, rendendo molto più semplice e chiaro il monitoraggio, aumentando la sicurezza e facilitando le valutazioni cliniche del paziente .

Alla luce di quanto sopra esposto, per il principio di equivalenza, si chiede quindi di accettare visualizzazioni grafiche alternative che rendono più semplice e intuitiva la ventilazione, aiutando l'operatore e le valutazioni cliniche come spiegato nelle righe precedenti.

**Risposta al chiarimento n. 13.**

Ai sensi di quanto disposto all'art. 68, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, tecnologie equivalenti, ai fini della valutazione della meccanica respiratoria, saranno valutate dall'apposita Commissione Giudicatrice qualora la ditta dimostri, con qualsiasi mezzo

appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche del capitolato.

#### **XIV chiarimento**

Spett.le Ente, con riferimento alla gara in oggetto, si inoltra la seguente richiesta di chiarimenti tecnici:

1.LOTTO 1-2: In merito alla richiesta "20.Dotati di supporto/piastra per monitor multiparametrico già in uso presso la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione" si chiede conferma trattasi di refuso in quanto oggetto di fornitura anche i monitor multiparametrici.

2.LOTTO 1: Si chiede di confermare che i monitor multiparametrici da fornire siano 6 e non 10 come indicato al punto M1. Si chiede quindi di confermare anche i quantitativi dei moduli aggiuntivi richiesti ai punti M9 e M10 (n.6 moduli/monitor per la rilevazione della profondità dell'anestesia e n.6 moduli per il monitoraggio del livello di curarizzazione)

3.LOTTO 1-2: In merito alla richiesta M2.2 "Saturazione arteriosa di O2 (sensore SpO2 compatibile Masimo o Nellcor a scelta della Stazione Appaltante)", si chiede se possibile offrire tecnologia equivalente ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo 163/2006. Tra l'altro è nostra intenzione offrire tecnologia di cui la Vostra azienda è già dotata (compresa la possibilità dei sensori compatibili).

4.LOTTO1: In merito alla richiesta M7 "Ciascun monitor di cui al precedente punto M1 deve essere dotato di modulo/monitor da trasporto a batteria, dotato di display autonomo...", si richiede conferma che il display debba essere integrato nel modulo multiparametrico in dotazione per ogni monitor M1 e che tale modulo possa fungere direttamente da monitor da trasporto all'occorrenza, ovvero che non siano accettate soluzioni con display/visori esterni da dover abbinare ad ogni modulo multiparametrico in dotazione per ogni monitor M1 per l'utilizzo come monitor da trasporto.

5.LOTTO 1-2: In merito alla richiesta M2.5 "Due valori di temperatura", si chiede se sia sufficiente il cavo di raccordo per sonde standard YSI-400 o se debbano essere previste sonde di temperatura riutilizzabili, nel qual caso in che numero e di che tipologia.

6.Si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante la disponibilità a prorogare i termini di scadenza così da consentire agli operatori economici di formulare un'adeguata offerta tecnico-economica in virtù anche delle risposte che fornirete ai quesiti tecnici.

#### **Risposta al chiarimento n. 14.**

1. Si tratta di un refuso la dicitura “*già in uso presso la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione*”. La richiesta di supporto/piastra è da intendersi nel senso che i monitor multiparametrici devono essere integrati nel ventilatore (stazione di anestesia).

2. Si precisa che per il lotto 1, i monitor multiparametrici richiesti sono 6 con altrettanti moduli aggiuntivi di cui alle lettere M.9 e M.10. Pertanto si tratta di un refuso il numero 10 presente al punto M.1.

3. In merito alla richiesta di cui alla lettera M2.2 “*saturatione arteriosa di O2.....*”, è possibile offrire tecnologia equivalente ai sensi dell'art. 68 comma 7 d.lgs. 50/2016 all'art. 68 e sarà valutata dall'apposita Commissione Giudicatrice qualora la ditta dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche del capitolato.

4. Si conferma che il display deve essere integrato nel modulo multiparametrico.

5. In merito alla richiesta M2.5 "Due valori di temperatura", è sufficiente il cavo di raccordo per sonde standard YSI-400.

6. Al momento, non si ritiene di differire il termine di presentazione delle offerte, atteso che non si è verificata alcuna delle due ipotesi previste dall'art. 79 comma 3 del d.lgs. 50/2016.

#### **XV Chiarimento**

Disciplinare - Documentazione Tecnica da presentare - pag. 28 - punto 5

Nella documentazione tecnica, da presentare, viene richiesto al punto 5 "Copia del foglietto illustrativo presente nella confezione di vendita (IFU).

Ma offrendo un'apparecchiatura questo fogliettino non è presente.

#### **Risposta al chiarimento n. 15**

Al punto 5 della lettera A) p. 28 del disciplinare, si legga *copia del foglietto illustrativo presente nella confezione di vendita (IFU) e/o manuale d'uso*.

Si specifica che la richiesta della documentazione di cui alla lettera A), p. 27 e ss. del disciplinare di gara, è generica, in quanto la gara ha ad oggetto distinti lotti per i quali potrebbero essere offerte sia apparecchi, sia eventuale materiale di consumo (dispositivi medici).

Se quanto offerto dal concorrente non comprendesse, quindi, dispositivi medici, quale materiale consumabile dell'apparecchio offerto, sarà sufficiente fornire il relativo manuale d'uso.

#### **XVI Chiarimento**

Alla luce della nuova pubblicazione del disciplinare di gara, si chiede cosa è variato nel documento.

#### **Risposta al chiarimento n. 16**

Si veda la risposta fornita al chiarimento n. 11, pubblicato in data 27 marzo 2019. E' stata infatti variata esclusivamente la formulazione del criterio di valutazione n. 4 di cui al lotto n. 4, per la presenza di un refuso.

La dicitura corretta è la seguente: *“solidità e trasportabilità, compattezza e facilità di inserimento nell'ambiente di lavoro, interfaccia utente e facilità di utilizzo nella gestione del monitoraggio e della ventilazione”*.

#### **XVII Chiarimento**

Nella domanda di partecipazione nel punto b) si richiede:

ricevuta di pagamento di una marca da bollo da € 16,00; il pagamento dovrà avvenire preferibilmente mediante modello F24 telematico, con l'indicazione del codice tributo 456T e la Causale RP.) In alternativa potrà essere caricata la scansione della marca da bollo

invalidata oppure delle ricevuta di pagamento mediante rivendite autorizzate (tabaccherie, poste, etc.). [...]il codice tributo 456T viene inserito nell'F23 mentre nell'F24 si dovrebbe inserire il codice tributo 2501

**Risposta al chiarimento n. 17**

Si veda la risposta di cui al chiarimento n. 1, pubblicato in data 22 marzo 2019.

**XVIII Chiarimento**

In relazione alla caratteristica tecnica indicata al Lotto n. 2 "Miscelazione dei gas Aria/O2/N2O a gestione elettronica", si chiede di confermare che si intende la verifica elettronica con display digitale per l'impostazione della miscela dei gas Aria/O2/N2O.

**Risposta al chiarimento n. 18**

Si conferma. Si intende la verifica elettronica con display digitale per l'impostazione della miscela dei gas Aria/O2/N2O.

**XIX Chiarimento**

A pag. 28 del disciplinare di gara punto A-5 viene richiesta la presentazione della copia del foglietto illustrativo presente nella confezione di vendita (IFU), vi chiediamo se si tratta di un refuso.

**Risposta al chiarimento n. 19**

Si veda la risposta al chiarimento n. 15.

**IL DIRETTORE**  
U.O.S. Gare  
**Dott. Stefano Affolati**