

Dipartimento: Servizi Tecnico-Amministrativi

Unità Operativa / Servizio: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di *Sensori per saturimetria transcutanea per monitor e saturimetri di proprietà con tecnologia Nellcor*. **Chiarimenti.**

In relazione alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si precisa quanto segue:

a) Richiesta:

Si tratta di sensori compatibili Nellcor Oximax (nuova tecnologia) a 9 pin?

Risposta:

Si presume che sia indifferente che i sensori siano a 9 pin o nuova tecnologia. E' però necessario che per tali sensori, eventualmente realizzati con connettore 9 pin, venga garantita in ogni caso la piena compatibilità e connettività con le classi dei dispositivi indicate in gara o in connessione diretta o in connessione attraverso opportuni adattatori.

b) Richiesta:

I sensori devono essere sterili?

Risposta

No, non devono essere sterili

Distinti saluti.

Il Direttore
(- Miotto dr. Giorgio -)

