

Prot.n.

**UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali**

**Direttore:** Ing. Filippo Paccanaro

**Referenti procedura:** Ing. Francesco Bellato

Dott.ssa Valentina Del Grosso

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfini, 37 – 36100 Vicenza

**Oggetto:** Indagine di mercato finalizzata ad un affidamento diretto per la **fornitura di n. 1 Autoclave a vapore per la Centrale di Sterilizzazione dell'Ospedale di Arzignano - ex art 36 D. Lgs 50/2016.**

Con la presente si chiede la Vs. migliore offerta economica per la fornitura appresso descritta.

**Importo base d'asta:** € 39.000,00 iva esclusa.

N. 1 Autoclave a vapore da 6 unità di sterilizzazione con le seguenti caratteristiche minime:

- Apparecchiatura da utilizzarsi mediante riscaldamento a vapore indiretto;
- Doppia porta (lato pulito e lato sterile) con movimentazione automatica a scorrimento verticale, con porte interbloccate, dotate di sistema anti-schiacciamento e sistema di blocco che impedisce la partenza di un ciclo qualora la porta non sia stata chiusa correttamente.
- Deve essere garantita l'apertura della porta di scarico solo a fine ciclo eseguito correttamente ovvero senza allarmi o anomalie manifestatesi;
- Camera con intercapedine;
- Deve garantire la tenuta della camera attraverso guarnizioni silconiche disposte lungo il perimetro di chiusura della porta pressurizzate con vapore;
- Deve poter eseguire cicli di sterilizzazione a 121 e 134°C, cicli test per Bowie Dick, test corpi cavi, test di tenuta del vuoto e ciclo di riscaldamento;
- Deve essere dotata di stampante a pannello;
- Deve essere dotata di un display a colori di facile utilizzo per gli operatori sul lato di carico, e di un display sul lato di scarico dove si possa distinguere facilmente, attraverso messaggi e colori, lo stato della apparecchiatura (in ciclo, ciclo interrotto, allarme, ciclo finito ok).
- Il display deve evidenziare, preferibilmente, il tempo rimanente prima del termine del ciclo di sterilizzazione;
- Il sistema di controllo dovrà essere in lingua Italiana;
- Possibilità di inserire e quindi riconoscere diversi operatori;
- Pulsante a "fungo" per il blocco dell'apparecchiatura istantaneo in caso di emergenza, sia dal lato sterile che dal lato pulito.
- Predisposizione per essere collegata ad un carrello di carico e scarico delle strutture interne;
- Predisposizione per contenere delle strutture interne atte a loro volta a trasportare i container;
- Programmata per funzionare con i seguenti cicli: ferri chirurgici piani e cannulati con tempo massimo di 30 - 35 minuti, programma aperto con possibilità di memorizzare nuovi cicli;
- Possibilità di scegliere il ciclo in funzione del carico e del tipo di confezionamento;
- Chiavi di accesso per la modifica dei parametri dei cicli;

---

**Responsabile del Procedimento:** ing. Filippo Paccanaro

Referente procedura: ing. Francesco Bellato e dott.ssa Valentina Del Grosso

Tel. 3497516556 3484926695

e mail: [francesco.bellato@aulss8.veneto.it](mailto:francesco.bellato@aulss8.veneto.it) e [valentina.delgrosso@aulss8.veneto.it](mailto:valentina.delgrosso@aulss8.veneto.it)

- Predisposizione per collegamento a sistema esterno per la tracciabilità del ciclo;
- Carrello per il carico del sistema;
- Certificazioni: Direttiva Apparecchi a Pressione 97/23/CE, secondo la Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE (e successive modificazioni) e conformi alla EN 285:2009 (quindi con doppio sistema di controllo indipendente).

L'elenco di caratteristiche elencato sopra non esclude dalla valutazione quelle offerte con specifiche tecniche non esattamente conformi a quanto sopra richiesto, se nella propria offerta il concorrente prova, ex art. 68 comma 7, in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

La vs. offerta dovrà indicare il **tipo e la durata della garanzia** dell'attrezzatura (ordinaria e straordinaria di minimo 24 mesi), con decorrenza dalla data dell'avvenuto collaudo favorevole, a cui dovrà essere aggiunta la specifica garanzia della reperibilità delle parti di ricambio e accessori di ogni componente dell'attrezzatura per almeno un decennio dalla data di installazione, dichiarando i relativi tempi massimi di fornitura.

Dovranno essere riportati i **termini di consegna** della fornitura presso i ns. magazzini *(le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature si intendono incluse nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione, onere e spesa che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso. Dette prestazioni comprendono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballo, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano, installazione e posa in opera, asporto dell'imballaggio, compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all'installazione).* Nell'ambito della presente indagine può essere richiesta specifica campionatura delle apparecchiature offerte, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di effettuare le valutazioni delle caratteristiche qualitative previste dalla presente indagine.

L'offerta, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da procuratore munito di delega, redatta in carta semplice, dovrà essere inviata all'Ufficio Progetti – UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - a mezzo posta elettronica all'indirizzo: [ufficio.progetti@aulss8.veneto.it](mailto:ufficio.progetti@aulss8.veneto.it) entro il giorno **30/04/2018** indicando **INDAGINE DI MERCATO per fornitura di n. 1 Autoclave a vapore diretto da installare presso la Centrale di Sterilizzazione dell'Ospedale di Arzignano.**

Nell'offerta economica si chiede di **riportare le seguenti diciture:**

- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- di impegnarsi a rispettare le prescrizioni di cui all'art 3 della L. 136/2010

Oltre all'offerta economica si chiede di inviare la **scheda tecnica** del prodotto offerto, oggetto della fornitura, il **listino prezzi degli accessori** (optional) e del **materiale di consumo** (se previsto), specificando se dedicato all'apparecchiatura e indicando il prezzo di listino e lo sconto praticato alla scrivente.

L'assegnazione della fornitura sarà effettuata, per singolo lotto, a favore del migliore offerente, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole proposte.

L'assegnazione verrà effettuata sulla base di una valutazione e di una proposta di aggiudicazione da parte di uno o più esperti nell'oggetto del presente avviso.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di avvenuto buon esito del collaudo tecnico funzionale, qualora la fatturazione delle apparecchiature sia stata già effettuata dalla ditta aggiudicataria.

Al fine di ottemperare alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio MWGYHM, reperibile anche nel sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

A far data dal 01/01/2017 l'Azienda Ulss 6 Vicenza modifica la propria denominazione in **"Azienda Ulss n. 8 Berica"** mantenendo la propria sede legale a Vicenza e incorporando la soppressa Ulss 5 Ovest Vicentino; Di seguito si forniscono i nuovi dati anagrafici della nuova Azienda Sanitaria:

Denominazione : **Azienda Ulss n. 8 Berica**  
Sede Legale: **viale Rodolfi 37 – 36100 Vicenza**  
Cod. Fisc./Part.Iva. **02441500242**  
Codice Univoco Ufficio: **MWGYHM**

A partire dal 01/01/2017 le fatture elettroniche andranno pertanto intestate e inoltrate con la nuova intestazione.

Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di consegna, le apparecchiature e i dispositivi forniti dall'aggiudicatario dovranno essere sottoposti alle operazioni di collaudo. Le prove di collaudo di ogni apparecchiatura debbono concludersi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio, salvo diverso accordo con l'Amministrazione. Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a totale carico dell'aggiudicatario.  
In caso di ritardato pagamento verranno riconosciuti gli interessi ai termini di legge.

I fabbisogni sopra riportati sono presunti. Tali quantitativi potranno variare in relazione alle mutate esigenze aziendali. Stante l'obbligatorietà del ricorso al MEPA della Consip, questa Azienda si riserva la facoltà di richiedere alla ditta l'invio di un'ulteriore offerta all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per eventuali informazioni rivolgersi a Ufficio Progetti – UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali  
e – mail [ufficio.progetti@aulss8.veneto.it](mailto:ufficio.progetti@aulss8.veneto.it)  
Responsabile del procedimento: ing. Filippo Paccanaro.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
(Ing. Filippo Paccanaro)