

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 651

del 30-4-2019

O G G E T T O

Forniture di ventilatori e stazioni di anestesia: provvedimento ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e nomina commissione giudicatrice.

Proponente: UOS Gare
Anno Proposta: 2019
Numero Proposta: 680

Il Direttore dell'U.O.S Gare riferisce che:

“Con deliberazione n. 344 del 27 febbraio 2019 è stato disposto di indire gara mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 in piattaforma “Sintel”, per l'affidamento della fornitura di ventilatori e stazioni di anestesia per varie U.O.C.;

a tutti i chiarimenti pervenuti è stata fornita risposta nei termini e con le modalità previsti dal disciplinare e bando di gara (all. 1);

entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 8 aprile 2019 ad ore 16,00, sono pervenute le offerte degli operatori economici:

1. GETINGE ITALIA SRL, per i lotti 1,2,3,4 e 5;
2. DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA per i lotti 1,2 3, 5;
3. BURKE & BURKE SPA per i lotti 3,4 e 5;
4. M.T.V. MEDICAL S.R.L per il lotto 5;
5. ATES MEDICA.COM per i lotti 3 e 5;
6. MEDIGAS ITALIA SRL per il lotto 4;
7. SIARE ENGINEERING INTERBNATIONAL GROUP per i lotti 3 e 5;
8. UNIMED SRL per il lotto 2.

in data 10 aprile 2019, si è tenuta la seduta per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa, caricata dalle ditte nella piattaforma informatica “Sintel”;

constatata la regolare presentazione della documentazione richiesta dal disciplinare di gara gli operatori economici concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase della procedura, come da verbale che si allega, per l'approvazione (all. 2);

l'aggiudicazione della gara sarà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è, quindi, indispensabile procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, ex art. 77 del D.lgs n. 50/2016 e Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 1744 del 28.12.2017 (avente per oggetto la nomina e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici);

per la composizione della Commissione Giudicatrice, il Direttore della Direzione Medica, Dr.ssa Romina Cazzaro, ha proposto i seguenti nominativi:

Presidente: Dr. Marco Irone, Dirigente Medico di I livello dell' U.O.C. Anestesia dell' Ospedale San Bortolo di Vicenza

Commissari: Dr. Ernesto Della Mora, Dirigente Medico di I livello dell' U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Arzigano;

Ing. Francesco Bellato, con incarico di Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Clinico in staff alla U.O.S. Servizio Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza;

tutti i soggetti individuati dalla Direzione Medica hanno prodotto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità (all. 3) nonché i loro curricula (all. 4), che dimostrano rilevante esperienza clinica nel campo dell'utilizzo di apparecchi per anestesia e rianimazione per il Dr. Irone ed il Dr. Della Mora, mentre l' Ing. Bellato è ingegnere biomedico con specifica esperienza nell'attività di valutazione, supporto e supervisione all'installazione e all'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature elettromedicali;

in virtù delle competenze e professionalità documentate, i nominativi proposti dalla Direzione Medica paiono garantire adeguata esperienza complessiva nello specifico settore cui afferisce l'appalto.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare i chiarimenti forniti dal RUP in corso di pubblicazione (all. 1);
2. di approvare il verbale del 10 aprile 2019 (all. 2), riguardante la seduta di apertura delle buste amministrative inerente alla gara in narrativa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
3. di ammettere alla prosecuzione della procedura i seguenti operatori economici:
 - 1) GETINGE ITALIA SRL, per i lotti 1,2,3,4 e 5;
 - 2) DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA per i lotti 1,2 3, 5;
 - 3) BURKE &BURKE SPA per i lotti 3,4 e 5;
 - 4) M.T.V. MEDICAL S.R.L per il lotto 5;
 - 5) ATES MEDICA.COM per i lotti 3 e 5;
 - 6) MEDIGAS ITALIA SRL per il lotto 4;
 - 7) SIARE ENGINEERING INTERBNATIONAL GROUP per i lotti 3 e 5;

- 8) UNIMED SRL per il lotto 2.
4. di prendere atto delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità (all. 3) e dei curricula (all. 4) presentati dai commissari proposti dalla Direzione Medica, da cui è dato evincere esperienza complessiva nello specifico settore cui afferisce l'appalto;
5. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.77 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e del Regolamento interno adottato con Deliberazione n. 1744 del 28/12/2017, la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte come segue:
- Presidente: Dr. Marco Irone, Dirigente Medico di I livello dell'U.O.C. Anestesia dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza;
 - Commissario: Dr. Ernesto Della Mora, Dirigente Medico di I livello dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Arzigano;
 - Commissario: Ing. Francesco Bellato, con incarico di Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Clinico in staff alla U.O.S. Servizio Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza.
6. di stabilire che l'attività di valutazione della commissione giudicatrice dovrà essere conclusa nel periodo massimo di quattro mesi dalla prima riunione, salva possibilità di proroga, per motivate ragioni;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 1-5-2019 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 1-5-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

0025798 del 12/03/2019

Prot.

U.O.S. Gare

Indirizzo sede: Viale Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Stefano Affolati

PROCEDURA APERTA FORNITURA DI VENTILATORI E STAZIONI DI ANESTESIA PER VARIE U.O.C.- GARA N. 738722**PRECISAZIONE**

Con riferimento ai punti 7.2 "requisiti di capacità economica e finanziaria" e 7.3 "requisiti di capacità tecnica e professionale" del disciplinare di gara, si chiarisce che la documentazione attestante il possesso di tali requisiti dovrà essere prodotta successivamente e non occorre presentare alcun documento all'interno della documentazione di gara amministrativa e tecnica.

In tal senso, fermo restando l'obbligo di attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara nel DGUE, valido anche ai sensi delle previsioni di cui al DPR n. 445/2000, solo l'aggiudicatario, infatti, dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti nella fase dei controlli sul possesso di tali requisiti, nel rispetto, anche, di quanto stabilito dal medesimo DPR n. 445/2000 in materia di certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione.

IL DIRETTORE
U.O.S. Gare
Dott. Stefano Affolati





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Prot.

U.O.S. Gare

Indirizzo sede: Viale Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Stefano Affolati

**PROCEDURA APERTA FORNITURA DI VENTILATORI E STAZIONI DI ANESTESIA PER
VARIE U.O.C.- GARA N. 738722**

I chiarimento

Nel disciplinare di gara al punto 15.1 si chiede la ricevuta di pagamento di marca da bollo da € 16.00. Il pagamento è dovuto da tutti i concorrenti o solo per i consorzi?

E' possibile dare gli estremi per il pagamento dell'F24 (F24 elide, cod ufficio, cod atto, tipo..)?

Risposta al chiarimento n. 1.

Il pagamento del bollo è dovuto da tutti i concorrenti.

Sulle modalità di pagamento del bollo tramite F24 è necessario contattare l'Agenzia delle Entrate.

Resta salva la possibilità di effettuare la scansione della marca da bollo invalidata oppure della ricevuta di pagamento mediante rivendite autorizzate (tabaccherie, poste, etc.).

Il chiarimento

Nel disciplinare di gara a pagina 9:

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

cosa si intende? Ordine emesso dall'Azienda ospedaliera per l'acquisto o documento rilasciato che attesti di aver acquistato da noi?

Risposta al chiarimento n. 2

Si veda la precisazione pubblicata in data 12 marzo 2019 da Codesta Amministrazione in cui si evidenzia che *“fermo restando l'obbligo di attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara nel DGUE, valido anche ai sensi delle previsioni di cui al DPR n. 445/2000, solo l'aggiudicatario, infatti, dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti nella fase dei controlli sul possesso di tali requisiti, nel rispetto, anche, di quanto stabilito dal medesimo DPR n. 445/2000 in materia di certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione”*

III chiarimento

A pagina 7 del disciplinare di gara viene indicato:

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

E' sufficiente la dichiarazione al punto 6 dell'allegato 2 oppure bisogna fare un'ulteriore dichiarazione?

Nei documenti da inserire nella parte amministrativa non viene richiesto.

Risposta al chiarimento n. 3.

La dichiarazione di cui al punto 6 dell'allegato n. 2 del disciplinare è valida ai fini dell'accettazione del protocollo di legalità. Non è necessaria una separata dichiarazione.

IV chiarimento

Nella pagina 1 della domanda di partecipazione allegato 1 viene richiesto di partecipare e di concorrere: in nome e per conto proprio.

Si intende come Legale Rappresentante di una società a responsabilità limitata, dato che noi non facciamo parte dei consorziati.

Risposta al chiarimento n. 4.

In caso di partecipazione alla gara come società di capitali (es. SRL), come singola impresa, dovrà essere barrata la voce *“come imprenditore individuale, anche artigiano,*

ovvero società, anche cooperativa, di cui all'art. art. 45, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016", di cui all'allegato n. 1 del disciplinare.

V chiarimento

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente vi chiediamo di confermare che un operatore economico potrà partecipare alla gara in argomento in costituendo RTI – ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 - per alcuni lotti e come operatore singolo per altri lotti (diversi da quelli per i quali si partecipa in costituendo RTI).

Risposta al chiarimento n. 5

E' ammessa la possibilità per un operatore economico di partecipare in forme diverse nei distinti lotti.

In tal senso il divieto per il concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale, vale solo per il medesimo lotto.

Ad ogni modo, nella domanda di partecipazione dovrà essere evidenziata la forma di partecipazione per ogni lotto.

IL DIRETTORE
U.O.S. Gare
Dott. Stefano Affolati



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Prot.

U.O.S. Gare
Indirizzo sede: Viale Rodolfi 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Stefano Affolati

**PROCEDURA APERTA FORNITURA DI VENTILATORI E STAZIONI DI ANESTESIA PER
VARIE U.O.C.- GARA N. 738722**

VI chiarimento

Capitolato Tecnico - pag. 13 - Art. 14 Collaudo delle apparecchiature.

Nella prima riga indicate "entro 10 giorni lavorativi dalla consegna la Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla effettuazione del collaudo....".

Ma al 4 paragrafo viene indicato "Il collaudo dell'apparecchiatura dovrà essere effettuato entro 4 giorni lavorativi a seguito dell'esito positivo del verbale di esecuzione dei lavori....".

Potete specificare la differenza e quale è quindi la tempistica per il collaudo delle apparecchiature?

Risposta al chiarimento n. 6.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla consegna delle apparecchiature.

Laddove, successivamente alla consegna, dovesse emergere la necessità di lavori di adeguamento, a carico di questa Aulss, per il funzionamento dei nuovi sistemi, il collaudo dovrà essere effettuato nei 4 giorni successivi dall'ultimazione di tali lavori.

VII chiarimento

Con riferimento a quanto richiesto al punto 3 art.16 "offerta tecnica" del disciplinare di gara (dichiarazione congiunta con il produttore attestante la rivendita in esclusiva del materiale richiesto) Vi chiediamo se la dichiarazione debba essere presentata su carta cointestata dalla ditta offerente e dal produttore oppure se sia sufficiente una dichiarazione dell'offerente corredata dalla dichiarazione del produttore attestante la rivendita in esclusiva.

Risposta al chiarimento n. 7

E' sufficiente una dichiarazione dell'offerente corredata dalla dichiarazione del produttore attestante la rivendita in esclusiva.

VIII chiarimento

Nei punti 15.3 e 15.3.2 dichiarazioni integrative e documenti a corredo del disciplinare di gara "Documentazione Amministrativa" non si richiede la firma digitale. I documenti da allegare nella cartella zip vanno firmati digitalmente oppure no?

Risposta al chiarimento n. 8.

Dovranno essere sottoscritti digitalmente i documenti in cui il concorrente rende dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (es. allegato 2 al disciplinare), oltre che i documenti con cui il concorrente si impegna ad assumere determinati obblighi (ad esempio l'impegno ad effettuare l'iscrizione alla Piattaforma CSAMED o ad aggiornare le informazioni e i documenti già acquisiti per l'iscrizione, come richiesto al punto 15.3.2.

Similmente dovranno essere sottoscritti digitalmente dal concorrente i certificati di cui il concorrente attesti la conformità all'originale (es. documento attestante la garanzia provvisoria, se presentato nella forma di scansione di documento cartaceo, oltre che l'eventuale copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione).

Infine, si invia a porre particolare attenzione alla necessità di sottoscrizione digitale in base alle previsioni riportate nei facsimili predisposti da codesta stazione appaltante (es. all. 1, all. 3 e all. 4 al disciplinare).

IL DIRETTORE
U.O.S. Gare
Dott. Stefano Affolati

REGIONE DEL VENETO Documento Firmato
digitalmente da
 **ULSS8** AFFOLATI Stefano in
data 26/03/2019 alle
ore 16:28



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfini n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.S.S.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Prot.

U.O.S. Gare
Indirizzo sede: Viale Rodolfini 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Stefano Affolati

**PROCEDURA APERTA FORNITURA DI VENTILATORI E STAZIONI DI ANESTESIA PER
VARIE U.O.C.- GARA N. 738722**

IX chiarimento

In relazione al lotto n. 5, il nostro respiratore ha un modulo di memoria trasformabile in monitoraggio. Avete già dei monitor presenti in struttura a cui collegarvi?

Risposta al chiarimento n. 9.

In relazione al lotto n. 5, si precisa che ogni respiratore deve essere offerto con un monitor/display integrato oppure esterno per la visualizzazione dei parametri (ventilatori) richiesti per tale lotto.

X Chiarimento

A) Facendo riferimento al VS disciplinare di pagina 28 G) Solo per il lotto n. 4 è necessario presentare un piano di integrazione con il sistema informativo, come previsto in capitolato tecnico, si chiede:

- 1) Tipologia attualmente presente del vostro sistema informativo
- 2) Cosa intendete per "Predisposizione per il collegamento al sistema informatizzato esistente in rianimazione"? Così come da voi richiesto nel Capitolato tecnico LOTTO n. 4 (CIG 78065687B4) pagina 10.

Risposta al chiarimento n. 10.

La Ditta dovrà realizzare e garantire la predisposizione al collegamento dell'apparecchiatura con il Sistema Informativo Digistat (cartella clinica) della ditta UMS – United Medical Software - in uso presso l'U.O. di Rianimazione. I costi di integrazione con la cartella clinica DIGISTAT, per quanto riguarda sia il SW che l'HW, saranno completamente a carico della Ditta aggiudicataria. Gli eventuali costi sul versante cartella

clinica DIGISTAT, saranno a carico di questa azienda. I software proposti dovranno essere conformi alla normativa sulla privacy secondo il D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., oltre che al regolamento Regolamento Europeo 2016/679 e al Regolamento aziendale in materia di protezione dei dati personali.

Si segnala che a pag. 11 del capitolato tecnico, nel paragrafo "*b) servizi connessi - in riferimento all'integrazione col sistema informativo "cartella clinica Digistat" di Rianimazione (lotto 4), come meglio dettagliato nel successivo art. 5*", il rinvio all'art. 5 è un refuso, in quanto trattasi dell'art. 3 del medesimo capitolato tecnico rubricato "INTEGRAZIONE NELL'AMBIENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO".

XI Chiarimento

Nel Disciplinare a pag. 34 - Lotto 4 punto 4.

Nel punto 4 Ergonomia viene richiesto: "piano di lavoro, presenze di spine per collegamento pompe o altro ...".

Queste caratteristiche però si riferiscono ad un ventilatore da anestesia e non da rianimazione. Potete confermare che tali caratteristiche sono necessarie per il Lotto 4?

Risposta al chiarimento n. 11.

Nel disciplinare a pag. 34, per quanto attiene al criterio di valutazione n. 4 di cui al lotto n. 4, è presente refuso, in quanto è stata erroneamente inserita la seguente dicitura: "*Ergonomia: piano di lavoro, presenza di spine per collegamento pompe o altro*". Tale dicitura deve essere espunta dal citato criterio.

La formulazione corretta è la seguente: "*solidità e trasportabilità, compattezza e facilità di inserimento nell'ambiente di lavoro, interfaccia utente e facilità di utilizzo nella gestione del monitoraggio e della ventilazione*".

A fronte di quanto sopra si procede ad allegare una versione revisionata del disciplinare di gara (all. 01_disciplinare di gara _rev 01).

XII Chiarimento

Nel capitolato tecnico Art.1 punto b "Servizi connessi" viene richiesto:

“Integrazione col sistema informativo “cartella clinica Digistat” di Rianimazione (lotto 4), come meglio dettagliato nel successivo art. 5;”

Si prega di specificare cosa si intende per integrazione con il sistema informativo, in quanto l’Art. 5 indicato fa riferimento alla sola formazione del personale.

Risposta al chiarimento n. 12

Si veda la risposta al chiarimento n. 10. Infatti, per quanto attiene all’integrazione del sistema informativo, bisogna fare riferimento all’art. 3 del capitolato tecnico, anziché all’art. 5, come erroneamente indicato nel paragrafo “b) servizi connessi - in riferimento all’integrazione col sistema informativo “cartella clinica Digistat” di Rianimazione (lotto 4), come meglio dettagliato nel successivo art. 5.

IL DIRETTORE
U.O.S. Gare
Dott. Stefano Affolati



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Prot.

U.O.S. Gare

Indirizzo sede: Viale Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Stefano Affolati

**PROCEDURA APERTA FORNITURA DI VENTILATORI E STAZIONI DI ANESTESIA PER
VARIE U.O.C.- GARA N. 738722**

XIII chiarimento

RICHIESTA DI CHIARIMENTI LOTTO 4

Relativamente al lotto 4 come caratteristica essenziale viene richiesto quanto segue:

“Interfaccia utente semplice ed intuitiva che permetta di visualizzare contemporaneamente almeno 3 curve e due loops, nonché parametri numerici per la valutazione della meccanica respiratoria e lo svezzamento del paziente”.

A tal proposito si vuole segnalare che la visualizzazione contemporanea di almeno 3 curve e 2 loops non riporta dei benefici al paziente durante la ventilazione, né per la valutazione dello stato del paziente da parte del clinico.

La visualizzazione di 3 curve e 2 loops in contemporanea, assieme ai parametri numerici, rende anche meno semplice e intuitiva l' interfaccia, come da vostra richiesta, mentre molto più di interesse clinico risulta essere la selezione, di un loop alla volta a scelta, la visualizzazione e l'analisi, offrendo la possibilità di memorizzare e frizzare tutti i loops contemporaneamente per un'analisi completa nell'arco di tempo dedicato alla ventilazione del paziente, rendendo molto più semplice e chiaro il monitoraggio, aumentando la sicurezza e facilitando le valutazioni cliniche del paziente .

Alla luce di quanto sopra esposto, per il principio di equivalenza, si chiede quindi di accettare visualizzazioni grafiche alternative che rendono più semplice e intuitiva la ventilazione, aiutando l'operatore e le valutazioni cliniche come spiegato nelle righe precedenti.

Risposta al chiarimento n. 13.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 68, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, tecnologie equivalenti, ai fini della valutazione della meccanica respiratoria, saranno valutate dall'apposita Commissione Giudicatrice qualora la ditta dimostri, con qualsiasi mezzo

appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche del capitolato.

XIV chiarimento

Spett.le Ente, con riferimento alla gara in oggetto, si inoltra la seguente richiesta di chiarimenti tecnici:

- 1.LOTTO 1-2: In merito alla richiesta "20.Dotati di supporto/piastra per monitor multiparametrico già in uso presso la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione" si chiede conferma trattasi di refuso in quanto oggetto di fornitura anche i monitor multiparametrici.
- 2.LOTTO 1: Si chiede di confermare che i monitor multiparametrici da fornire siano 6 e non 10 come indicato al punto M1. Si chiede quindi di confermare anche i quantitativi dei moduli aggiuntivi richiesti ai punti M9 e M10 (n.6 moduli/monitor per la rilevazione della profondità dell'anestesia e n.6 moduli per il monitoraggio del livello di curarizzazione)
- 3.LOTTO 1-2: In merito alla richiesta M2.2 "Saturazione arteriosa di O2 (sensore SpO2 compatibile Masimo o Nellcor a scelta della Stazione Appaltante)", si chiede se possibile offrire tecnologia equivalente ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo 163/2006. Tra l'altro è nostra intenzione offrire tecnologia di cui la Vostra azienda è già dotata (compresa la possibilità dei sensori compatibili).
- 4.LOTTO1: In merito alla richiesta M7 "Ciascun monitor di cui al precedente punto M1 deve essere dotato di modulo/monitor da trasporto a batteria, dotato di display autonomo...", si richiede conferma che il display debba essere integrato nel modulo multiparametrico in dotazione per ogni monitor M1 e che tale modulo possa fungere direttamente da monitor da trasporto all'occorrenza, ovvero che non siano accettate soluzioni con display/visori esterni da dover abbinare ad ogni modulo multiparametrico in dotazione per ogni monitor M1 per l'utilizzo come monitor da trasporto.
- 5.LOTTO 1-2: In merito alla richiesta M2.5 "Due valori di temperatura", si chiede se sia sufficiente il cavo di raccordo per sonde standard YSI-400 o se debbano essere previste sonde di temperatura riutilizzabili, nel qual caso in che numero e di che tipologia.
- 6.Si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante la disponibilità a prorogare i termini di scadenza così da consentire agli operatori economici di formulare un'adeguata offerta tecnico-economica in virtù anche delle risposte che fornirete ai quesiti tecnici.

Risposta al chiarimento n. 14.

1. Si tratta di un refuso la dicitura "*già in uso presso la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione*". La richiesta di supporto/piastra è da intendersi nel senso che i monitor multiparametrici devono essere integrati nel ventilatore (stazione di anestesia).
2. Si precisa che per il lotto 1, i monitor multiparametrici richiesti sono 6 con altrettanti moduli aggiuntivi di cui alle lettere M.9 e M.10. Pertanto si tratta di un refuso il numero 10 presente al punto M.1.
3. In merito alla richiesta di cui alla lettera M2.2 "*saturatione arteriosa di O2.....*", è possibile offrire tecnologia equivalente ai sensi dell'art. 68 comma 7 d.lgs. 50/2016 all'art. 68 e sarà valutata dall'apposita Commissione Giudicatrice qualora la ditta dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche del capitolato.
4. Si conferma che il display deve essere integrato nel modulo multiparametrico.
5. In merito alla richiesta M2.5 "Due valori di temperatura", è sufficiente il cavo di raccordo per sonde standard YSI-400.
6. Al momento, non si ritiene di differire il termine di presentazione delle offerte, atteso che non si è verificata alcuna delle due ipotesi previste dall'art. 79 comma 3 del d.lgs. 50/2016.

XV Chiarimento

Disciplinare - Documentazione Tecnica da presentare - pag. 28 - punto 5

Nella documentazione tecnica, da presentare, viene richiesto al punto 5 "Copia del foglietto illustrativo presente nella confezione di vendita (IFU).

Ma offrendo un'apparecchiatura questo fogliettino non è presente.

Risposta al chiarimento n. 15

Al punto 5 della lettera A) p. 28 del disciplinare, si legga *copia del foglietto illustrativo presente nella confezione di vendita (IFU) e/o manuale d'uso*.

Si specifica che la richiesta della documentazione di cui alla lettera A), p. 27 e ss. del disciplinare di gara, è generica, in quanto la gara ha ad oggetto distinti lotti per i quali potrebbero essere offerte sia apparecchi, sia eventuale materiale di consumo (dispositivi medici).

Se quanto offerto dal concorrente non comprendesse, quindi, dispositivi medici, quale materiale consumabile dell'apparecchio offerto, sarà sufficiente fornire il relativo manuale d'uso.

XVI Chiarimento

Alla luce della nuova pubblicazione del disciplinare di gara, si chiede cosa è variato nel documento.

Risposta al chiarimento n. 16

Si veda la risposta fornita al chiarimento n. 11, pubblicato in data 27 marzo 2019. E' stata infatti variata esclusivamente la formulazione del criterio di valutazione n. 4 di cui al lotto n. 4, per la presenza di un refuso.

La dicitura corretta è la seguente: *"solidità e trasportabilità, compattezza e facilità di inserimento nell'ambiente di lavoro, interfaccia utente e facilità di utilizzo nella gestione del monitoraggio e della ventilazione"*.

XVII Chiarimento

Nella domanda di partecipazione nel punto b) si richiede:

ricevuta di pagamento di una marca da bollo da € 16,00; il pagamento dovrà avvenire preferibilmente mediante modello F24 telematico, con l'indicazione del codice tributo 456T e la Causale RP.) In alternativa potrà essere caricata la scansione della marca da bollo

invalidata oppure delle ricevute di pagamento mediante rivendite autorizzate (tabaccherie, poste, etc.). [...]il codice tributo 456T viene inserito nell'F23 mentre nell'F24 si dovrebbe inserire il codice tributo 2501

Risposta al chiarimento n. 17

Si veda la risposta di cui al chiarimento n. 1, pubblicato in data 22 marzo 2019.

XVIII Chiarimento

In relazione alla caratteristica tecnica indicata al Lotto n. 2 "Miscelazione dei gas Aria/O₂/N₂O a gestione elettronica", si chiede di confermare che si intende la verifica elettronica con display digitale per l'impostazione della miscela dei gas Aria/O₂/N₂O.

Risposta al chiarimento n. 18

Si conferma. Si intende la verifica elettronica con display digitale per l'impostazione della miscela dei gas Aria/O₂/N₂O.

XIX Chiarimento

A pag. 28 del disciplinare di gara punto A-5 viene richiesta la presentazione della copia del foglietto illustrativo presente nella confezione di vendita (IFU), vi chiediamo se si tratta di un refuso.

Risposta al chiarimento n. 19

Si veda la risposta al chiarimento n. 15.

IL DIRETTORE
U.O.S. Gare
Dott. Stefano Affolati

REGIONE DEL VENETO Documento Firmato
digitalmente da
 **ULSS8** AFFOLATI Stefano in
BERGAMO data 28/03/2019 alle
ore 15:57

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VENTILATORI E STAZIONI DI ANESTESIA PER VARIE U.O.C.
--

VERBALE DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA**GARA N. 7348722****ID SINTEL 108177239**

Alle ore 10:00 del 10 aprile 2019, in Vicenza, come indicato nel Bando di gara, presso gli uffici dell'UOS Gare, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto.

Sono presenti per l'ULSS 8 Berica, quali componenti del seggio di gara:

PRESIDENTE: Dott. Stefano Affolati - Direttore UOS GARE e RUP di gara

TESTIMONE: Dott. Francesco Sardegna - Assistente Amministrativo dell'UOS GARE

TESTIMONE: Sig.ra. Sara Guzzo – Assistente Amministrativo dell'UOS GARE.


Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 Berica n. 344 del 27 febbraio 2019 è stata indetta la presente gara per la fornitura, suddivisa in 5 lotti, di ventilatori e stazioni di anestesia per varie U.O.C. dell'Aulss 8, come di seguito indicato:

Lotto	CIG	Descrizione beni	CPV	Importo
1	780650648B	n. 6 RESPIRATORI ANESTESIA FASCIA ALTA CON MONITORAGGIO	33172100-6	€ 270.000,00
2	7806533AD1	n. 21 VENTILATORI ANESTESIA FASCIA MEDIA/ALTA CON MONITORAGGIO	33172100-6	€ 735.000,00
3	78065611EF	n. 7 RESPIRATORI DA TERAPIA INTENSIVA A TURBINA DI CUI 3 CON MONITORAGGIO	33172100-6	€ 136.500,00
4	78065687B4	N. 7 RESPIRATORI DA TERAPIA INTENSIVA DI FASCIA ALTA PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI PER L'UNITA' OPERATIVA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE	33172100-6	€ 203.000,00
5	78065909DB	N. 5 VENTILATORI A TURBINA PER L'UOC DI PNEUMOLOGIA DELL'OSPEDALE DI VICENZA	33172000-6	€ 77.500,00
			Tot	€ 1.422.000,00

- la gara si svolge attraverso il sistema telematico "ARCA" della Regione Lombardia denominato "Sintel", da cui è stato attribuito il codice di gara ID **108177239**;

- a seguito delle pubblicazioni previste dalla legge ed entro i termini previsti (ore 16:00 di lunedì 8 aprile 2019) hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:



- 1) GETINGE ITALIA SRL, con sede a CINISELLO BALSAMO Prov MI Via GOZZANO n. 14, CF 03992220966;
- 2) SIARE ENGINEERING INTERBNATIONAL GROUP, con sede a Crespellano – Valsamoggia (Bo), CF 02619331206 ;
- 3) ATES MEDICA.COM, con sede a VERONA Prov VR Via A.P. CALIARI n. 2, CF 03006350239;
- 4) M.T.V. MEDICAL S.R.L., con sede a Castiglione Delle Stiviere (MN) Via Dell'Industria, n. 38, CF 233097020;
- 5) DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA, con sede a Corsico (MI), in via Galvani n. 7, CF 09058160152;
- 6) MEDIGAS ITALIA SRL, con sede ad ASSAGO Prov. MI Via EDISON n. 6, CF 02466440167;
- 7) BURKE & BURKE SPA, con sede ad Assago (MI), Via Albert Einstein 32, CF 02737030151;
- 8) UNIMED SRL, con sede a Pordenone, Via Montereale 8/c, CF 01090420934

Si procede, quindi, con l'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente.

Si rileva che:

1. **GETINGE ITALIA SRL:** il concorrente partecipa per i lotti 1,2,3,4 e 5. La documentazione richiesta risulta regolarmente presentata;
2. **DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA:** il concorrente partecipa per i lotti 1,2 3, 5. La documentazione richiesta risulta regolarmente presentata;
3. **BURKE & BURKE SPA:** il concorrente partecipa per i lotti 3,4 e 5. La documentazione richiesta risulta regolarmente presentata;
4. **M.T.V. MEDICAL S.R.L.:** il concorrente partecipa per il lotto 5. La documentazione richiesta risulta regolarmente presentata;
5. **ATES MEDICA.COM:** il concorrente partecipa per i lotti 3 e 5. La documentazione richiesta risulta regolarmente presentata;
6. **MEDIGAS ITALIA SRL:** il concorrente partecipa per il lotto 4. La documentazione richiesta risulta regolarmente presentata;
7. **SIARE ENGINEERING INTERBNATIONAL GROUP:** il concorrente partecipa per i lotti 3 e 5. La documentazione richiesta risulta regolarmente presentata;
8. **UNIMED SRL:** il concorrente partecipa per il lotto 2. La documentazione richiesta risulta regolarmente presentata.

Il Preside riepiloga di seguito le candidature per i distinti lotti di gara:

LOTTO 1

a. GETINGE ITALIA SRL
b. DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA

LOTTO 2

a. GETINGE ITALIA SRL





b. DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA
c. UNIMED SRL

LOTTO 3

a. GETINGE ITALIA SRL
b. DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA
c. BURKE & BURKE SPA
d. ATES MEDICA.COM
e. SIARE ENGINEERING INTERBNATIONAL GROUP

LOTTO 4

a. GETINGE ITALIA SRL
b. BURKE & BURKE SPA
c. MEDIGAS ITALIA SPA

LOTTO 5

a. GETINGE ITALIA SRL
b. DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA
c. BURKE & BURKE SPA
d. M.T.V. MEDICAL S.R.L
e. ATES MEDICA.COM
f. SIARE ENGINEERING INTERBNATIONAL GROUP

Si dà atto che il Seggio di gara ha positivamente verificato la regolarità della firma digitale di tutti gli operatori economici concorrenti non rilevando alcuna anomalia.


Le ditte partecipanti devono quindi essere ammesse alla fase di gara successiva.

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel, sul sito aziendale www.ulss8.veneto.it e trasmesso a ciascuno degli operatori economici partecipanti, all'esito del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.


La presente seduta si chiude alle ore 12:10.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE


Dott. Stefano Affolati

I TESTIMONI:


Dott. Francesco Sardegna


Sig.ra Sara Guzzo



Oggetto: Fornitura Ventilatori e stazioni di anestesia
gara n. 7348722: dichiarazione inesistenza di cause
di incompatibilità e di astensione Commissione
Giudicatrice.

AL DIRETTORE
UOS GARE

Il/La sottoscritto/a MARCO IRONE, con riferimento alla gara indicata
in oggetto, presa visione della/e impresa/e offerente/i, e consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o
uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in virtù di quanto previsto dal Regolamento interno per
la nomina delle Commissioni Giudicatrici di cui alla Deliberazione n. 1744 del 28/12/2017,

DICHIARA

- 1) di impegnarsi a prestare l'attività di componente di commissione operando con imparzialità e svolgendo il relativo compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali in materia, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente al responsabile della procedura di affidamento, eventuali ragioni di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovessero insorgere con gli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto;
- 2) di non aver svolto e di non svolgere funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- 3) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore, quale componente di organo amministrativo o incarichi amministrativi di vertice, presso l'Azienda Ulss n. 8 Berica;
- 4) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*);
- 5) che non sussistono a proprio carico cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.;
- 6) di non trovarsi in una ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.lgs 50/2016 e art. 7 del DPR n. 62/2013;
- 7) di non trovarsi in alcuna delle ulteriori ipotesi di incompatibilità, astensione ed esclusione previste all'art. 7 del regolamento dell'Aulss 8 Berica per la nomina e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici;
- 8) di non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici in procedure antecedenti, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- 9) di essere a conoscenza dell'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 bis, L. n. 241/1990 e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interesse, e dichiara altresì di impegnarsi a segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale, che dovesse sorgere in futuro;

DICHIARA, ALTRESI', DI ESSERE INFORMATO/A CHE:

- 1) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 2) il proprio curriculum vitae sarà pubblicato sul sito dell'Azienda Ulss 8 "Berica".

Vicenza li 12/04/19

Firma IRONE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

Viale F. Rodolfini n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050 - COD. U.L.S.S. 508 - COD.FISC. E P.IVA 02441500242 - Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Oggetto: Fornitura Ventilatori e stazioni di anestesia
gara n. 7348722: dichiarazione inesistenza di cause
di incompatibilità e di astensione Commissione
Giudicatrice.

AL DIRETTORE
UOS GARE

Il/La sottoscritto/a ERNESTO DELLA MORA, con riferimento alla gara indicata in oggetto, presa visione della/e impresa/e offerente/i, e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in virtù di quanto previsto dal Regolamento interno per la nomina delle Commissioni Giudicatrici di cui alla Deliberazione n. 1744 del 28/12/2017,

DICHIARA

- 1) di impegnarsi a prestare l'attività di componente di commissione operando con imparzialità e svolgendo il relativo compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali in materia, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente al responsabile della procedura di affidamento, eventuali ragioni di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovessero insorgere con gli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto;
- 2) di non aver svolto e di non svolgere funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- 3) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore, quale componente di organo amministrativo o incarichi amministrativi di vertice, presso l'Azienda Ulss n. 8 Berica;
- 4) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*);
- 5) che non sussistono a proprio carico cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.;
- 6) di non trovarsi in una ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.lgs 50/2016 e art. 7 del DPR n. 62/2013;
- 7) di non trovarsi in alcuna delle ulteriori ipotesi di incompatibilità, astensione ed esclusione previste all'art. 7 del regolamento dell'Aulss 8 Berica per la nomina e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici;
- 8) di non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici in procedure antecedenti, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- 9) di essere a conoscenza dell'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 bis, L. n. 241/1990 e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interesse, e dichiara altresì di impegnarsi a segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale, che dovesse sorgere in futuro;

DICHIARA, ALTRESI', DI ESSERE INFORMATO/A CHE:

- 1) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 2) il proprio curriculum vitae sarà pubblicato sul sito dell'Azienda Ulss 8 "Berica".

Vicenza li 11/04/2019

Firma



Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050 - COD. U.L.SS. 508 - COD.FISC. E P.IVA 02441500242 - Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Oggetto: Fornitura Ventilatori e stazioni di anestesia
gara n. 7348722: dichiarazione inesistenza di cause
di incompatibilità e di astensione Commissione
Giudicatrice.

AL DIRETTORE
UOS GARE

Il/La sottoscritto/a BELLATO FRANCESCO, con riferimento alla gara indicata in oggetto, presa visione della/e impresa/e offerente/i, e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in virtù di quanto previsto dal Regolamento interno per la nomina delle Commissioni Giudicatrici di cui alla Deliberazione n. 1744 del 28/12/2017,


DICHIARA

- 1) di impegnarsi a prestare l'attività di componente di commissione operando con imparzialità e svolgendo il relativo compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali in materia, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente al responsabile della procedura di affidamento, eventuali ragioni di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovessero insorgere con gli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto;
- 2) di non aver svolto e di non svolgere funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- 3) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore, quale componente di organo amministrativo o incarichi amministrativi di vertice, presso l'Azienda Ulss n. 8 Berica;
- 4) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*);
- 5) che non sussistono a proprio carico cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.;
- 6) di non trovarsi in una ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.lgs 50/2016 e art. 7 del DPR n. 62/2013;
- 7) di non trovarsi in alcuna delle ulteriori ipotesi di incompatibilità, astensione ed esclusione previste all'art. 7 del regolamento dell'Aulss 8 Berica per la nomina e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici;
- 8) di non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici in procedure antecedenti, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- 9) di essere a conoscenza dell'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 bis, L. n. 241/1990 e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interesse, e dichiara altresì di impegnarsi a segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale, che dovesse sorgere in futuro;

DICHIARA, ALTRESI', DI ESSERE INFORMATO/A CHE:

- 1) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 2) il proprio curriculum vitae sarà pubblicato sul sito dell'Azienda Ulss 8 "Berica".

Vicenza il 11/04/19

Firma 

Al sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

CURRICULUM VITAE -

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome	IRONE MARCO
Data di nascita	28/10/1959
Qualifica	Dirigente Medico di I Livello, specialista in Anestesia e Rianimazione
Amministrazione	AULSS n.8 Berica
Incarico attuale	Dirigente Medico di I livello presso UOC di Anestesia e Rianimazione Ospedale di Vicenza
Numero telefonico dell'ufficio	+390444753508
Fax dell'ufficio	+390444753977
E-mail istituzionale	Marco.irone@aulss8.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE


Titolo di studio	DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
Altri titoli di studio e professionali	SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)	Dirigente Medico I livello presso il Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dal 1988 U.O.S. Terapia Intensiva Post Operatoria
Capacità linguistiche	INGLESE PARLATO E SCRITTO
Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)	- ANESTESIA CARDIOVASCOLARE: VISITING ANESTHETIST AT PAPWORTH HOSPITAL (CAMBRIDGE, UK); HONORARY CLINICAL ASSISTANT AT THE CARDIOTHORACIC SECTION OF THE GUY'S HOSPITAL ANESTHETIC DEPARTMENT (LONDON, UK) - ANESTESIA IN DAY SURGERY - LONG TERM INFUSION DEVICES - CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT TECHNIQUES AND INTENSIVE CARE: VISITING INTENSIVIST AT THE INTENSIVE CARE UNIT, AUSTIN & REPATRIATION MEDICAL CENTER, MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN RIVISTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI (MEDLINE INDEXED)

Autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo Vicenza, 25 ottobre 2017

12/04/19

FIRMA



INFORMAZIONI PERSONALI Ernesto Della Mora

| Data di nascita e luogo di nascita: 06/08/1960 Toronto (Canada) | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA Attualmente Dirigente Medico del Servizio di Anestesia dell'ULSS 5 Arzignano con incarico di Alta Professionalità di primo livello.

TITOLO DI STUDIO Laurea in Medicina e Chirurgia

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- | | |
|--|---|
| Dal 09/03/1998
Dal 01/01/2018
Dal 27/12/2015
Dal 27/12/2010 al 26/12/2015
Dal 01/06/1998 al 08/03/1998
Dal 01/12/1993 al 31/05/1996
Dal 28/10/1991 al 30/11/1993
Dal 19/08/1991 al 27/10/1991
Dal 08/02/1991 al 18/08/1991
Dal 01/12/1989 al 31/12/1990 | <ul style="list-style-type: none"> • Presso ULSS 5 "Ovest Vicentino" Dirigente Medico del Servizio di Anestesia e Rianimazione degli ospedali di Arzignano e Montecchiò Maggiore (VI) • Incarico di sostituto del Direttore in caso di ferie, malattia o altro • Incarico di alta professionalità di primo livello "Organizzazione e coordinamento clinico dell'Informatizzazione Ospedaliera" • Incarico di direzione Struttura Semplice "Organizzazione e coordinamento clinico dell'informatizzazione Ospedaliera" • Presso ULSS 4 "Alto Vicentino" Aiuto Corresponsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Schio (VI) • Presso ULSS 5 "Ovest Vicentino" Aiuto corresponsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Arzignano • Presso ULSS 5 "Ovest Vicentino" Assistente di ruolo del Servizio di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Arzignano • Presso ULSS 5 "Ovest Vicentino" Assistente non di ruolo del Servizio di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Arzignano • Presso USL n.7 "Udinese" Assistente non di ruolo del 1° Servizio di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Civile di Udine • Presso ULSS 12 "Sinistra Piave" Assistente non di ruolo del Servizio di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Civile di Conegliano (TV) |
|--|---|

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 04/11/1987-1987
 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Padova con punti 108/110 discutendo la seguente Tesi: **"Sulla somministrazione orale e sublinguale degli oppiacei"**
- 12/07/1990
 - Specializzazione in Anestesia e Rianimazione con punti 70/70 discutendo la seguente Tesi: **L'uso della PCA (Patient Controlled Analgesia) con morfina nel paziente critico.**
- 17- 19 Settembre 2014
 - Partecipazione e superamento Corso modulo base per Auditor/Responsabili gruppo di Audit (UNI EN ISO 19011:2012); presso Centro Formazione
- 14-16 Dicembre 2015
 - Partecipazione e superamento corso modulo specialistico Auditor/Responsabile gruppi di audit di sistema gestione qualità
- 22 – 23 Ottobre 2001
 - Corso Istruttori BLS/D di base dell'IRC tenutosi ad Arzignano e superato con punti 93/100. Attualmente Direttore corsi BLS/D
- 25 – 26 Ottobre 2007
 - Corso Istruttori PBLSD tenutosi a Trieste presso Centro Simeup del Burlo Garofalo, con superamento della prova pratica e di valutazione teorica
- Dal 09 al 11 Dicembre 2011
 - Partecipazione Corso PALS con superamento prova pratica e di valutazione finale
- 12 Marzo 2010
 - Partecipazione corso: Il valore e la responsabilità nella comunicazione sanitaria, modulo1: i Fondamenti della comunicazione
- 28 Gennaio 2011
 - Partecipazione corso: Il valore e la responsabilità nella comunicazione sanitaria: informazione, consenso, riservatezza: gli aspetti legali e deontologici
- Dal 15 Marzo 2012 al 7 Nov. 2012
 - Partecipazione Corso di formazione continua: La sicurezza del paziente: la documentazione sanitaria
- Dal 30/11/2009 al 01/12/2009
 - Corso teorico pratico di broncoscopia per anestesisti – rianimatori – 2009 tenutosi presso Ospedale Niguarda di Milano (Dipartimento Chirurgia polispecialistica) (
- 04 Febbraio 2010
 - Partecipazione Workshop FOB (gestione delle vie aeree), organizzato dalla Clinica di Anestesia e Rianimazione Università di Udine e tenutosi presso Centro Congressi Fiera di Udine
- 08 Giugno 2009
 - Corso Ecografia polmonare, monitoraggio emodinamico con ultrasuoni e supporto ecografico alle procedure invasive in emergenza-urgenza, tenutosi a Udine presso ENAIP
- Dal 4 al 5 Maggio 2009
Dal 2 al 6 Maggio 2011
 - Ecografia d'urgenza, tenutosi a Udine presso ENAIP
 - Corso ECOCARDIOGRAFIA in terapia Intensiva organizzato presso U.O. di Anestesia e Rianimazione Università di Padova
- Dal 24 al 25 Maggio 2010
 - Corso Base di Winfocus Basic Scho (Ecocardiografia mirata) Organizzato a Milano da Smarteducational (
- Dal 25 al 26 Maggio 2010
 - Winfocus advanced Echo Ecodinamica, Organizzato a Milano da Smarteducational
 - Vari congressi e corsi di aggiornamento sulle infezioni in Terapia Intensiva:
 - Infection 2010
 - Infection 2012
 - Infection 2014
 - Infection 2016 (19)
 - Infection 2018 (19)
- Da Giugno 2014
Dal 19 al 21 Febbraio 2015
 - Winfocus Membership
 - Corso postuniversitario di antibiotico terapia tenutosi a Verona (16)

Ottempera a compiti formativi in qualità di docente o Responsabile organizzativo/scientifico nell'ambito del Dipartimento di appartenenza

Ha seguito, come responsabile, il percorso di

REVISIONE E INTEGRAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA DELLA TERAPIA INTENSIVA DELL'AZIENDA ULSS 5: PROGETTO DI MIGLIORAMENTO (dal 2/05/2014 al 30/09/2014)

Nell'ambito della gestione dei Trapianti d'organo e di tessuti ha seguito numerosi prelievi d'organo sia di supporto al coordinatore locale sia in prima persona.

Ha seguito numerosi corsi inerenti l'argomento trapianti focalizzando l'attenzione sugli aspetti della comunicazione.

Lingua madre Italiano e Inglese

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	Ottimo	Ottimo	Fluente	Fluente	Ottimo

(Ho frequentato le scuole in Canada fino all'età di 13anni)

Competenze organizzative e gestionali

Da oltre 10 anni organizza la turnistica dei Medici del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Arzignano

Dal 01/01/2018 incarico di sostituzione del Direttore in caso di ferie, malattie. Iscritto all'albo Nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici con il numero 3090

Competenze professionali :

- Buona padronanza dei processi di controllo qualità, attualmente Responsabilità Gestione Qualità (RGQ) Dipartimentale (Dipartimento Anestesia, Rianimazione e cure Intensive dell'ULSS 5 Ovest Vicentino. Delibera 862 del 18/12/2014
 - Dal 2002 Istruttore BLS-D con almeno 4 corsi tenuti annualmente sia per operatori professionali che di comunità.
 - Dal 2010 Direttore di corsi BLS-D
 - Istruttore PBLSD con almeno 2 corsi tenuti annualmente agli operatori professionale dell'ULSS 5
 - Componente comitato sicurezza del paziente dell'ULSS 5 Ovest Vicentino, delibera 112 del 12/03/2010, nell'ambito del comitato partecipazione all'elaborazione della PDTA sulla Sepsis ed ai progetti sul "Corretto uso delle soluzioni concentrate di potassio" e "Lista farmaci ad alto livello di attenzione"
 - Dal 2009 Referente progetto GIVITI (Gruppo Italiano valutazione terapie Intensive)
 - Dal 01/01/2014 Referente progetto Start (Studio sull'Appropriatezza dei Ricoveri in Terapia intensiva)
 - Buona padronanza nell'utilizzo dell'Ecografia in terapia intensiva: posizionamento presidi (CVC, cateteri arteriosi, CVC alto flusso); ECOcardio, ECO toracica, ECO FAST
- Buona esperienza nell'utilizzo del fibrobroncoscopio in Terapia Intensiva ed in Anestesia (gestione delle vie aeree difficili), assistenza durante Tracheotomia sec. Ciaglia

Competenze informatiche

- Buona padronanza nell'utilizzo di Microsoft office (Word, Excel, Outlook, Publisher, Power point)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Publicazioni

- **Neuroimmunology and Neuroinflammation: "Glycine receptor antibodies in 2 cases of new, adult-onset epilepsy"**
Neurol.Neuroimmuno.Neuroinflamm 2104;1;1-4 (Co-autore)
- **Minerva Anestesiologica: "Evocazione del riflesso nasocardiacco in corso di rinosectoplastica. Descrizione di un caso clinico".**
Minerva Anestesiol 1992; 58; 63-64 (Co-autore)
- **Le postazioni per emergenza Ospedaliera Neonatale (EION) anno 2015, le nostre soluzioni, le nostre procedure proposte in formula accreditamento.**
Elaborato dedicato al Progetto Ospedale amico del bambino (Co-autore)


Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Cavaion Veronese 10/04/2019

FIRMA

Dr. Ernesto Della Mora



CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome: FRANCESCO

Cognome: BELLATO

Istruzione e formazione

- Liceo Scientifico L. da Vinci di Arzignano (VI) dal 1992 al 1997, con conseguimento di diploma di maturità scientifica nel 1997;
- Corso di laurea in Fisica presso l'Università degli Studi di Padova dal 1997 al 1999;
- Corso di Diploma Triennale (Laurea breve) in Ingegneria Biomedica presso la sede di Vicenza dell'Università degli Studi di Padova, con conseguimento del diploma in data 13 settembre 2003;
- Integrazione del Diploma di Laurea a Laurea di Primo Livello in Ingegneria Biomedica presso l'Università degli studi di Padova con conseguimento dell'attestato di laurea nel 2005;

Le principali materie professionali oggetto di studio sono:

- Matematica
- Fisica
- Elettrotecnica ed elettronica
- Informatica
- Segnali biomedicali
- Biomeccanica
- Biomateriali
- Strumentazione Biomedica
- Principi di fisiologia e anatomia umana

Qualifica conseguita: Ingegnere Biomedico

Esperienza lavorativa

Dal 01/02/2019 dipendente AULSS N.8 Berica di Vicenza, con incarico di Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Clinico in staff alla U.O.S. Servizio Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale.

Dal 01/07/2018 attività di Consulenza in Libera professione per l'ULSS N.8 Berica, con ruolo di supporto al UOS Servizio Ingegneria aziendale Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale.

Dal 01/01/2017 attività di Consulenza in Libera professione per l'ULSS N.8 Berica, con ruolo di supporto al Servizio Ingegneria aziendale clinica in staff al Servizio Informatico per il Distretto Est (ex Ulss 6) e con ruolo di ruolo di supporto al Servizio Ingegneria clinica aziendale in staff alla Direzione Sanitaria per il Distretto Ovest (ex Ulss 5).

Dal dicembre 2016 attività di consulenza per la Desert Rose Team per la pianificazione e la valutazione tecnica della fornitura di apparecchiature medicali e forniture ospedaliere inerenti ad un progetto di costruzione di strutture sanitarie in Arabia Saudita.

Dal 01/09/2016 attività di Consulenza in Libera professione per l'ULSS N.6 di Vicenza, con ruolo di supporto al Servizio Ingegneria aziendale clinica in staff al Servizio Informatico.

Dal 01/05/2016 attività di Consulenza in Libera professione per l'ULSS N.5 Ovest Vicentino, con ruolo di supporto al Servizio Ingegneria clinica aziendale in staff alla Direzione Sanitaria.

Dal 01/09/2015 al 30/06/2016 attività di Consulenza in Libera professione per l'ULSS N.5 Ovest Vicentino, con ruolo di supporto al R.U.P. per realizzazione progetto preliminare tecnico-economico per dotazione attrezzature sanitarie del realizzando Nuovo Polo ospedaliero Arzignano – Montebelluna (Deliberazione ULSS N.5 N° 543 del 17/08/2015).

Dal 16/06/2015 al 31/08/2015 attività di Consulenza in Libera professione per D&D MedCom Spa con le medesime mansioni svolte nel periodo di lavoro dipendente per D&D MedCom Spa da 01/09/2011 al 15/06/2015 presso l'ULSS N.5 Ovest Vicentino sotto riportate.

Dal 16/06/2015 Consulente Aziendale Libero Professionista in ambito tecnologico sanitario con competenze principali riassumibili nell'attività di valutazione, supporto e supervisione all'installazione e all'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature elettromedicali in uso presso i Servizi sanitari, e nella collaborazione con gli Operatori sanitari nell'utilizzo di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici e gestionali. Tra le strategie perseguite e previste dal ruolo professionale rivestito si evidenziano:

- Health Technology Assessment (HTA),
- Pianificazione acquisti,
- Gestione informatizzata parco tecnologico,
- Obsolescenza e gestione dismissioni attrezzature,
- Gestione della sicurezza e della qualità delle apparecchiature,
- Ingegnerizzazione del processo manutentivo,
- Formazione del personale sanitario,
- Risk management
- Telemedicina.

Competenza per la gestione del censimento e il controllo di qualità delle grandi attrezzature delle Aziende sanitarie pubbliche e delle Strutture private accreditate, e la competenza ed esperienza per la definizione dei capitolati tecnici per l'acquisto di attrezzature medicali: in particolare il supporto allo Specialista clinico per la definizione delle specifiche tecniche minime e criteri di aggiudicazione di procedure negoziate.

Esperienza maturata nella partecipazione ai Gruppi tecnici per la definizione di Capitolati di gara per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali e in Commissioni giudicatrici per la valutazione tecnica per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali dal 2009 ad oggi per le seguenti classi di apparecchiature:

- Apparecchiature radiologiche e sistemi radiologici fissi e portatili
- Apparecchiature di emergenza come sistemi per anestesia, ventilatori polmonari, defibrillatori
- Apparecchiature diagnostiche ad ultrasuoni (ecotomografi ed ecocardiografi)
- Sistemi operativi chirurgici come elettrobisturi, sistemi per elettrochirurgia ad alta frequenza, sistemi per elettrochirurgia ad ultrasuoni ecc..
- Sistemi di monitoraggio parametri vitali come monitor paziente, sistemi centralizzati di monitoraggio, monitoraggio emodinamico ecc..
- Sistemi per il posizionamento e lo spostamento del paziente come tavoli operatori di alta e media fascia, sistemi per il sollevamento e spostamento malati, letti per degenza e per terapia intensiva
- Sistemi per la sterilizzazione come autoclavi a vapore, lavaferri, sistemi ad alta disinfezione/sterilizzazione, termosaldatrici, accessori a corredo di centrali di sterilizzazione
- Sistemi diagnostici dedicati per specialità chirurgiche come microscopia operatoria, neurochirurgia, chirurgia oftalmica, chirurgia ortopedica, chirurgia urologica e ginecologica ecc...

Dal 01/09/2011 al 15/06/2015 dipendente della D&D Medcom Spa con sede in via Lucio II, 84 00167 Roma – Italia, operante nel settore sanitario nell' attività di Service & Engineering. Sede di lavoro presso i laboratori di

Ingegneria Clinica dell'Ospedale Civile di Arzignano (VI), operante nel territorio dell'Azienda Ospedaliera ULSS N.5 Ovest Vicentino. La tipologia di impiego figura attualmente come coordinatore delle attività di commessa di lavoro, con principali mansioni e responsabilità di:

- 1) Supporto al responsabile di area nella programmazione delle attività contrattuali con il cliente
- 2) Coordinamento delle risorse assegnate per raggiungere gli obiettivi economici assegnati
- 3) Implementazione delle procedure aziendali e di settore applicabili alla commessa
- 4) Coordinamento del personale di commessa
- 5) Garantire il rispetto della programmazione dell'attività di commessa
- 6) Fornitura al responsabile di area degli elementi per aggiornare il piano di commessa
- 7) Controllo dell'operato dei fornitori di commessa secondo le procedure aziendali
- 8) Controllo dell'attuazione nella commessa delle regole aziendali relative alla sicurezza
- 9) Controllo del rispetto del codice etico nella commessa
- 10) Mantenimento dei rapporti con la logistica della sede
- 11) Mantenimento dei rapporti con il cliente

Dal 9 settembre 2003 al 31 agosto 2011 dipendente della ditta Hospital Consulting S.p.a., con sede in via di Scolivigne 60/1, 50015 Bagno a Ripoli (Loc. Grassina), Firenze – Italia, operante nel settore sanitario nell'attività di Service & Engineering. Sede di lavoro presso l'Ingegneria Clinica dell'Ospedale Civile di Arzignano (VI), operante nel territorio dell'Azienda Ospedaliera ULSS N.5 Ovest Vicentino.

La tipologia di impiego figura attualmente come coordinatore delle attività di commessa di lavoro, con principali mansioni e responsabilità di:

- 1) Supporto al responsabile di area nella programmazione delle attività contrattuali con il cliente
- 2) Coordinamento delle risorse assegnate per raggiungere gli obiettivi economici assegnati
- 3) Implementazione delle procedure aziendali e di settore applicabili alla commessa
- 4) Coordinamento del personale di commessa
- 5) Garantire il rispetto della programmazione dell'attività di commessa
- 6) Fornitura al responsabile di area degli elementi per aggiornare il piano di commessa
- 7) Controllo dell'operato dei fornitori di commessa secondo le procedure aziendali
- 8) Controllo dell'attuazione nella commessa delle regole aziendali relative alla sicurezza
- 9) Controllo del rispetto del codice etico nella commessa
- 10) Mantenimento dei rapporti con la logistica della sede
- 11) Mantenimento dei rapporti con il cliente

