

Prot. 48391 del 14.05.2019

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della
Logistica
Viale F. Rodolfini, 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: **Procedura negoziata per la fornitura di n. 4 Ecotomografi portatili di alta fascia, leggeri, carrellati, completamente digitali, ad elevate prestazioni e standard di sicurezza, completi di trasduttori, per utilizzo in emergenza/urgenza presso Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza e di Valdagno dell'Azienda Ulss n. 8 Berica – ID SINTEL: 109693848 – CIG: 7873939404**

Domanda 1: si chiede che la garanzia minima di 24 mesi non contempli la sonda transesofagea, in quanto sonda particolare e generalmente fornita dai costruttori con una garanzia standard di 12 mesi.

Risposta 1: Vista la particolare specificità della sonda transesofagea, si comunica che, limitatamente a questa tipologia di sonda, verrà accettata la garanzia standard di 12 mesi.

Domanda 2: Considerate le caratteristiche tecniche indicate, si richiede la possibilità di offrire una tipologia di ecografo progettato specificatamente per l'utilizzo in emergenza/urgenza, non portatile, di tipo carrellato, leggero e in grado di soddisfare le specifiche richieste nel capitolato di gara (es. alta protezione per il rischio biologico, utilizzo a batteria no stand-by con ampia autonomia, possibilità di sonda TEE, ecc).

Risposta 2: Viene accettata la possibilità di offrire quanto richiesto

Domanda 3: Trattandosi di apparecchiature destinate all'emergenza/urgenza, si chiede di confermare che i pacchetti di misura e di calcolo avanzati dovranno essere dotati anche di misure automatiche per la verifica immediata dell'analisi di calcolo dei parametri funzionali come ad esempio Auto EF ed altro?

Risposta 3: La dotazione di *“misure automatiche per la verifica immediata dell'analisi di calcolo dei parametri funzionali come ad esempio Auto EF ed altro”* non è richiesta, pertanto non è da considerare la presenza del requisito a pena di esclusione.

Domanda 4: In riferimento al punto 7 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che la caratteristica *“Zoom digitale senza perdita di definizione in real time che su immagine statica”* dovrà essere disponibile anche su immagine in archivio.

Risposta 4: La dotazione di *“Zoom digitale senza perdita di definizione in real time che su immagine statica anche su immagine in archivio”* non è richiesta, pertanto non è da considerare la presenza del requisito a pena di esclusione.

Domanda 5: viene richiesta tra le sonde di serie la transesofagea, pertanto si chiede di confermare che tutti i sistemi dovranno essere dotati di base del modulo software per la gestione di sonda transesofagea

Risposta 5: La sonda transesofagea verrà utilizzata solo su uno dei sistemi richiesti, pertanto il *“modulo software per la gestione di sonda transesofagea”* dovrà essere installato solo su uno dei sistemi forniti per il Pronto Soccorso di Vicenza.

Domanda 6: vista la destinazione d'uso dei beni richiesti, l'estrema importanza di analisi e comparazione immediata con esami già presenti su PACS e/o RIS, si chiede di confermare che le classi standard di comunicazione DICOM 3 dovranno essere dotate anche della classe Q/R US, MRI, TC ed altro

Risposta 6: La dotazione di modulo DICOM 3 è richiesta come opzionale e quindi non valutata in sede di gara. Comunque la *“classe Q/R US, MRI, TC ed altro per il modulo DICOM 3”* non è richiesta, pertanto è a discrezione del fornitore proporre l'opzione nella configurazione preferita.

Domanda 7: si chiede di confermare che insieme al pacchetto cardiologico dovranno essere offerti i cavi ECG

Risposta 7: Il cavo ECG non è richiesto e non è da ritenersi necessario

UOC Provveditorato, Economato
Gestione della Logistica
Il Direttore del Servizio Dott. Giorgio Miotto

